



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 23.10.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема: Операционе лампе

Број јавне набавке: 369K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Операционе лампе, број 369K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.10.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Ставка 3. Минимални број LED сијалица за светлосте групе: 108 за главно светло, 72 за сателите

Питање број 1 : Да ли је за корисника прихватљива лампа са 32 сијалице за главно светло и 24 сијалице за сателит, с обзиром да је битно испунити услов јачине светлости, а не колико сијалица има у самој лампи ?

Одговор број 1: Није прихватљива лампа са 32 сијалице за главно светло и 24 сијалице за сателит, наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.

Ставка 4. Век рада LED сијалице : ≥ 50.000 сати

Питање 2 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуде лампе са радним веком сијалица ≥ 40.000 сати . На овај начин бисте омогућили бољу конкурентност на јавној набавци, а редни век од 40.000 сати је сасвим довољан јер то представља век трајања у реалним условима од преко 10 година.

Одговор број 2: Није прихватљиво да се понуде лампе са радним веком сијалица ≥ 40.000 сати, наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.

Ставка 8. Повећање температуре у нивоу површине операционог стола: мање од 10°C

Питање 3 : На повећање температуре у нивоу површине операционог стола утичу многи фактори а не само лампа, тако да је ову ставку јако тешко доказати. Због тога Вас молимо да је у потпуности избаците.

Одговор број 3: Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.

Ставка 11.2. Светло сателита 140.000 LUX

Питање 4 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди лампа са јачином светлости сателита 130.000 LUX ?

Одговор број 4: За корисника није прихватљиво да се понуди лампа са јачином светлости сателита 130.000 LUX. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.

Ставка 13.5. Температура боје осветљења не мања од 4.500K

Питање 5 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди лампа са температуром боје осветљења од 4.350 K ?

Одговор број 5: За корисника није прихватљиво да се понуди лампа са температуром боје осветљења од 4.350 K. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.

Ставка 13.6. Индекс рендеровања боја Ra (1-8) не мањи од 1.100 mm

Питање 6 : Овде је очигледно да је грешка у куцању. Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди лампа са индексом рендеровања боја од Ra=95 ?

Одговор број 6: За корисника није прихватљиво да се понуди лампа са индексом рендеровања боја од Ra=95. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.

Ставка 13.7. Индекс рендеровања црвене боје (R9) не мањи од 96

Питање 7 : Пошто се на нашим лампама индекс рендеровања боја обележава са Ra и обухвата све боје, да ли је прихватљиво да се понуди лампа са Ra=95 ?

Одговор број 7: За корисника није прихватљиво да се понуди лампа са Ra=95. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.

Ставка 13.8. Тотална ирадијанца (W/m^2)=515

Питање 8 : Да ли је за корисника прихватљива ирадијанца од $\leq 530 (W/m^2)$ за главно светло и $\leq 500 (W/m^2)$ за сателит ?

Одговор број 8: За корисника није прихватљива ирадијанца од $\leq 530 (W/m^2)$ за главно светло и $\leq 500 (W/m^2)$ за сателит. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсnoj документацији.

Ставка 13.9. Енергија зрачења ($mW/m^2/x$)=3.4

Питање 9 : Да ли је за корисника прихватљива лампа са енергијом зрачења ($mW/m^2/x$)=3.6?

Одговор број 9: За корисника није прихватљива лампа са енергијом зрачења ($mW/m^2/x$)=3.6. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсnoj документацији.

Ставка 13.11. Површина емитовања светлости не мања 2.900 m²

Питање 10 : Будући да ова ставка нема клинички значај молимо Вас да је у потпуности избаците.

Одговор број 10: Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсnoj документацији.

Ставка 2.11. Ефикасност максималног интензитета светлости према максималној конзумацији енергије (I_x/W) = 2.800 или боље

Питање 11 : Будући да ова ставка нема клинички значај молимо Вас да је у потпуности избаците.

Одговор број 11: Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсnoj документацији.

Ставка 14.1 Напон- Примарно напајање 20-240 V

Питање 12: Да ли је за корисника прихватљиво примарно напајање 100-240 V, Опсег 20-100 V нема никакав значај будући да је мрежно напајање у нашој земљи око 220 V ?

Одговор број 12: Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсnoj документацији.

Ставка 14.2. Улазна волтажа код светлосне групе = 20-33 V

Ставка 14.3. Типична улазна волтажа 24 V

Ставка 14.4. Максимална потрошња струје = 5,4 A

Ставка 14.5. Типична потрошња струје = 2,5 A

Питање 13: Будући да ставке од 14.2 – 14.5 немају значај за рад корисника, молимо Вас да их у потпуности избаците.

Одговор број 13: Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсnoj документацији.

Ставка 14.6. Потрошња енергије не више од 60 W

Питање 14: Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди лампа са потрошњом енергије главне лампе од 85 W, и потрошњом енергије сателита од 65 W.?

Одговор број 14: За корисника није прихватљиво да се понуди лампа са потрошњом енергије главне лампе од 85 W, и потрошњом енергије сателита од 65 W. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсnoj документацији.

Ставка 15.3. Могућност промене интензитета светлости и дијаметара површине осветљавања преко зидних команди као и преко кардиак - контроле

Питање 15 : Да ли је за корисника прихватљиво да се понуди лампа са могућношћу промене интензитета светлости и дијаметара површине осветљавања преко зидних команди али без кардиак – контроле?

Одговор број 15: За корисника није прихватљиво да се понуди лампа са могућношћу промене интензитета светлости и дијаметара површине осветљавања преко зидних команди али без кардиак – контроле. Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсnoj документацији.

Ставка 15.4. Меморијска функција положаја светала, за уснимавање подешавања

Питање 16 : Да ли бисте могли да нам тачно разјасните шта подразумевате под овом ставком?

Одговор број 16: Под овом ставком се подразумева могућност да систем меморише одржане карактеристике осветљења, према специфичним потребама појединих корисника или процедура.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
