



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 2986.

Датум: 27.11.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Апарати за јединице интензивне неге

Број јавне набавке: 383K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Апарати за јединице интензивне неге, број 383K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 19.11.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Партија бр.10: Кревет за јединицу интензивне неге, карактеристика бр.10.10 „Кревет има 4 бочне странице, независне, са хидрауличним системом спуштања, израђене од ливеног полипропилена или метала, са обореним ивицама ради спречавања повреда пацијената. Ограде се могу скинути и закључати.“
Питање: „Да ли прихвата кревет који испуњава све карактеристике осим тога да се бочне странице могу скинути?“

Одговор број 1: У изади конкурсне документације подкрала се грешка. Уместо да стоји: „Ограде се могу спустити и закључати“, стоји: „Ограде се могу скинути и закључати“. Грешка ће бити исправљена кроз измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
