



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1361.

Датум: 22.10.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 6**

Број јавне набавке: 391K/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 6, број 391K/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.10.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.4: СЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ КИСЕОНИКОМ

Питање број 1: Ставка 4.3 – Да би произвођач добио СЕ сертификат и такав производ регистровао у Европи и код нас потребно је да испуњава Европску регулативу ISO15002:2008 а која прописује тестирање протокомера на 10 бара. С обзиром да тражени услов није у складу са европском регулативом нити са српским стандардом да ли ћете испоштовати ЗЈН чл.71 став 8 који каже да „одговарајући доказ из ст.3 и ст.4 овог члана може бити потврда, технички досије произвођача или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација“ а не брошуре, каталози и остали рекламно-пропагандни материјал, с обзиром да потенцирате „безбедност медицинског особља и пацијената“?

Одговор: У Осталим обавезним условима, страна 54 од 72 Конкурсне документације, у тачки 5 је јасно захтевано: „Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналом изјаве произвођача опреме.

Питање број 2: Ставка 4.4 – С обзиром да сте у овој ставци (као и у свим осталим) навели карактеристике које се тичу материјала од кога је израђен протокомер као и мерна цев које на нашем тржишту може да понуди само један понуђач што није у складу са чл. 10 ЗЈН али сте на следећој страни навели да ћете прихватити „све понуде чије су техничке карактеристике једнаке или боље...“ да ли ћете заиста прихватити производ који има техничке карактеристике европског квалитета и стандарда а који је потврђен одговарајућом документацијом?

Одговор: У Осталим обавезним условима, страна 54 од 72, страна 54 од 72 Конкурсне документације, у тачки 1 је речено: „Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр. 7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање.“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
