



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1061.

Датум: 09.08.2017. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 311K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 311K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.07.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.11

На наше питање да ли прихватате понуду за respirator чија тежина износи 6,3 kg, дали сте следећи одговор: "Ne prihvata se sugestija zainetersovanog ponudjaca. Napominjemo da je predmet nabavke transportni respirator čija je osnovna primena ventilacija teško povređenih pacijenata prilikom transportna sanitetskim vozilima, a ne nabavka stacionarnih respiratora čija je namena ventilacija pacijenata u jedinicama intenzivne nege i jedinicama poluintenzivne nege. Prilikom transporta pored respiratora, tehničari moraju nositi mnogo dodatne opreme koja je teška (boce sa kisenikom, reducirani, defibrilatori....), ukoliko bi sam respirator bio teži od 6 kilograma značilo bi da jedan tehničar ne može da ponese svu opremu koja je neophodna za zbrinjavanje pacijenta.

Svi vodeći svetski proizvođači ispunjavaju traženu karakteristiku (Weinmann, Covidein, Magname, Drager)" Ovim putem želimo da vas uputimo da ste za javnu nabavku br.108K/2017 i to transportnih respiratora za potrebe Urgentnog centra u količini od 7 komada, na pitanje zainteresovanog ponudjaca „Da li je prihvatljivo da se ponudi respirator težino do 9,8 kg sa celokupnim priborom i dodatnim opcijama“ odgovorili ste na sledeći način: „Kao prihvatljive ponude biće оцењене све које понуде вентилатор тежине до 10 kg, у погледу захтева под ставком бр. 2 из минималних техничких карактеристика конкурсне документације“

Ostaje nejasno kako vam je za neke transportne respiratore dozvoljena težina do 10 kg, a za neke ne dozvoljavate odstupanje od 300 g.

Ostaje nejasno čime ste se rukovodili kada ste definisali limit „dodatne opreme koju jedan tehničar može da ponese do 6 kg.

Одговор: Наручилац остаје при претходном објашњењу јер сваки пут када нешто жели да купи, наручилац зна шта жели да купи и за коју врсту посла. Претходна набавка се односила на транспортне respiratore који ће се користити у транспорту болесника унутар болнице и тежина самог respiratora није била пресудна јер се он може и поред пацијента гурати на постолју од собе до дијагностичке sale и обрнуто. Овде се ради о правим транспортним respiratorима који по својој тежини и отпорности треба да одговоре великим захтевима прilikом међуболничког транспорта у болничким колима. Овим захтевом се не favorизује ниједан произвођач већ дефинише жељу наручиоца у односу на потребе које има. Сви водећи свetsки произвођачи имају у својој понуди овакве транспортне respiratore.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
