



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 666.

Датум: 12.05.2016. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема: Скенер за Клинику за кардиохирургију

Број јавне набавке: 312K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Скенер за Клинику за кардиохирургију, број 312K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 02.10.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: „На страни 9 поменутог документа, наведено је: „...Наручилац је дао коментар да је приликом дефинисања предметне техничке спецификације дефинисано довољно техника и алата да може да се изврши преглед целог тела, из чега следи да подносилац захтева није узео у обзир чињеницу да ће то бити СТ скенер најближи Ургентном центру Србије, те да самим тим мора бити оспособљен за прегледе целог тела.“

Након таквог образложења Наручиоца, потенцијални понуђач потпуно сагледава потребе Наручиоца за брзим и ефикасним прегледима, не само кардиолошких или пацијената припремљених за трансплатацију срца, већ и осталих ургентних пацијената са Ургентног центра.

Наиме, како Наручилац строго поштује обезбеђење једнакости третмана према свим пацијентима и оштро критикује било какву дискриминацију у случају немогућности скенирања пацијената прекомерне телесне тежине, сматрамо да је више него у складу са политиком Наручиоца обезбедити већу покривеност целог тела и брже скенирање свих пацијената, а посебно ургентних са траумом, унутрашњим крварењем, где свака секунда представља танку линију између живота и смрти.

Из разлога конзистентности својих захтева молимо Наручиоца да потврди да је укупна активна детекторска дужина (покривеност, колимација), у субмилиметарском моду у „Z“ правцу и изоцентру најмање 16 cm за спирална (helical) и за аксијална скенирања, а све у циљу горе-образложене могућности ефикасног прегледања не само кардиолошких, већ и ургентних пацијената.

Питање број 2: „Молимо Наручиоца да потврди да је за тачку 5.3. – Најмања дебљина једног слоја у субмилиметарском моду у Z правцу при аксијалном и хеликалном скенирању не већа од 0,625mm, односно да је за оба мода покривеност у Z правцу 16cm (256 детекторска реда $\times$ 0,625mm = 160mm = 16cm) при варијабилним вредностима питцха (код хеликалног скенирања).

Питање број 3: „У поменутом Решењу Наручилац у више наврата напомиње како је техничка спецификација СТ скенера за кардиохирургију направљења у циљу добијања апарата последње технолошке генерације, а у складу са тим сви СТ скенери последње технолошке генерације поседују тзв опције за смањење дозе зрачења и до 50%, што је Наручилац неоспорно и захтевао под тачком 6.5.

Молимо Наручиоца да потврди да је дистрибуција дозе једнака у свим деловима опсега од 16cm у Z правцу, за тачку 5.1.?“

Одговор: Минималне техничке карактеристике су дефинисане у складу са потребама наручиоца и у складу са предметом јавне набавке. Како је већ извршено усклађивање конкурсне документације у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-2783/2015 од 10.12.2015. године, следе одговори на питања потенцијалног понуђача:

Одговор на питање број 1:

Наручилац не прихвата измену минималних техничких карактеристика.

Одговор на питање број 2:

Наручилац не прихвата измену минималних техничких карактеристика.

Одговор на питање број 3:

Наручилац не прихвата измену минималних техничких карактеристика.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

