



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 05.10.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема Кревети за ЈИН и ЈПИН

Број јавне набавке: 328K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН, број 328K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: На страни 30/46 конкурсне документације, партија 1. прилог А./ техничке карактеристике, **КРЕВЕТИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ**, тачка 1.2 захтева се „Електро подешавање висине кревета без душека: 400 – 750 mm “.

На страни 36/46 конкурсне документације, партија 2. прилог А./ техничке карактеристике, **КРЕВЕТИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ПОЛУИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ**, тачка 2.2 захтева се „Електро подешавање висине кревета без душека: 380 – 750 mm “.

Коментар: Сматрамо да је дошло до омашке при куцању текста под ставком 2.2. у поређењу са ставком 1.2. Како се у тачкама 1.12 и 2.11 тј.у обе партије тражи да пречник точкова кревета буде 150 mm, логично је и да висина електро подешавања кревета треба да буде иста у обе партије. 2 cm разлике у траженом опсегу подешавања висине кревета у партији 1. у односу на партију 2. нема никакав утицај на квалитет неге а тим захтевом онемогућава учешће и нуђење производа реномираног произвођача кревета - Hill Rom.

Питање 1: Да ли се прихвата појашњење, тако да у партији 2. На страни 36/46 тачка 2.2. коначно гласи: „Електро подешавање висине кревета без душека: 400 – 750 mm “?

Одговор број 1: За партију број 2 понуђач може понудити кревет чије је померање висине у распону од 380 до 750 mm, у шта спада и померање висине од 400 до 750 mm.

Питање број 2: Задали сте димензије кревете од-до што је у реду. Али, по питању подизања кревета без душека задали сте фиксне висинске коте, од којих не одустајете зато што је наводно та висина оптимална за извођење разних медицинских процедура и прилагођена баријатријским пацијентима. Прво, задате техничке карактеристике овог типа без толеранција (у cm или %) дисквалификацију за све учеснике чији се кревети подижу ван задатог опсега 380/400 – 750 mm. Дакле, може бити само један или ниједан понуђач чији кревет има тражену карактеристику. На висину од 38 cm додајте дебљину душека коју нисте ни задали. Рецимо да је душек од сунђера 10-20 cm. Рецимо да на тај кревет треба да седне особа која има 150 и преко килограма. Како је могуће да неко, а поготову особа са тежином преко 150 kg, седну/седе на лежиште кревета са висином од 38 cm + висином сабијеног душека од 5 cm? Како је могуће да на тој висини физиотерапеут, медицинска сестра и доктор изврше неку процедуру. Ово питам као лекар, специјалиста са искуством. Намећу се питања:

Шта је суштински важно везано за подизање кревета?

Да ли се висина подизања кревета односи на кревет са точковима или без? **Одговор:** Односи се се на кревет са точковима.

Колика је дебљина душека? **Одговор:** Наручилац не поставља захтеве у погледу дебљине душека.

Да ли као најнижу висину подизања кревета за полу-интензивну негу прихватате висину од 400 mm? **Одговор:** Да

На страни 29 конкурсне документације написали сте:

А. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА.....ПОПУЊАВА НАРУЧИЛАЦ

Б. ПОНУДАПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

а на страни 30 у табели за А. написали сте попуњава понуђач. Питање:

Шта је од ова два тачно?

Одговор: Наручилац је у наведеном делу конкурсне документације попунио своје захтеване минималне техничке карактеристике. Понуђач попуњава празне (непопуњене) делове табеле А.

У одговору на питања наручилаца од 25.09.2015.написали сте: Питање број 1: Да ли финансијску гаранцију у виду бланко менице прихватате у случају ако је вредност понуде понуђача у износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а или више?

Одговор број 1: Да.

Молимо Вас да исправку **5.000.000,00 дин. без ПДВ-а и више** у вези са вашим одговором унесете на страну 43 конкурсне документације ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА уместо: 1б) Менице, са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа (уколико је вредност уговора **до 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а**, како би се избегла форма банкарске гаранције.

Одговор: У прилогу број 10 конкурсе документације понуђач се опредељује за финансијску гаранцију за добро извршење посла, док се наведени одговор наручиоца односи на финансијску гаранцију за озбиљност понуде.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
