



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1388.

Датум: 26.10.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 6**

Број јавне набавке: 391K/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 6, број 391K/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.10.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.5: РЕСПИРАТОР

Питање број 1: „Ставка 5.8: Захтевате Колор екран дијагонале минимум 8 инча и приказ минимум 3 криве и параметара вентилације.

Да ли прихватате колор екран са приказом кривих и параметара вентилације, тако да ставка 5.8. гласи Колор екран са приказом кривих и параметара вентилације?“

Одговор: Наручилац у свему остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама из Конкурсне документације за јавну набавку бр.391K/2018.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
