



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1645.

Датум: 23.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТИ ЗА ЈИН И ЈПИН**

Број јавне набавке: 476K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТ ЗА ЈИН И ЈПИН, број 476K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 04.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: У вези партије бр 1, Кревети за јединице интензивне неге, на страни 29 конкурсне документације, Техничке карактеристике, редни бр. 1.8. наводи се да се лежећа плоча састоји из мин 4 дела, израђена од материјала који се лако одржава и скида са кревета, а у претходној таčki 1.7 тражи се могућност RTG снимања целом дужином и употреба C лука. То је једино могуће уколико је цела лежећа плоча израђена од HPL-а, пропусног на RTG зраке, а који је вијцима фиксиран на оквир и не може се лако скидати. Такво конструкционо решење има евентуално један понуђач у Србији. Већина има решење тако да је леђни део израђен од HPL-а пропусног на RTG зраке, а доњи део лежне плоче је израђен од пластичних сегмената. Због саме конструкције кревета, односно плошља носећих телескопских stubова, није могуће снимање C луком у пределу доњих екстремитета. Место за постављање RTG касете је и онако код свих произвођача испод лежне плоче. Због начела веће конкурентности сугеришемо да се таčka 1.7. измени: **Могућност RTG снимања и употреба C лука од главе до pelvisa или дуђе.** Предлажемо и да се измени таčka 1.8. тако да гласи: **Лежећа плоча се састоји из мин 4 дела израђена од laminata пропусног на RTG зраке или комбинацијом laminata пропусног на RTG зраке и пластичних сегмената који се могу лако скидати.**

С обзиrom да се горе наведени захтеви појављују и партији бр 2 предлажемо да се и таčka 8. у партији бр 2 измени тако да гласи: **Могућност RTG снимања и употреба C лука од главе до pelvisa или дуђе.**

Предлажемо измену и таčke 7. и сугеришемо да гласи: **Лежећа плоча се састоји из мин 4 дела израђена од laminata пропусног на RTG зраке или комбинацијом laminata пропусног на RTG зраке и пластичних сегмената који се могу лако скидати.**

Одговор број 1:

Тачка 1.7: Пошто од укупног броја кревета, један број истих се набавља и за јединицу интензивне неге за одељење ортопедије, па кревет мора омогућити РТГ снимање целом својом дужином. Снимање се обавља тако што се РТГ касета ставља испод душека пацијента, па зато минималним техничким карактеристикама није ни захтевано место на кревету предвиђено за постављање РТГ касете.

Тачка 1.8: Лежечна плоча се састоји из минимум 4 дела, израђена од материјала који се лако одржава и скида са кревета (без употребе алата) и пропустна је за X зраке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
