



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 43.

Датум: 11.01.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 520K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 520K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 18.12.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.3: Пацијент монитор

Питање бр.1: „Ставка 3.3. Истовремени приказ мин. 14 кривуља и 50 нумеричких вредности“

Да ли је прихватљиво да се овај услов измени тако да гласи : Истовремени приказ мин. 12 кривуља као и приказ одговарајућих нумеричких података.

С обзиром на праћене параметре, није нам јасно због чега се тражи оволики број кривуља и параметара. Уколико не желите да промените ову ставку молимо Вас да нам објасните које су то тачно криве и параметри који требају да се прате (тј. да нам набројите све тражене параметре који требају да буду приказани)

Одговор: Aparat je namenjen za monitoring vitalnih funkcija pacijenata postoperativno nakon transplantacije organa. Zbog toga je Naručilac predvideo dovoljan broj krivulja za invazivni i neinvazivni monitoring kao i za buduće nadogradnje. Svi vodeći svetski proizvođači medicinske opreme omogućavaju monitoring velikog broja krivulja, kao što su na primer: 1-12 kanala EKG, pletizmografska krivulja, respiracija impedansom, kapnografska krivulja, 1-8 krivulja EEG, 1-2 krivulje invazivnog pritiska, termodilucijska krivulja, krivulje protoka, volumena i pritiska disajnih puteva, spirometrijske petlje, vremensku krivulju koncentracije kiseonika, anestetičkih agenasa itd., kao i prikaz njima odgovarajućih numeričkih parametara. Naručilac je u skladu sa svojim potrebama predvideo dovoljno veliki ekran, sa dijagonalom od minimum 12", kako bi se na njemu moglo prikazati bar 14 od svih gore navedenih krivulja i odgovarajućih numeričkih parametara na pregledan način. Smanjenje broja krivulja i smanjenje dijagonale ekrana nije u skladu sa potrebama Naručioca.

Питање бр.2: „Ставка 3.4. Прикључци за праћење ЕКГ, респирације, SpO2, NIBP, температуре, времена простирања пулса“

С обзиром да „време простирања пулса“ може да испуни само један произвођач, самим тим само један понуђач може да поднесе прихватљиву понуду. Због тога Вас молимо да ову ставку промените у : Прикључци за праћење ЕКГ, респирације, SpO2, NIBP, температуре.

Одговор: Praćenje promene vremena ili brzine prostiranja pulsa kroz arterijske sudove pruža instantnu informaciju o iznenadnim promenama arterijskog pritiska na neinvazivan način. Za naručioca je prihvatljiva svaka ekvivalentna metoda koja pruža sličnu funkcionalnost.

Питање бр.3: „Ставка 3.7. Прикључак за интубирано и неинтубирано праћење капнографије као и end tidal CVP (CVP-ET)“

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : „Прикључак за интубирано и неинтубирано праћење капнографије“

Одговор: Disanje pacijenta u znatnoj meri utiče na tačnost merenja CVP, pogotovo pri mehaničkoj ventilaciji pluća i zbog toga je potrebno da aparat automatski vrši određivanje CVP pri kraju ekspirijuma, kada je uticaj ventilacije najmanji. Za Naručioca nije prihvatljiva predložena izmena.

Питање бр.4: „Ставка 3.8. Ванредно мерење NIBP на основу промене времена простирања пулса“

С обзиром да „време простирања пулса“ може да испуни само један произвођач, самим тим само један понуђач може да поднесе прихватљиву понуду. Због тога Вас молимо да ову ставку у потпуности избаците.

Одговор: U skladu sa odgovorom na pitanje broj 2, za Naručioca je prihvatljiva svaka ekvivalentna metoda koja omogućava da aparat detektovanjem iznenadne promene arterijskog pritiska inicira vanredno merenje neinvazivnog arterijskog pritiska, kako bi se ova promena evidentirala i po potrebi aktivirao odgovarajući alarm.

Питање бр.5: „Ставка 3.11. Детекција и алармирање бар 20 врста аритмија, снимање мин. 16,000 епизода“

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : „Детекција и алармирање бар 20 врста аритмија“ , будући да је 16.000 епизода неопходно, и служи само да се фаворизује један понуђач?

Одговор: Za Naručioca je neophodno da aparat memoriše izgled krivulja, vrednosti parametara, trendove i aritmije koje se dogode u dužem vremenskom periodu. Ovo je posebno važno radi praćenja hemodinamske stabilnosti nakon transplantacije. Zbog toga je definisana veličina potrebne memorije za svaku od ovih funkcija. Kod memorisanja aritmija smatraće se prihvatljivim aparat koji može da zapamti min. 16,000 epizoda aritmija ili koji može da memoriše sve aritmije koje se dogode tokom poslednjih 72h.

Питање бр.6: „Ставка 3.13. Континуално меморисање бар 5 кривуља током последњих 72h“

Да ли је за прихватљиво да се понуди монитор са меморисањем пуних таласних облика у трајању од 48 часова ?

Одговор: Na tržištu postoje monitori sa dosta dužim kao i sa dosta kraćim trajanjem memorisanja krivulja u odnosu na zahtevani minimum od 72h. Naručilac je definisao minimalne zahteve u skladu sa svojim potrebama. Predloženi zahtev nije prihvatljiv.

Питање бр.7: „Ставка 3.17. Могућност промене висине ЕКГ тона у пропорцији са тренутном вредности SpO2 или IBP“

Да ли је прихватљиво да се ова ставка измени тако да гласи : „Могућност промене висине ЕКГ тона у пропорцији са тренутном вредности SpO2?“

Одговор: U tački 3.17 zahtevana je promena visine EKG tona u proporciji sa trenutnom vrednosti SpO2 ili IBP. Dakle prihvatljivo je da se visina EKG tona menja bilo u skladu sa SpO2, bilo u skladu sa IBP, radi pažljivijeg praćenja hemodinamski nestabilnih pacijenata. Za Naručioca je prihvatljiv aparat koji ima bilo koju od navedenih mogućnosti, ili obe.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
