



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 104.

Датум: 19.01.2017. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 595K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 595K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.12.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр. 3: РЕСПИРАТОР ТРАНСПОРТНИ

Питање бр.1: „Ставке : 1.4.1 VC-SIMV sa isporukom zadatog VT pod najmanjim mogućim pritiskom

1.4.2 PC-BIPAP

1.4.3 PC-Ac

1.4.4 SPN-CPAP

Питање: S obzirom da ovakvo obeležavanje disajnih modova vrši samo jedan proizvođač, molimo Vas da ovu karakteristiku izmenite na sledeći način, tako da omogućite i drugim ponuđačima da podnesu prihvatljivu ponudu :

1.4.1 VC-SIMV ili ekvivalentno

1.4.2 PC-BIPAP ili ekvivalentno

1.4.3 PC-Ac ili ekvivalentno

1.4.4 SPN-CPAP ili ekvivalentno

Одговор: Potrebno je da respirator ima sledeće modove:

1. VC

2. SIMV

3. CPAP

4. BIPAP ili Bi level ili Duo PAP

Питање бр.2: „Ставка: 1.5 Ventilator ima opciju neinvazivne ventilacije u svim modovima ventilacije sa automatskom kompenzacijom curenja

Питање: Da li se ovde podrazumeva da se respirator isporučuje sa modom neinvazivne ventilacije , ili je u pitanju kasnija nadogradnja?

Одговор: Potrebno je da se isporuči respirator sa modom neinvazivne ventilacije, a ne da se kasnije nadograđuje.

Питање бр.3: S obzirom da respirator treba da se upotrebljava i u intenzivnoj nezi , odnosno i kao stacionarni respirator, da li je potrebno da poseduje postolje (sa točkovima radi lakšeg premeštanja i transporta).“

Одговор: Obzirom da je pored transporta, namena respiratora i da se koristi u stacionarnim uslovima, aparat treba da bude isporučen sa postoljem.

Партија бр. 4: ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА ЗА КАРДИОХИРУРГИЈУ

Питање бр.1: „Ставка: 1.7 Indeks rastapanja boje (CRI): 95 Ra pri 3.800 Kelvina

Питање: S obzirom da se u 1.10 traži temperatura boje minimum 3.800 Kelvina podrazumevamo da je moguće ponuditi lampu temperature boje od 4.350 Kelvina. Da li se onda može ponuditi lampa koja ima Indeks rastapanja boje (CRI): 96 Ra pri 4.350 Kelvina

Одговор: Ponuda ponuđača koji ponudi lampu koja ima Indeks rastapanja boje (CRI): 96 Ra pri 4.350 Kelvina, smatraće se prihvatljivom.

Питање бр.2: „Ставка 1.9 Могућност ротације лампе у свим позицијама

Питање 5: Да ли при овоме подразумевате да лампа може да се ротира у односу на свој носач, тј зглоб на коме је постављена на плафонском носачу ?“

Одговор: Овом карактеристиком је заhtevano да се лампа, у односу на свој носач, може ротирати у свим позицијама.

Питање бр.3: „Ставка 1.14 Зрачење главног светла и сателита мање од 500 W/m²

Да ли је прихватљиво да се понуди лампа чије је зрачење главног светла мање од 600 W/m² , а сателита мање од 500 W/m²?“

Одговор: Одговор на ово питање је садржан у измени конкурсне документације.

Партија бр. 5: ДЕФИБРИЛАТОР

Питање бр.1: „Ставка 1.2 Апарат треба да поседује две величине папуџица за екстерну дефибрилацију, са величином каџика 6 cm и 2,8 cm.

Питање: Претпостављамо да се овде ради о штампарској греџи, и да се величина каџика односи на каџике за интерну дефибрилацију. У циљу боље јасноће и омогућавања боље конкурентности молимо Вас да ову ставку промените у :

„Апарат треба да поседује две величине папуџица за екстерну дефибрилацију, као и каџике за интерну дефибрилацију у две величине (за децу и одрасле)“

Одговор: Одговор на ово питање је садржан у измени конкурсне документације.

Питање бр.2: „Ставка 1.6 Апарат мора имати индикатор квалитета контакта са кожом пацијента у три или више нивоа и на папуџици и на дисплеју

Питање: С обзиром да ову ставку може да испуни само један понуђач, молимо Вас да је промените у :

„Апарат мора имати индикатор квалитета контакта са кожом пацијента у три или више нивоа на папуџици или други приказ квалитета контакта на дисплеју“

Одговор: Одговор на ово питање је садржан у измени конкурсне документације.

Питање бр.3: „Ставка 1.11 Капацитет батерије: minimum 100 прањњења при максималној енергији коју апарат може да испоручи са пуном батеријом или minimum 2,5 h континуираног мониторинга (EKG, EtCO₂ и SpO₂) уз 20 пуних циклуса пуњења и прањњења при максималној енергији)

Питање: С обзиром да се уз апарат не испоручују SpO₂ и EtCO₂, молимо Вас да да ову ставку промените у

„Капацитет батерије: minimum 100 прањњења при максималној енергији коју апарат може да испоручи са пуном батеријом или minimum 2,5 h континуираног мониторинга EKG уз 20 пуних циклуса пуњења и прањњења при максималној енергији“

Одговор: Одговор на ово питање је садржан у измени конкурсне документације.

Питање бр.4: „Ставка 1.12 Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO₂, EtCO₂, RR i apnea vreme

Питање: С обзиром да се уз апарат не испоручују SpO₂ и EtCO₂, молимо Вас да да ову ставку промените у :

„Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, RR i apnea vreme“

Одговор: Одговор на ово питање је садржан у измени конкурсне документације.

Питање бр.5: „Ставка 1.14 Integrisana memorija kapaciteta za minimum 50 događaja od približno 30 minuta po svakom događaju

Питање: Да ли је прихватљиво да се ова ставка промени у :

„Integrisana memorija kapaciteta za minimum 50 događaja“

Одговор: Одговор на ово питање је садржан у измени конкурсне документације.

Питање бр.6: „Ставка 1.24 Апарат мора поседовати опцију електроstimулације срца

Питање: Да ли се овом ставком подразумева да апарат има уграђен пејсинг, и да ли је у том случају потребно испоручивати самолеplјиве електроде за пејсинг уз апарат ?

Одговор: Да.

Питање бр.7: „Ставка 2.1 Папуџице за одрасле 2 комада. Ставка 2.2 Папуџице за децу, 1 комад

Питање: Молимо Вас да нам разјасните зашто се испоручују 2 папуџице за одрасле, а 1 за децу? Сматрамо да ове две ставке треба spojити у једну која гласи : „Папуџице за одрасле пацијенте и децу „

Pored toga , молимо Вас да нам разјасните да ли је потребно испоручивати каџике за интерну дефибрилацију и EKG кабл ?

Одговор: Одговор на ово питање је садржан у измени конкурсне документације.

Партија бр. 9: ОПЕРАЦИОНИ СТО

Питање бр.1: „Ставка 1.4 Mobilan operacioni sto, dijametar točkova min 150 mm

Питање: S obzirom da dijametar točkova nije bitna karakteristika, molimo Vas da ovu stavku promenite u : „Mobilan operacioni sto“

Одговор: **Dijametar točka jeste bitan, jer na podu postoje lajsne preko kojih povremeno treba da se pregura sto.**

Питање бр.2: „Ставка 2.1 Mogućnost pomeranja operacionog stola od 750 mm-1050 mm

Питање: Da li je prihvatljivo da se ova stavka promeni u : „Mogućnost pomeranja operacionog stola od 750 mm-950 mm ili veći opseg“

Одговор: **Nije. Zahtevanom izmenom od 10cm smanjio bi hod što bi bilo tehnički lošije rešenje.**

Питање бр.3: „Ставка 2.5: Ugao podizanja leđnog dela: +85°/-40°

Питање: Da li je prihvatljivo da se ponudi sto sa uglom podizanja leđnog dela +80°/-40°

Одговор: **Tražili smo sedeći položaj zbog operacije ptoze, tako da mora biti minimalno 85°.**

Питање бр.4: „Ставка 3.2: Nosač za glavu, poluokrugli

Питање: Da li se ovo odnosi na držač za glavu koji se koristi za neurohirurgiju?

Одговор: **Nosač za glavu poluokrugli koristi se i za sve oblasti hirurgije kao podrška za glavu pacijenta u položaju na leđima, na stomaku i u lateralnom položaju.**

Питање бр.5: „Ставка 3.4: Nosač infuzije sa četiri kuke sa držačem podesiv po visini

Питање: Da li je prihvatljivo da se ova stavka promeni u „Nosač infuzije sa držačem podesiv po visini“

Одговор: **Tokom opšte anestezije 2 kuke često potroši anestezija tako da preostale 2 ostaju oftalmologu. 4 su tražena smisleno spram potrebe tokom rada**

Питање бр.6: „Ставка 3.5 Oslonac za ruke sa kaišom i fiksatorom 40x200x600mm

Питање: Da li je moguće ponuditi oslonac za ruke većih dimenzija od navedenih ?

Одговор: **Odgovor na ovo pitanje je sadržan u izmeni konkursne dokumentacije.**

Питање бр.7: „U delu Minimalne tehničke karakteristike, red. br. 1.4 stoji:

Mobilan operacioni sto, dijametar točkova min 150mm.

Da li je prihvatljivo ponuditi mobilni operacioni sto koji poseduje točkove prečnika 100mm, pokretljiva u svim pravcima, ali koji mogu podneti daleko veće opterećenje tj. veću nosivost (500kg) od zahtevane (200kg)?“

Одговор: **Odgovor na ovo pitanje je sadržan u odgovoru na pitanje br.1.**

Питање бр.8: „U delu Minimalne tehničke karakteristike, red. br. 2.1 stoji:

Mogućnost pomeranja operacionog stola od 750 mm do 1050mm.

Da li je prihvatljivo ponuditi operacioni sto sa mogućnošću pomeranja po visini 600-900mm?“

Одговор: **I na ovo pitanje je već odgovoreno kroz odgovor na Pitanje br.2.**

Питање бр.9: „U delu Minimalne tehničke karakteristike, red. br. 2.5 stoji:

Ugao podizanja leđnog dela +85°/-40°.

Da li je prihvatljivo ponuditi operacioni sto koji ima ugao pomeranja leđnog dela +80°/-40°?

Одговор: **I na ovo pitanje je već odgovoreno kroz odgovor na Pitanje br.3.**

Питање бр.10: „U delu Minimalne tehničke karakteristike, red. br. 2.6 stoji:

Nagib dela za noge +20°/-90°.

Pomeranje sekcija za noge u položaju većem od 10° na gore nije neophodno ni za jedan tip operacije. Opseg pomeranja sekcije za noge +10°/-90° je, ustvari, standard kojeg se pridržava najveći broj svetski priznatih proizvođača operacionih stolova. S toga, predlažemo izmenu ovog zahteva u: Nagib dela za noge +10°/-90°

Одговор: **Zahtevana izmena konkursne dokumentacije u nagibu dela za noge je bolje tehničko rešenje od zahtevanog, tako da nije potrebna izmena u ovom delu.**

Питање бр.11: „U delu Minimalne tehničke karakteristike, red. br. 3.5 stoji:

Oslonac za ruku sa kaišem i fiksatorom 40x200x600mm – 1 komad.

Obzirom da su svi oslonci za ruku manje-više približnih dimenzija, a u cilju veće konkurentnosti, predlažemo da se zahtev za tačnim dimenzijama naslona ili izbriše ili doda tekst „približno“.

Одговор: **Odgovor na ovo pitanje je sadržan u izmeni konkursne dokumentacije.**

Партија бр. 10: ОПЕРАЦИОНА ЛАМПА ЗА ОРЛ И МФХ

Питање бр.1: „Ставка 1.11 Могућност ротације лампе у свим позицијама

Питање: Да ли при овоме подразумевате да лампа може да се ротира у односу на свој носач, тј зглоб на коме је постављена на плафонском носачу ?

Одговор: Овом карактеристиком је заhtevano да се лампа, у односу на свој носач, може ротирати у свим позицијама.

Питање бр.2: „Ставка 1.14 Зрачење главног светла и сателита мање од 500 W/m²

Питање: Да ли је прихватљиво да се понуди лампа чије је зрачење главног светла мање од 600 W/m² , а сателита мање од 500 W/m²

Одговор: Одговор на ово питање је садржан у измени конкурсне документације.

Питање бр.3: „Техничке карактеристике по заhtеву наручиоца редни број 1.15 стоји - „Дубина осветљења без додатног фокуса LI/L2: minimum 110 cm“. Наведена карактеристика мора бити дефинисана за главно светло и сателит, те стога предлажемо да карактеристика 1.15 гласи: „Дубина осветљења главног светла и сателита, без додатног фокуса (LI+L2) на 20% minimalно 85 cm“ Оваква техничка карактеристика обезбеђује максималну конкурентност, а задовољава потребе клинике за ORL и MFH, обзиром да се тражила minimalна температура боје 3800 K.“

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Увидом у каталоге више референтних светских произвођача, који су своје производе регистровали код ALIMIS-a, установљено је да ову карактеристiku поседује неколико произвођача операционих лампи.

Питање бр.4: „Техничке карактеристике по заhtеву наручиоца редни број 2.2 стоји - „Одговарајући носач за монтажу лампе који одговара за салу где се врши монтажа“ Молимо Вас да издефинишете ову карактеристiku, да date прецизну висину плафона на који ће се лампа монтирати“ У случају да просторија има спуштен плафон, молимо да издефинишете простор од горњег до доњег плафона, како би сви понуђачи могли да припреме адекватну понуду.“

Одговор: Висина плафона у операционој сали Клинике за ORL и MFH је 3 m.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
