



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1504.

Датум: 14.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТИ ЗА ЈИН И ЈПИН**

Број јавне набавке: 476K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТ ЗА ЈИН И ЈПИН, број 476K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 04.11.2016. године.
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Наручилац је на страни 29. конкурсне документације, у делу под насловом ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1, под тачком 1.1. предвидео следећу карактеристику кревета:

„Основна конструкција кревета на два телескопска стуба подесива по висини”

Указујемо наручиоцу да предвиђена техничка карактеристика кревета – да је потребно да основна конструкција кревета буде на два телескопска стуба подесива по висини, представља дизајнерско решење конструкције кревета и ни на који начин не подразумева предност или неопходност, нити је у логичкој вези са предметом конкретне партије. Поред конструкције на два телескопска стуба, постоје и произвођачи који дизајнирају основну конструкцију кревета по систему полука. Наведено, дакле, представља само разлику у решењу основне конструкције које представља избор произвођача, и ни у каквој вези није са класом, издржљивошћу кревета или квалитетом кревета.

Имајући у виду да се искључивим захтевом за одређеним дизајнерским решењем основне конструкције кревета, неоправдано дискриминишу понуђачи који нуде производе оних произвођача који производе кревете чија је основна конструкција дизајнерски решена другачије, али функционално идентична захтеву наручиоца, сугеришемо наручиоцу да се тачка 1.1 измени, тако да гласи:

„Основна конструкција кревета на два телескопска стуба или на систему полука, подесива по висини.”

Одговор: Уопште није у питању дизајнерско решење, већ је реч о технички бољем решењу (ради се о електрохидрауличком мењању висине кревета, док ви предлагате електромеханичко). Из искуства запосленог особља у ЈИН и у Служби одржавања као дуготрајнији и квалитетнији кревети су се показали они који имају конструкцију на два телескопска стуба. Како на нашем тржишту постоји бар 5 понуђача који испуњавају захтевану техничку карактеристику, то наручилац остаје при захтеваној техничкој карактеристици под редним бројем 1.1 на страни 29 Конкурсне документације: „Основна конструкција кревета на два телескопска стуба подесива по висини”

Питање број 2: Наручилац је на страни 29. конкурсне документације, у делу под насловом ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1, под тачком 1.11. предвидео следећу карактеристику кревета:

„Дводелне бочне заштитне ограде, целом дужином, израђене од ливеног пропилена или челика пресвученог електростатском бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са системом меканог, једностепеног спуштања”

Потребно је да нам наручилац појасни зашто је инсистирао на једностепеном спуштању ако таква карактеристика онемогућава другачије решење. Произвођач којем ми заступамо поседује у једном степену спуштање ограда, али остаје стуб по средини који омогућава пацијетима који могу сами да се подижу помоћ при устајању (тај стуб у том случају има функцију дршке за подизање). Такође напоменули би да пошто је у питању кревет за ЈИН и пошто је потребан брз приступ пацијенту он је у потпуности омогућен са стране јер су заштитне ограде спуштене. Због наведеног, сугеришемо наручиоцу да се преформулише захтев на онај која не ограничава конкуренцију међу понуђачима, гласи:

„Дводелне бочне заштитне ограде, целом дужином, израђене од ливеног пропилену или челика пресвученог електростатском бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са системом меканог, једностепеног спуштања самих ограда уз могућност двостепеног спуштања стубића-држача”

Одговор: Наручилац остаје при захтеваној техничкој карактеристици под редним бројем 1.11 на страни 29 Конкурсне документације: „Дводелне бочне заштитне ограде, целом дужином, израђене од ливеног пропилену или челика пресвученог електростатском бојом отпорном на дезинфекциона средства и средства за прање, са системом меканог, једностепеног спуштања”. Пошто се ради управо о креветима за ЈИН, где пацијенти сами нити смеју, нити могу да устају, наручилац се одлучио за наведено техничко решење. Поред предходно наведеног, наручилац се приликом израде Конкурсне документације управо водио циљем да омогући што већем броју понуђача учешће у предметној јавној набавци, што захтевана техничка карактеристика и омогућава, за разлику од нашег предлога.

Питање број 3: Наручилац је на страни 29. конкурсне документације, у делу под насловом ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1, под тачком 1.12. предвидео следећу карактеристику кревета:

„Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилену, челика или алуминијума, демонтажне, са механизмом аутоматског закључавања и откључавања на једно дугме”

Потребно је да нам наручилац појасни зашто је инсистирао на откључавању на једно дугме. Сем што је по нашем сазнању то карактеристика само једног произвођача то је и лошије решење, јер остали понуђачи поседују решење без дугмета и са два сигурносна клизача којима се приступа једновременно у једном потезу са две руке. Ово решење је боље јер не може да се поквари (као када је у питању дугме) и не захтева никакву додатну активност.

Због наведеног, сугеришемо наручиоцу да се преформулише захтев на онај која не ограничава конкуренцију међу понуђачима, гласи:

„Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилену, челика или алуминијума, демонтажне, са механизмом закључавања и откључавања једним потезом”

Одговор: Због лакшег скидања страница узглавља и узножја, наручиоц се управо одлучио за систем скидања притиском на једно дугме. Свако понуђено решење, једнако овом или бољем од овог, наручилац ће оценити као прихватљиво.

Питање број 4: Наручилац је на страни 29. конкурсне документације, у делу под насловом ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1, под тачком 1.16. предвидео следећу карактеристику кревета за интензивну негу:

„Ауторегресија минимално 10цм”

Ауторегресија представља узмицање наслона за леђа у односу на седални део приликом подизања наслона леђа. Том приликом се ствара простор у који ће душек да „легне”, како се не би правило „стомак” на душеку који гура пацијента.

Сваки произвођач поседује своје индивидуално решење за ову карактеристику. Одређени произвођачи, као што је произвођач кога ми заступамо, има своје решење – конструкцију самог кревета и специфично рађен душек који се сам поставља током пресавијања тако да повећава ауторегресију. Не постоји адекватно образложење овако постављеног захтева наручиоца, јер тражена карактеристика није непромењиво техничко решење које је идентично код свих кревета сваког произвођача, иста представља опредељење произвођача за одређено решење ове карактеристике, и понуђачи не могу утицати на то. Сматрамо да је потребно изменити наведену техничку карактеристику, тако да иста гласи :

1.16 „Ауторегресија”

Такође, предлагемо да наручилац, у погледу те карактеристике, захтева да се као доказ достави Изјава произвођача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ауторегресија коју поседују његови кревети функционално адекватна, те да се током манипулације креветом неће правити неравнине на душеку истог.

Поводом свега напред наведеног, заинтересовано лице указује наручиоцу да нејасни делови конкурсне документације захтевају појашњења и корекције да бипонуђачи могли да припреме прихватљиву, а самим тим и одговарајућу понуду, у смислу одредбе члана 61. Закона о јавним набавкама.

Одговор: Наручилац остаје при захтеваној техничкој карактеристици под редним бројем 1.16 на страни 29 Конкурсне документације: „Ауторегресија минимално 10цм”. Добро је појашњен појам и функција ауторегресије. Управо због те функције наручилац остаје при захтеваној техничкој карактеристици. Свима је позната чињеница да је век трајања кревета далеко већи од века трајања душека, па би свака нова набавка душека била ограничена само на одређени тип. Са креветом који има функцију ауторегресије у даљим јавним набавкама душека за исте на овај начин повећавамо конкуренцију.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
