



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 3098.

Датум: 14.12.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Апарати за јединице интензивне неге
Број јавне набавке: 383K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Апарати за јединице интензивне неге, број 383K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 19.11.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.5: Електрични аспиратор

Питање бр.1: „За партију 5 тендера 383K/2015 код минималних техничких карактеристика стоји:

5.6. Ниво буке не сме да прелази 40 децибела (као доказ доставити сертификат издат од стране домаће акредитоване установе одговорне за исто)

Да ли је прихватљиво да се понуди аспиратор који има ниво буке 45+-1,5 dB (AS)/1 m (што је занемарљиво више од траженог) што стоји у каталогу произвођача, а производ је регистрован од стране Агенције за лекове и медицинска средства, значи да је као такав прихваћен на нашем тржишту?“

Одговор бр.1: Наручилац остаје при минималним техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом.

Партија бр.14: Портбилни доплер апарат

Питање број 1: „У документацији није дефинисано да ли се ради о монодикционом или бидирекционом доплеру.“

Одговор број 1: Ради се о бидирекционом доплеру.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
