



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1668.

Датум: 25.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТИ ЗА ЈИН И ЈПИН**

Број јавне набавке: 476K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТ ЗА ЈИН И ЈПИН, број 476K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 04.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: На страни 29. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАНТЕВУ НАРУЧЊОСА у позицији 1.2 стоји:

“Спољне димензије

Дужина: 2150 – 2250 mm

Ширина: 980 – 1050 mm”

Radi povećanja konkurentnosti između ponuđača, odnosno povećanja broja ponuđača, molimo da izvršite izmenu u tehničkoj dokumentaciji tako da pozicija 1.2 glasi:

“Спољне димензије

Дужина: 2150 – 2280 mm

Ширина: 960 – 1050 mm”

Питање број 2: На страни 36. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАНТЕВУ НАРУЧЊОСА у позицији 2 стоји:

“Спољне димензије

Дужина: 2150 – 2250 mm

Ширина: 980 – 1050 mm”

Radi povećanja konkurentnosti između ponuđača, odnosno povećanja broja ponuđača, molimo da izvršite izmenu u tehničkoj dokumentaciji tako da pozicija 2 glasi:

“Спољне димензије

Дужина: 2150 – 2280 mm

Ширина: 960 – 1050 mm”

Одговор на питања бр.1 и 2: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
