



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 72.

Датум: 15.01.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 520K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 520K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 18.12.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.2: Ноћни ормарић са таблом за сервирање оброка

Питање бр.1: Позиција 2.5: «Чело фиоке и врата ормарића морају бити од HPL материјала».

Молимо вас да дозволите учешће ормарића који има чело и врата ормара израђена од челика, заштићена епоксидним премазом. Оваква израда ормарића је робустнија и трајнија од захтеване.

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама. Већина произвођача ноћних ормарића имају у свом производном програму исте који испуњавају захтевану минималну техничку карактеристику.

Питање бр.2: Позиција 2.7: «Табла за сервирање оброка је везана за ормарић телескопским стубом».

Молимо вас да дозволите учешће ормарића који имају таблу за сервирање оброка повезану за ормарић помоћу једног или више телескопских механизма. На овај начин дозвољава се учешће већем броју потенцијалних понуђача, а не нарушава се квалитет захтеваног добра.

Одговор: Наручилац ће као прихватљиву оценити сваку понуду чије су техничке карактеристике понуђених добара једнаке захтеваним конкурсном документацијом или боље од њих.

Питање бр.3: Позиција 2.8: «Табла за сервирање оброка мора имати могућност хидрауличног подизања минимум 200 mm и окретања око осе до 360° ради лакшег подешавања потребама пацијента».

Ради проширења конкуретности, молимо да дозволите учешће ормарића који имају мануелно померање табле за сервирање оброка и немају могућност окретања око осе. Стога молимо да наведену карактеристику измените тако да гласи: «Табла за сервирање оброка са могућношћу подизања минимум 200mm».

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама. Ормарић са захтеваном карактеристиком поседује већи број понуђача.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
