



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1629.

Датум: 21.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 528K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 528K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.1: Рендгенски мобилни апарат

Питање број 1: „Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди **уређај који има два независна батеријска система за покретање и експозицију**? Два независна батеријска система представљају квалитетније решење. Уколико се услед великог броја експозиција, испразни та једна батеријска група, уређај не може да се покреће и у том случају мора да се гурати до места које је предвиђено за пуњење.“

Одговор: Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке захтеваним из Минималних техничких карактеристика конкурсне документације или боље од њих, сматраће се прихватљивим.

Партија бр.4: Транспортни вентилатор

Питање број 1: „Да ли прихватате да вентилатор има опцију приказа само волумена цурења? С обзиром да је то довољан податак у клиничкој пракси и како сам вентилатор у свом раду има компензацију цурења, која омогућава несметано функционисање апарата, сматрамо да је читавање овог параметра изражено кроз волумен цурења сасвим оптимално и довољно за свакодневни рад у клиничкој пракси?“

Одговор: Узимајући у обзир чињеницу да на тржишту постоји више апарата који задовољавају ову тражену техничку карактеристику, наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
