



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1615.

Датум: 18.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 528K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 528K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.3: Апарат за анестезију

Питање број 1: Молимо вас да нам наведете поред једног модела апарата за анестезију, бар још један који задовољава комплетну техничку спецификацију. Напомињемо да смо прегледом предходних неколико јавних набавки за апарате за анестезију утврдили да је објављивана иста техничка спецификација, и да је увек постојала само једна прихватљива понуда, у којој је нуђен мало пре поменути апарат.

Одговор: Узимајући у обзир све измене конкурсне документације, по нашем сазнању постоје бар 3 апарата за анестезију, регистрована код АЛИМС-а, који испуњавају захтеване минималне техничке карактеристике из конкурсне документације за ј.н. број 528K/2016.

Питање број 2: На који начин сте извршили испитивање тржишта, и како сте саставили ову спецификацију (која је иста као и другим болницама, и за коју постоји само један понуђач), и зашто нисте водили рачуна о томе да сте по Закону о јавним набавкама дужни да омогућите конкурентност на јавној набавци?

Одговор: Одговор на ово питање је садржан кроз одговор на претходно питање.

Питање број 3: Зашто сте уопште послали позиве другим фирмама за учествовање на овој јавној набавци кад одлично знате да осим једне фирме и њиховог модела, не постоји начин да нека друга фирма поднесе прихватљиву понуду?

Одговор: Ова јавна набавка је обликована у 5 партија. Имајући то у виду позиви за учествовање су упућени свим потенцијалним понуђачима који се баве прометом добара који су предмет ове јавне набавке.

Партија бр.4: Транспортни вентилатор

Питање број 1: У обрасцу понуде, у оквиру партије бр.4 тражили сте: „Компензација цурења 180 л/мин у вези са транспортним вентилатором.

Обзиром да при максималном протоку, који код уобичајених модела транспортних вентилатора износи око 200 литара/мин ова компензација цурења била малтене сигуран показатељ дисеконекције а не цурења (јер би цурење било 90%) и да се исти ефекат сигурности и безбедности постиже и са просечним вредностима компензације цурења од 50 л/мин која покривају уобичајене вредности цурења која се дешавају у клиничкој пракси, да ли прихватате да се дозволи и ова вредност компензације цурења?

Одговор: Транспортни вентилатор мора имати опцију неинвазивне вентилације дефинисане у тачки 5 Минималних техничких карактеристика. Приликом неинвазивне вентилације користи се маска за неинвазивну вентилацију, дефинисана у тачки 12 Минималних техничких карактеристика, приликом апликације маске на пацијента може доћи до великих цурења, због тога је неопходно да апарат има могућност да компензује цурење до 180 л/мин.

Вентилатори са мањом компензацијом цурења су неприхватљиви за наручиоца јер не би могли да се употребљавају приликом транспорта и приликом неинвазивне вентилације.

Питање број 2: Такође да ли прихватате да вентилатор има опцију неинвазивне вентилације само у модовима PC-simv PC-CMV PC-ACV, CPAP i DUOPAP? С обзиром да код неинвазивне вентилације увек постоји већа могућност цурења а да су се модови са pressure control показали бољим у погледу цурења и рада при неинвазивној вентилацији, молим да уважите ове аргументе и дозволите и овакав модел апарата.

Одговор: Имајући у виду потребе наручиоца на основу којих су и урађене минималне техничке карактеристике које мора да испуњава добро – Транспортни вентилатор, наручилац остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама.

Питање број 3: На страни 47/66 конкурсне документације тражите да се достави оригинална изјава произвођача да модел понуђене опреме није старији од 5 година и да је исти произведен у 2015 или 2016 години. Такође, на страни 47/66 конкурсне документације тражите да се, уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталагу произвођача, достави оригинална изјава произвођача опреме. Молимо вас да нам дефинишете шта тачно значи „оригинална изјава“ ? Да ли је за наручиоца прихватљиво да се достави скенирана и одштампана изјава произвођача? У складу са чланом 79. Став 1. Закона о јавним набавкама, докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама.

Одговор: Наручилац, поучен лошим искуством, захтева достављање оригиналних изјава произвођача за све случајеве у којима се захтевају изјаве у оквиру Осталих обавезних услова конкурсне документације.

Питање број 4: Молимо вас да нам појасните захтев са стране 47/66 конкурсне документације да је „опрема произведена у 2015 или 2016 години“. Да ли је за наручиоца прихватљиво да коригује овај захтев и да дода да се тражи „нов, некоришћен апарат и да није коришћен као демо верзија? Са првобитним условом, ризикујете да добијете опрему која је већ коришћена, а задовољава оно што сте тражили, што сигурно није у интересу наручиоца.

Одговор: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. За наручиоца је прихватљиво и да понуђено добро буде произведено и у 2017 години, а да понуђач достави оригинал Изјаву произвођача из ког лота ће понуђено добро бити.

Питање број 5: На страни 46/66 конкурсне документације под тачком 2. Тражите „Лак за маневрисање и транспорт, тежина вентилатора не већа од 6 кг. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди транспортни вентилатор који је тежак 6,3 кг? 300 гр више од тражене тежине не утиче на функционалност и коришћење самог апарата. Сматрамо да би прихватање овог услова испунило начело обезбеђења конкуренције које сте по закону дужни да испоштујете, а не би значајно утицало на могућност маневрисања.

Одговор: Како по нашем сазнању постоји више модела транспортних вентилатора чија је маса мања од 6 кг, наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
