



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 12.10.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН

Број јавне набавке: 328K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН, број 328K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: На страни 30/46 конкурсне документације, партија 1. прилог А./ техничке карактеристике, КРЕВЕТИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ, тачка 1.22 захтева се „Могућност даљинских команди: подизање-спуштање, аутоконтур леђног дела, дела за бутине, тренделенбург и контра тренделенбург, положаја са устајање пацијената, закључавање функција, кардиолошка столица, раван положај кревета, ниска позиција, светло”.

На страни 36/46 конкурсне документације, партија 2. прилог А./ техничке карактеристике, КРЕВЕТИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ПОЛУИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ, тачка 2.20 захтева се „Могућност даљинских команди: подизање-спуштање, аутоконтур леђног дела, дела за бутине, тренделенбург и контра тренделенбург, положаја са устајање пацијената, закључавање функција, кардиолошка столица, раван положај кревета, ниска позиција, светло”.

Коментар: Ради безбедности пацијента и олакшања рада особља користи се ноћно светло које осветљава под испод кревета тако да пацијент и особље виде излаз из кревета (нпр. током устајања ноћу)

Питање 1: Да ли се под “светло “ подразумева ноћно светло које има горе поменути сврху?

Одговор број 1: Можемо прихватити ову сугестију и прецизирати да се ради о ноћном светлу које олакшава рад особља, повећава безбедност и силазак болесника, види се излаз из кревета и висина истог.

Питање број 2: На страни 30/46 конкурсне документације, партија 1. прилог А./ техничке карактеристике, КРЕВЕТИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ, тачка 1.24.1. захтева се „Антидекубитални душек са антибактеријском навлаком”.

На страни 36/46 конкурсне документације, партија 2. прилог А./ техничке карактеристике, КРЕВЕТИ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ПОЛУИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ, тачка 2.22.1. захтева се „Антидекубитални душек са антибактеријском навлаком”.

Коментар: Антидекубитални душеци су медицинска средства која се посебно и независно од кревета региструју код АЛИМС-а и налазе се уписана у регистру медицинских средстава.

Питање 2: Да ли захтевате решење АЛИМС-а и за кревете и за антидекубиталне душеке ?

Одговор број 2: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са одредбама ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
