



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1687.

Датум: 28.11.2016. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТИ ЗА ЈИН И ЈПИН**

Број јавне набавке: 476K/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: КРЕВЕТ ЗА ЈИН И ЈПИН, број 476K/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 04.11.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: У конкурсној документацији на страни 29/48 таčka 1.8 захтева се: „Лежећа плоча се састоји од minimum 4 дела, израђена од материјала који се лако одржава и скида са кревета и пропусна је за X zrake” .

Питање : На захтев за додатним појашњенијима једног од понудача а везано за то где на кревету треба да се постави RTG касета како би се обавило RTG снимање, дана 23.11.2016 године сте послали одговор под бр. 1645 који гласи: „Тадка 1.7: Пошто од укупног броја кревета, један број истих се набавља и за јединицу интензивне неге за оделенје ортопедрије, па кревет мора омогућити RTG снимање целом својом дужином. Снимање се обавља тако што се RTG касета ставља испод душека пацијента, па зато минималним техничким карактеристикама није ни захтевано место на кревету предвиђено за постављање RTG касете.

Таčka 1.8: Лежећа плоча се састоји из minimum 4 дела, израђена од материјала који се лако одржава и скида са кревета (без употребе алата) и пропустна је за X zrake.” Шодно горе наведеном, тадка 1.7 дефинише да RTG касета може да се постави било где испод душека пацијента, док таčka 1.8 захтева да је лежећа плоча која се налази испод RTG касете буде пропустна за X zrake. Снимање се завршава на RTG касети која је изнад лежеће плоче, тако да заиста нема никаквог значаја да ли је плоча испод RTG касете пропустна или не. На основу овде изнетог да ли је прихватљива измена захтева конкурсне документације тако да техничка карактеристика таčke 1.8 остане као што је првобитно гласила односно: "Лежећа плоча се састоји из minimum 4 дела, израђена од материјала који се лако одржава и скида са кревета (без употребе алата)"?

Одговор на питања бр.1: Имајући у виду да бар пет понуђача испуњавају захтевану карактеристiku, наручилац остаје при истој.

Питање број 2: У конкурсној документацији на страни 29/48 таčka 1.12 захтева се: „Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, челика или алуминијума, демонтажне, са механизмом аутоматског закључавања и откључавања на једно дугме са сваке стране странице”.

Питање : На постављен захтев за додатним појашњенијима једног од учесника у отвореном поступку јавне набавке, дана 14.11.2016 године дали сте следећи одговор: „Због лакшег скидања страница узглавља и узножја, наручилац се управо одлучио за систем скидања притиском на једно дугме. Свако понуђено решење, једнако овом или бољем од овога, наручилац ће оценити као прихватљиво. Из вашег горњег одговора, није јасно како ће наручилац установити које је решење једнако или боље од захтеваног. На пример, реномирани свјетски произвођач има 2 полугице као механизам којим откључава и закључава странице узглавља и узножја. Ово је поуздан механизам који омогућава лако скидање страница и стога усвојен као техничко решење реномiranог свјетског произвођача. Да ли се ово решење третира код наруђиоца као једнако или боље од онога са једним дугметом шодно горњем захтеву наруђиоца?

Одговор на питања бр.2: Решење које је описано у Питању бр.2, наручилац ће оценити прихватљивим.

Питање број 3: У конкурсној документацији на страни 29/48 таčka 1.20 захтева се: „Електро podešavaње сегмента за бутине: min. од 0° до 40°.”

Питање : Реномирани свјетски произвођач има електро podešavaње сегмента за бутине од 0° до 28°. Разлози за усвојен наведени распон су: морфологија пацијената, смањење болова пацијената народито плућне функције код већих углова од 28°, одржавање комфора пацијената при podešavaњу до максималних вредности. Наиме у пракси се дешава да се електроpodešavaње углова врши са смањеном пажњом особља код аутоматизованих радњи, те се може догодити да се достигну граничне вредности podešavaња које су крајње некомфортне за пацијенте. Да би се то спречило,

renomirani proizvođač je iz prakse i morfologije pacijenata ustanovio da je granični ugao koji vrši traženu funkciju elektro podešavanja a održava komfor pacijenata ugao od 28°. Shodno gore navedenom, da li je prihvatljiva izmena tako da tehnička karakteristika tačke 1.20 glasi: "Elektro podešavanje segmenta za butine: od 0° do min. 28°."?

Одговор на питања бр.3: Пошто од укупног броја кревета, један број истих се набавља и за јединицу интензивне неге за одељење ортопедрје. Потребе овог одељења су такве да наручилац остаје при захтеву из минималних техничких карактеристика из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
