



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1088.

Датум: 16.08.2017. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 311K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 311K/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.07.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.9

Питање бр.1: У предметној јавној набавци се као додатни услов за учествовање под тачком 6. захтева да понуђач, уколико у исто време није и овлашћени сервис, достави уговор о пословно-техничкој сарадњи са овлашћеним сервисом. Уколико је произвођач уједно и овлашћени сервис, да ли је довољно да се достави изјава произвођача којом се наведено потврђује са позивом на предметну јавну набавку?

Како смо од стране произвођача већ овлашћени да учествујемо у предметној јавној набавци, сматрамо да би се достављањем наведене изјаве у потпуности испунила сврха предметног захтева.

Одговор: Изменом конкурсне документације за јавну набавку бр. 311K/2017 од 26.07.2017. године, наруčilac је одустао од кадровског капацитета за партије бр. 8 и 9 : „Најмање два сервисера запослена на неодређено време, који су сертификовани и обучени за сервисирање предметне опреме код произвођача исте“, па је самим тим одустао и од „Ауторизованог сервиса за сервисирање опреме“. Одговор на ваше питање је: није потребно достављати изјаву произвођача о ауторизованом сервису.

Партија бр.17

Питање бр.1: У таčki 17.7 време пуњења празне батерије.

Да ли прихватате време пуњења мање од 4 сата, уместо до 3 сата и 30 минута

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама из конкурсне документације. Све понуде које понуде опрему са бољим карактеристикама од захтеваних, сматраће се прихватљивим. Напомињемо да minimum пет понуђача задовољавају тражене карактеристике.

Питање бр.2: У таčki 17.19 printer.

Да ли би прихватили 1 канални термички штапаћ, уместо 2 каналног термичког штапаћа? Како је ширина папира на коме се штампа EKG очитаванје 50 mm, сматрамо да је због величине штампе самог EKG сигнала прегледнији извештај са штампом 1 канала EKG.

Одговор: Не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача. Наручилац остаје при захтеваним минималним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
