



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1097.

Датум: 18.08.2017. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Број јавне набавке: 311К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 311К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.07.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.1

Питање бр.1: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 1.1.3 стоји: “ Висина стола без тапацирунга од 600 mm и ниже до 1050 mm и већер распона ” . Како би се омогућило ућеће што већем броју потенцијалних понуђача, молимо да дозволите ућеће операционог стола чија висина се може подећавати у распону од 750 mm и ниже до 1050 mm и више.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Због специфичности и разноврсности процедура које се обављају на Клиници за грудну хирургију, а нарочито приликом ендоскопских операција на тораксу, потребно је сто поставити у најнижу могућу таћку како би се хирурзима обезбедила лакша манипулација односно комфорнији оперативни рад. Увидом у каталоге више референтних светских произвођача операционих столора, утврђено је да неколико произвођача испуњава захтев као што су: Trumpf, Maquet, Mindray...

Питање бр.2: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 1.1.12 стоји: “ Морућност меморисања минимум 10 позиција на даљинском управљачу ” . Молимо Вас да брићете наведену карактеристику, како бисте омогућили ућеће што већем броју потенцијалних понуђача. Овако прецизирана карактеристика фаворизује само једног произвођача.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Ова карактеристика је веома битна јер постоје специфичне позиције у које се постављају пацијенти приликом различитих процедура у грудној хирургији. Шодно томе, одређена позиција пацијента се може меморисати и касније лако наместити притиском на одређено дугме. Увидом у каталоге више референтних светских произвођача операционих столора, утврђено је да неколико произвођача испуњава захтев као што се: Steris, Maquet, Mindray...

Питање бр.3: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 1.1.15 стоји: “ Постављање стола у закључан фиксиран положај путем подних стопа или системом увлачења тоћкова са једном командом на даљинском управљачу ” . Молимо да дозволите ућеће операционог стола који се у фиксирани положај поставља помоћу централне коћнице која блокира све тоћкове.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Системом закључавања путем подних стопа или увлачењем тоћкова помоћу једне команде на даљинском управљачу се постиже већа стабилност и сигурност стола приликом манипулације на њему насупрот столорима са централном коћницом који су се у пракси показали као непouzдани и где је долазило до превртанја операционог стола. Увидом у каталоге више референтних светских произвођача операционих столора, утврђено је да неколико произвођача испуњава захтев као што су: Steris, Trumpf, Maquet, Mindray...

Питање бр.4: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 1.1.17 стоји: “ Носивост стола 450 kg и више у NORMAL позицији ” . Молимо да дозволите ућеће операционог стола који има статичку носивост 350 kg. Носивост од 350 kg је сасвим довољна за пацијента и неопходну додатну опрему, а омогућила би ућеће знатно већем броју потенцијалних произвођача.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Већа носивост операционог стола омогућава и рад са веома тећким и гојазним пацијентима односно сматрамо да ако је по произвођачкој спецификацији носивост стола декларисана око 450 kg и да је омогућена свакодневна манипулација са пацијентима од 450 kg, то подразумева и да су делови и компоненте операционог стола израђени од најквалитетнијег материјала и омогућавају дуготрајност самог стола без обзира на тећину пацијента. Увидом у каталоге више референтних

svetskih proizvođača operacionih stolova, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su: Steris, Schmitz, Trumpf, Maquet, Mindray...

Питање бр.5: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.1.20 стоји: “ Специјална батерија са могућношћу пуњења и капацитетом рада најмање 1 недељу после пуњења”. Капацитет батерије од најмање 1 недеље после пуњења није адекватно дефинисан. Капацитет батерије операционог стола мери се у комплетним циклусима померања операционог стола. Стога молимо да ову карактеристiku измените тако да гласи: „Специјална батерија са могућношћу пуњења и капацитетом рада од најмање 90 комплетних циклуса померања.“

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Увидом у каталоге више референтних свetsких произвођача операционих stolova, utvrđeno je da je kod nekoliko proizvođača ova karakteristika definisana kao i u postavljenom zahtevu.

Питање бр.6: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.1.21 стоји: “Електронско праћење нивоа напуњености батерије са оптичким индикатором и звучним сигналом ”. Молимо да дозволите ућеће операционог стола који има само оптички индикатор напуњености батерије.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Увидом у каталоге више референтних свetsких произвођача операционих stolova, utvrđeno je da je kod nekoliko proizvođača ova karakteristika definisana kao i u postavljenom zahtevu.

Питање бр.7: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.1.23 стоји:

“ Тапацирунг стола треба да је лак за одржавање, са антидекубиталним својствима и да је дебљине минимум 80 mm ”. Како би се омогућило ућеће већег броја потенцијалних понуђача, молимо Вас да дозволите да се понуди операциони сто са дебљином душека min 50 mm. Већа деbljina душека не значи да је бољи. По мишљењу реномираних стручњака за операциони сто је бољи душек од 50 mm деbljине због циркулације и анти декубитуса и дугих операција.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Ваша тврдња је нетачна, јер већа деbljina душека подразумева и већу деbljinу меморијске пене која се налази у њему, а самим тим и већу комфорност за пацијента као и спречавање појаве декубита као и у превенцији настанка хипотермије. Увидом у каталоге више референтних свetsких произвођача операционих stolova, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su : Steris, Schmitz, Trumpf, Maquet...

Питање бр.8: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.1.24 стоји: “ Могућност повезивања у интегрисани информациони систем за операционе сале”. Молимо да дозволите ућеће операционим stolovima који немају могућност повезивања у интегрисани операциони систем за операционе сале, те да бришете ову карактеристiku.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Увидом у каталоге више референтних свetsких произвођача операционих stolova, utvrđeno je da je kod nekoliko proizvođača ova karakteristika definisana kao i u postavljenom zahtevu.

Питање бр.9: На страни 35. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.1.24 стоји: “ Могућност надоградње уређаја који се монтира на бочну шину и помоћу кога је могуће самоходно управљање столом у свим правцима ”. Молимо да дозволите ућеће операционом столу који поседује додатни контролни панел на самом stubу операционог стола, или на бази стола.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Дефинисана ставка се не односи на додатни контролни панел него на уређај помоћу кога је могуће управљати, односно померати операциони сто у свим правцима и контролисати брзину стола. Увидом у каталоге више референтних свetsких произвођача операционих stolova, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su : Steris, Maquet, Mindray...

Питање бр.10: У минималним техничким карактеристикама ред. бр. 1.1.1 наручилац наводи: „Мобилни операциони сто са електро-хидрауличним померањима свих базичних функција стола“.

Питање: Да ли је за наручиоца прихватљив сто са електромеханичким померањима пошто различити произвођачи на различите начине решавају покретање стола. Инсистирањем само на електрохидрауличном столу смањује се конкуренција на предметној набавци и произвођачима који производе електромеханичке столове онемогућава учествовање на истој?

Одговор: Не прихвата се предлог. Сматрамо да је електро-хидраулични систем преноса команди далеко постојанији и сигурнији у раду. Сам покрети који се врше овим путем су континуирани и без икакве задршке. Што се тиче сервисног одржавања оваквог система покретања, трошкови одржавања су далеко нижи, а и потребно је мање утрошеног време за евентуалне поправке. Увидом у каталоге више свetsких произвођача операционих stolova, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su : Steris, Schmitz, Maquet, Schaefer, Medifa, Mindray...

Питање бр.11: У минималним техничким карактеристикама ред. бр. 1.1.3 наручилац наводи: „Висина стола без тапацирунга од 600 mm и ниже до 1050 mm и већег распона“.

Питање: Да ли је за наручиоца прихватљив сто са висинским распоном од 700 до 1050 мм? Сматрамо да се овом изменом не губи на квалитету самог стола а са њом би се допринело повећању конкуренције на самој предметној набавци чиме би се верујемо постигла боља цена.

Одговор: **Ne prihvata se predlog potencijalnog ponuđača. Zbog specifičnosti i raznovrsnosti procedura koje se obavljaju na Klinici za grudnu hirurgiju, a naročito prilikom endoskopskih operacija na toraksu, potrebno je sto postaviti u najnižu moguću tačku kako bi se hirurzima obezbedila lakša manipulacija odnosno komforniji operativni rad. Uvidom u kataloge više referentnih svetskih proizvođača kao i u kataloge operacionih stolova u Vašem prodajnom programu, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su : Trumpf, Maquet, Mindray...**

Питање бр.12: У минималним техничким карактеристикама ред. бр. 1.1.10 наручилац наводи: "Лонгитудинално померање 310 mm и више помоћу команди на даљинском управљачу"

Питање: Да ли је за наручиоца прихватљив сто са лонгитудиналним померањем од 270 мм? Сматрамо да се овом изменом не губи на квалитету самог стола а са њом би се допринело повећању конкуренције на самој предметној набавци чиме би се верујемо постигла боља цена.

Одговор: **Ne prihvata se predlog potencijalnog ponuđača. Zbog specifičnosti i raznovrsnosti procedura koje se obavljaju na Klinici za grudnu hirurgiju, a posebno prilikom rentgenskih snimanja pacijenata tokom operacije, potrebno je da operacioni sto poseduje uzdužno (longitudinalno) pomeranje što je više moguće. Uvidom u kataloge više referentnih svetskih proizvođača kao i u kataloge operacionih stolova u prodajnom programu potencijalnog ponuđača koji je postavio pitanje, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su : Trumpf, Steris, Maquet, Mindray...**

Питање бр.14: У минималним техничким карактеристикама ред. бр. 1.1.11 наручилац наводи: "Даљински управљач са екраном на коме су приказана статусна обавештења и трнутни угао под којим је постављена радна плоча"

Питање: Да ли је за наручиоца прихватљив водоотпорни даљински управљач са „soft touch“ тастатуром, који подржава све функције стола? Овај даљински управљач пружа све потребне функције за рад са столом и представља стандард код свих произвођача тако да не би представљао ограничавајући фактор у овој набавци.

Одговор: **Ne prihvata se predlog potencijalnog ponuđača. Uvidom u kataloge više referentnih svetskih proizvođača operacionih stolova, utvrđeno je da je kod nekoliko proizvođača ova karakteristika definisana kao i u postavljenom zahtevu.**

Питање бр.15: У минималним техничким карактеристикама ред. бр. 1.1.12 наручилац наводи: "Могућност меморисања минимум 10 позиција на даљинском управљачу".

Сугестија. Молимо наручиоца да из конкурсне документације изостави овај захтев јер исти нема клиничких предности нити представља предност у пракси. Обзиром да се сваки пацијент разликује по тежини, висини, дужини екстремитета, итд., а да се баш због тога сто мора подесити пре сваке операције сматрамо да инсистирање на даљинском који има унапред дефинисане позиције само доводи до смањења конкуренције на предметној набавци.

Одговор: **Ne prihvata se predlog potencijalnog ponuđača. Ova karakteristika je veoma bitna jer postoje specifične pozicije u koje se postavljaju pacijenti prilikom različitih procedura u grudnoj hirurgiji. Shodno tome, određena pozicija pacijenta se može memorisati i kasnije lako namestiti pritiskom na određeno dugme. Uvidom u kataloge više referentnih svetskih proizvođača operacionih stolova, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su : Steris, Maquet, Mindray...**

Питање бр.16: У минималним техничким карактеристикама ред. бр. 1.1.26 наручилац наводи: "Могућност надоградње уређаја који се монтира на бочну шину и помоћу кога је могуће самоходно управљање столом у свим правцима".

Сугестија: Молимо вас да тражену карактеристику изоставите из тражених минималних карактеристика пошто се ради о могућности надоградње која успут нена било какву клинички оправдану сврху а само и искључиво може да доведе до смањења конкуренције на предметној набавци. Ову карактеристику са осталим наведеним карактеристикама поседује само један понуђач који је регистровао столове у Р. Србији те се инсистирањем на њој већ унапред зна победник на предметној набавци што крши Закон о јавним набавкама.

Одговор: **Ne prihvata se predlog potencijalnog ponuđača. Vaša tvrdnja je netačna jer je uvidom u kataloge više referentnih svetskih proizvođača operacionih stolova, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su : Steris, Maquet, Mindray...**

Партија бр.2

Питање бр.1: На страни 42. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 2.1.5 стоји: "Дијаметар видног поља од 20 до 25 cm за главно светло и сателит". Молимо да дозволите ућеће операционим лампама са дијаметром видног поља до 23 cm.

Одговор: **Ne prihvata se predlog potencijalnog ponuđača. Veoma je bitno da dijametar vidnog polja bude što veći kako bi se obezbedila veća osvetljenost samog operativnog polja, a posebno imajući u vidu da se operacioni sto nabavlja za potrebe Klinike za grudnu hirurgiju. Uvidom u kataloge više svetskih proizvođača operacionih lampi, utvrđeno je da nekoliko proizvođača ispunjava zahtev kao što su : Trumpf, Maquet, Mindray, Dreger, Dr. Mach...**

Питање бр.2: На страни 42. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 2.1.7 стоји: “Радни век LED диода 60.000 часова и више”. Мишљенја смо да као корисник треба измените конкурсну документацију и да захтевате гаранцију од мин. 5 година на LED. Везивање за 60.000 сати је релативно и за вас као корисника нефункционално. Само један понуђач од много понуђача на нашем тржишту испуњава ову карактеристичку која је имажинарна у стварном свету и нема никакву функцију сем да избаци остале понуђаче из ове набавке. Молимо да ову карактеристичку измените тако да гласи: „Гаранција на LED диоде 5 година.“

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Ваша тврдња је нетачна јер радни век сјалица подразумева дузину трајања сјалица без потребе замене истих. Самим тим, што је дузи радни век сјалице на операционој лампи, бољи је и квалитет израде сјалица а и трошкови одржавања су знатно нижи. Увидом у каталоге и спецификације више референтних светских произвођача операционих лампи, утврђено је да неколико произвођача поседује тражену карактеристичку као што су : Trumpf, Maquet, Mindray...

Питање бр.3: На страни 42. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 2.1.11 стоји: “Зрачење главног светла мање од 500W/m²”. Молимо да дозволите ућеће операционе лампе код које је зрачење главног светла 600W/m² и мање. На овај начин омогућавате ућеће већем броју потенцијалних понуђача и не фаворизујете само једног.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Према IEC стандардима за операционе лампе укупно зрачење обе куполе на операционој лампи не сме прећи 1000 W/m² јер долази до превеликог загревања поља испод куполе, тако да сви референтни произвођачи операционих лампи морају испунити поменуте стандарде. Већина светских произвођача поседује наведену ставку.

Питање бр.4: На страни 42. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 2.1.12 стоји: “Дубина светлосног снопа од 100 до 110 cm”. Молимо да дозволите ућеће операционе лампе код које је дубина светлосног снопа 90 cm и више.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Дефинисаном ставком је предвиђен минимум који операциона лампа мора да испуни. Увидом у каталоге и спецификације више референтних светских произвођача операционих лампи, утврђено је да неколико произвођача поседује тражену карактеристичку као што су : Trumpf, Maquet, Mindray...

Питање бр.5: На страни 42. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 2.2.3 стоји: “Сензор ¼“ CMOS”. Молимо да дозволите ућеће видео система са камером са сензором 1/3“ CMOS.

Одговор: Не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Увидом у каталоге више референтних светских произвођача операционих лампи, утврђено је да је код неколико произвођача ова карактеристичка дефинисана као и у постављеном захтеву.

Питање бр.6: На страни 42. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ NARUČIOCA у позичији 2.2.4 стоји: “Излаз видео сигнала 1 x HDMI”. Да ли је могуће ућеће лампе која поседује следеће излазе видео сигнала: 2 x HDSI, 1 x DVI, 1 x HD Y/Pb/Pr ?

Одговор: Дефинисаном ставком је предвиђен минимум који операциона лампа мора да испуни. Уколико камера поседује више излаза за видео сигнал, прихватљиво је понудити такву камеру али мора поседовати минимално један видео излаз HDMI.

Питање бр.7: У делу документације која се односи на техничке карактеристичке на страни 42/163 под тачком 2.1.9 тражи се Температура боје у распону од 3900 до 5100 Келвина

Молимо вас да смањите горњу границу температуре боја на 5.000 К како би се већем броју понуђача омогућило учешће на предметној набавци. Овим минималним смањењем се не губи на квалитету саме лампе а допушта се конкуренција. Овако дефинисана карактеристичка са свим осталим карактеристичкама доводи само до једног произвођача који може све да испуни чиме се крши Закон о јавним набавкама.

Одговор: На ово питање је већ одговорено кроз Појашњење конкурсне документације број 1078 од 14.08.2017. године.

Питање бр.8: У делу документације која се односи на техничке карактеристичке на страни 42/163 под тачком 2.1.11 тражи се: Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m²)

Молимо вас да овај захтев изоставите из минималних техничких карактеристичка пошто не представља било какву значајни техничку предност у само раду а заједно са осталим траженим карактеристичкама га може испунити само један произвођач који је регистровао операциона светла на територији Р. Србије.

Одговор: I на ово питање је већ одговорено кроз Појашњење конкурсне документације број 1078 од 14.08.2017. године.