



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 09.10.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема Кревети за ЈИН и ЈПИН

Број јавне набавке: 328K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН, број 328K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Техничке карактеристике кревета ЈИН, 1.2 Захтевате електро подешавање висине кревета без душека 400-750.

Да ли је прихватљиво да подешавање висине кревета за јединицу интензивне неге буде у распону од 410 mm па преко 750 mm, с обзиром да је дана 05.10. била прихваћена сугестија о распону висине подешавања кревета за ЈПИН где је 400 mm прихватљива најнижа висина.

Сматрамо да и код кревета ЈИН најнижа висина од 410mm ни на који начин не умањује функционалност и техничке карактеристике кревета.

Одговор број 1: Прихватљиво је да подешавање висине кревета за ЈИН буде у распону од 410 mm па преко 750 mm.

Питање број 2: Техничке карактеристике кревета ЈИН и ЈПИН ставке 1.12 и 2.12 тражи се да точкови морају бити пречника 150mm, антистатички.

С обзиром да електростатичку проводљивост односно антистатичност обезбеђује један од точкова да ли је прихватљиво да један од точкова има електростатичку проводљивост и не сви точкови?

Одговор број 2: Није прихватљиво да један од точкова има електростатичку проводљивост а не сви, наручилац остаје при свом захтеву.

Питање број 3: Код подизања кревета за ЈПИН није наведено који је механизам подизања.

Да ли је предвиђен механизам подизања по систему два телескопска стуба или по систему маказа?

Одговор број 3: Механизам подизања кревета за ЈПИН није дефинисан захтевом наручиоца, прихватају се оба решења.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
