



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 15.10.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН

Број јавне набавке: 328K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема: Кревети за ЈИН и ЈПИН, број 328K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 15.09.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Позиција 1.1 - Спољне димензије: дужина: 2150-2250 mm , ширина : 990-1050 mm

Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити кревет чија је ширина минимално 950 mm јер сматрамо да није велико одступање од захтеваног и не утиче на функционалност кревета, што тиме омогућава већу конкуренцију потенцијалним понуђачима?

Одговор број 1: У питању су кревети са већом носивошћу и за крупне болеснике, одлучили смо се за кревете веће ширине. Тако да ову сугестију не можемо прихватити.

Питање број 2: Позиција 1.2 – Електроподешавање висине кревета без душека, у опсегу 400 – 750 mm

Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити кревет чије је електро подешавање висине без душека у опсегу од 410 – 710 mm?

Одговор број 2: Ради лакше мобилизације болесника током рада са физиотерапеутима и са медицинским техничарима, ова висина кревета је лакша и сигурнија за покретање и седење болесника. Тако да смо се из тих разлога одлучили за ове висине (односно нижу почетну висину, односно вишу крајњу). Тако да ову сугестију не можемо прихватити.

Питање број 3: Pозиција 1.10 – Кревет има 4 сигурносне ограде израђене од метала, са обореним ивицама ради спречавања повреда пацијента. Ограде се могу скинути и закључати

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије су сигурносне ограде израђене од ABS материјала, а самим тим материјали су лакши за одржавање и новијих технологија ?

Одговор број 3: Ова понуда је прихватљива ако је материјал чврстине као метал, смањује могућност повреде болесника, лак за одржавање и стандард је за израду медицинске опреме. (пропилен пластика)

Питање број 4: Позиција 1.11 – Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, челика или алуминијума, са могућношћу скидања и закључавања

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије су странице узглавља и узножја израђене од ABS материјала, а самим тим материјали су лакши за одржавање и новијих технологија ?

Одговор број 4: Ова понуда је прихватљива ако је материјал чврстине као метал, смањује могућност повреде болесника, лак за одржавање и стандард је за израду медицинске опреме. (пропилен пластика)

Питање број 5: Позиција 1.15 – Могућност електро подешавања сегмента за леђа у опсегу: мин од 0 до 60°

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије је опсег подешавања сегмента за леђа незнатно већи у односу на захтеван и то од 0 до 70° , што сматрамо бољом карактеристиком?

Одговор број 5: Може се прихватити, ако није у колизији са положајем других делова тела, тј. да због притиска у карличном делу не смањује перфузију у карлици и доњим екстремитетима. Зависи од покретљивости других сегмената кревета.

Питање број 6: Pозиција 1.16 – Електро trendelenburg/Revers trendelenburg: мин од +13° до -13°

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије је електро подешавања положаја trendelenburg/Revers trendelenburg не знатно већи од захтеваног и то од +15° до -15°, што сматрамо бољом карактеристиком?

Одговор број 6: Може се прихватити.

Питање број 7: Позиција 1.17 – Електро подешавање сегмента за бутине: мин од 0° до 28°

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије је опсег електро подешавања сегментна за бутине од 0° од 35° , што сматрамо бољом карактеристиком?

Одговор број 7: Може се прихватити.

Питање број 8: Позиција 1.24.4 - Држач урин кесе, 2 комада и Позиција 1.24.5 - Држач дрена , 2 комада

Обзиром да кревет нашег произвођача на себи има већ инсталиране 4 куке , да ли морају да се раде посебно држачи за урин кесе и дрена или се могу користити постојеће?

Одговор број 8: Ако су куке, тј. држачи мобилни и могу се скидати и постављати по потреби , онда је прихватљиво.

Питање број 9: Позиција 2.1 - Спољне димензије: дужина: 2150-2250 mm , ширина : 990-1050 mm

Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити кревет чија је ширина минимално 950 mm јер сматрамо да није велико одступање од захтеваног и не утиче на функционалност кревета, што тиме омогућава већу конкуренцију потенцијалним понуђачима?

Одговор број 9: У питању су кревети са већом носивошћу и за крупне болеснике, одлучили смо се за кревете веће ширине. Тако да ову сугестију не можемо прихватити.

Питање број 10: Позиција 2.2 – Електроподешавање висине кревета без душека, у опсегу 380 – 750 mm

Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити кревет чије је електро подешавање висине без душека у опсегу од 410 – 710 mm?

Одговор број 10: Ради лакше мобилизације болесника током рада са физиотерапеутима и са медицинским техничарима, ова висина кревета је лакша и сигурнија за покретање и седење болесника. Тако да смо се из тих разлога одлучили за ове висине (односно нижу почетну висину, односно вишу крајњу). Тако да ову сугестију не можемо прихватити.

Питање број 11: Позиција 2.9 – Кревет има 4 сигурносне ограде израђене од метала, са обореним ивицама ради спречавања повреда пацијента. Ограде се могу скинути и закључати

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије су сигурносне ограде израђене од ABS материјала, а самим тим материјали су лакши за одржавање и новијих технологија?

Одговор број 11: Ова понуда је прихватљива ако је материјал чврстине као метал, смањује могућност повреде болесника, лак за одржавање и стандард је за израду медицинске опреме. (пропилен пластика)

Питање број 12: Позиција 2.10 – Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, челика или алуминијума, са могућношћу скидања и закључавања

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије су странице узглавља и узножја израђене од ABS материјала, а самим тим материјали су лакши за одржавање и новијих технологија ?

Одговор број 12: Ова понуда је прихватљива ако је материјал чврстине као метал, смањује могућност повреде болесника, лак за одржавање и стандард је за израду медицинске опреме. (пропилен пластика)

Питање број 13: Позиција 2.14 – Могућност електро подешавања сегмента за леђа у опсегу: мин од 0 до 65°

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије је опсег подешавања сегментна за леђа незнатно већи у односу на захтеван и то од 0 до 70° , што сматрамо бољом карактеристиком?

Одговор број 13: Може се прихватити, ако није у колизији са положајем других делова тела, тј. да због притиска у карличном делу не смањује перфузију у карлици и доњим екстремитетима. Зависи од покретљивости других сегмената кревета.

Питање број 14: Позиција 1.16 – Електро подешавање сегмента за бутине: мин од 0° до 28°

Да ли је прихватљиво понудити кревет чије је опсег електро подешавања сегментна за бутине од 0° од 35° , што сматрамо бољом карактеристиком?

Одговор број 14: Може се прихватити.

Питање број 15: Позиција 1.22.4 - Држач урин кесе, 2 комада и Држач дрена , 2 комада

Обзиром да кревет нашег произвођача на себи има већ инсталиране 4 куке , да ли морају да се раде посебно држачи за урин кесе и дрена или се могу користити постојеће?

Одговор број 15: Ако су куке, тј. држачи мобилни и могу се скидати и постављати по потреби , онда је прихватљиво.

