



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

број 455A/2015 – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију

Наручилац уговоре о јавној набавци додељује следећим понуђачима и то на следећи начин:

1. HERMES SYSTEM д.о.о. – Господар Јевремова бр. 1, Београд, број понуде 68/2015 од 25.12.2015. године, у укупној вредности од **206.000,00** динара без ПДВ-а, односно **226.600,00** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
Žice vodiči					
39	Žica vodič 0.014 za hronične totalne okluzije CTO, jačina vrha 12 g, 300 cm	komad	20	10.300,00	206.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а					206.000,00
ПДВ 10%					20.600,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом					226.600,00

2. ECOTRADE BG д.о.о. – Страхињића Бана бр. 3, Ниш, број понуде 8949 од 23.12.2015. године, у укупној вредности од **2.442.250,00** динара без ПДВ-а, односно **2.686.475,00** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
Uvodnici					
13	Guiding sheath, RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr	komad	7	13.250,00	92.750,00
14	Guiding sheath, 5 i 6 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom	komad	14	13.250,00	185.500,00
Kateteri					
18	Kateter Vertebralni, 5 Fr	komad	60	1.200,00	72.000,00
19	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr	komad	10	2.300,00	23.000,00
23	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr	komad	100	1.200,00	120.000,00
25	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr	komad	10	1.200,00	12.000,00
26	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr	komad	10	1.200,00	12.000,00
28	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr	komad	50	1.200,00	60.000,00
31	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr	komad	10	1.200,00	12.000,00
32	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr	komad	100	1.200,00	120.000,00
Žice vodiči					
34	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	komad	150	2.100,00	315.000,00
35	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	komad	350	2.100,00	735.000,00
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, super stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	komad	30	2.900,00	87.000,00
Embolizacijska sredstva					
64	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera ili sa dijagnostičkim kateterom od 4 Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018	komad	5	70.000,00	350.000,00
65	Periferna okluzivna spirala sa slojem koji bubri sa kontrolisanim oslobađanjem, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatera	komad	3	82.000,00	246.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а					2.442.250,00
ПДВ 10%					244.225,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом					2.686.475,00

3. STIGA д.о.о. – Болманска бр. 8, Нови Сад, број понуде 178-0-15 од 24.12.2015. године, у укупној вредности од **576.259,00** динара без ПДВ-а, односно **633.884,90** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
Kateteri					
16	Kateter Berenstein, 4 Fr	komad	5	1.819,08	9.095,40
17	Kateter Berenstein, 5 Fr	komad	20	1.819,08	36.381,60
24	Kateter angiografski Cobra I, II, III 6 Fr	komad	30	1.819,08	54.572,40
27	Kateter Side Winder Sim I, 6 Fr	komad	50	1.819,08	90.954,00
29	Kateter Side Winder Sim II, 6 Fr	komad	80	1.819,08	145.526,40
30	Kateter Side Winder Sim III, 6 Fr	komad	25	1.819,08	45.477,00
Žice vodiči					
43	Prave teflonske žice vodiči, removable core, 0,035, 150 cm	komad	25	1.156,92	28.923,00
Embolizacijska sredstva					
63	Mehanizmi za hemostazu na mestu femoralne punkcije, 6 i 7 Fr	komad	10	16.532,92	165.329,20
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а				576.259,00	
ПДВ 10%				57.625,90	
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом				633.884,90	

4. AUSTRO LINE д.о.о. – Толстојева бр. 20а, Београд, број понуде 785/15 од 25.12.2015. године, у укупној вредности од **175.000,00** динара без ПДВ-а, односно **192.500,00** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
Uvodnici					
7	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm	komad	50	950,00	47.500,00
9	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm	komad	50	950,00	47.500,00
Kateteri					
15	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr	komad	80	1.000,00	80.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а				175.000,00	
ПДВ 10%				17.500,00	
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом				192.500,00	

5. BIMED д.о.о. – Сазонова бр. 3, Београд, број понуде 082-15 од 11.12.2015. године, у укупној вредности од **395.600,00** динара без ПДВ-а, односно **435.160,00** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
Balon dilatacioni kateteri i stentovi					
45	Balon dilatacioni kateter, dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm i više	komad	40	9.890,00	395.600,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а				395.600,00	
ПДВ 10%				39.560,00	
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом				435.160,00	

6. APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, у укупној вредности од **3.401.450,00** динара без ПДВ-а, односно **3.741.595,00** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
1	Chiba igla 22 G /20 cm i više / savitljiva, graduisana	komad	50	735,00	36.750,00
Igle za biopsiju					
4	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 15 cm	komad	5	1.890,00	9.450,00
5	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm	komad	5	1.890,00	9.450,00
6	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm	komad	5	1.890,00	9.450,00
Uvodnici					

11	Dilatatori dijametra 5, 6, 7 Fr, dužine 18 cm	komad	300	930,00	279.000,00
Kateteri					
22	Mikrokateter dužine od 100-135 cm, unutrašnjeg dijametra 0,028", proksimalno/distalno 3F/2.9F	komad	20	39.900,00	798.000,00
Žice vodiči					
38	Žica kratka J, 0.035, 40 cm	komad	50	689,00	34.450,00
Balon dilatacioni kateteri i stentovi					
49	Stent za maligne stenoze jednaka metalni, samošireći, pokriveni, minimalne širine 20 cm, minimalne dužine 12 cm	komad	10	124.990,00	1.249.900,00
Embolizacijska sredstva					
66	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala bez fiber vlakna, veličine 0.037 fi 5 mm/300 mm, 6 mm/30, 60, 120, 300 mm, 10 mm/60, 120, 300 mm, 16 mm/60, 300 mm	komad	5	30.000,00	150.000,00
67	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, torquer, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricovima, igle za femoralnu punkciju	komad	50	16.500,00	825.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а				3.401.450,00	
ПДВ 10%				340.145,00	
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом				3.741.595,00	

7. STARS MEDICAL д.о.о. – Кумодрашка бр. 253, Београд, број понуде 01/2016 од 05.01.2016. године, у укупној вредности од **41.550,00** динара без ПДВ-а, односно **45.705,00** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
Žice vodiči					
44	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm	komad	50	831,00	41.550,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а				41.550,00	
ПДВ 10%				4.155,00	
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом				45.705,00	

8. NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, у укупној вредности од **3.932.000,00** динара без ПДВ-а, односно **4.325.200,00** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
Balon dilatacioni kateteri i stentovi					
48	Balon dilatacioni kateter za jednjak za ahalaziju sa sajlom preko koje se postavlja, dijametra balona 35-45 mm	komad	15	28.600,00	429.000,00
50	Stent za jednjak benigni dužine 10-13 cm, širine 23-28 mm, biodegradabilni	komad	4	269.500,00	1.078.000,00
51	OTW nitinolski ezofagealni stent sa sistemom za plasiranje, potpuno obložen polimerom i silikonom, dimenzija od 12-22 mm na dužinama od 100-150 mm	komad	10	135.000,00	1.350.000,00
Drenažni sistemi					
54	Set sa višenamenskim kateterom za drenažu apscesa, nefrostome i spoljašnju bilijarnu drenažu sa mehanizmom za zaključavanje katetera, hidrofilnim premazom katetera i učvršćivačem dijametra 10 Fr dužine 25 cm	komad	50	7.500,00	375.000,00
Embolizacijska sredstva					
62	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a	komad	5	140.000,00	700.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а				3.932.000,00	
ПДВ 10%				393.200,00	
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом				4.325.200,00	

9. BIOSTENT д.о.о. – Чеде Миндеровића бр. 4, Београд, број понуде 1/2016/455 од 05.01.2016. године, у укупној вредности од **3.744.550,00** динара без ПДВ-а, односно **4.154.005,00** са ПДВ-ом.

Ред. бр. парт.	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Кол.	Јединична цена	Укупна вредност
Uvodnici					
10	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 22 G, dužine 20 cm, nitinolaska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim	komad	20	18.900,00	378.000,00

	markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)				
12	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm	komad	200	1.750,00	350.000,00
Kateteri					
20	Kateter za podršku (Support catheter) kompatibilan za žicu vodič 0.018 i 0.035, 2.6 Fr i 4.0 Fr	komad	5	19.650,00	98.250,00
21	Balon kateter za enteroklizis 13 Fr x 155 cm i žica 0.065 inča x 195 cm	komad	12	79.400,00	952.800,00
Balon dilatacioni kateteri i stentovi					
46	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više	komad	10	13.800,00	138.000,00
52	Nefroureterostomski stent (promera 8,5 Fr i dužine 24, 26 i 28 cm sa hidrofilnim omotačem u dužini od 20 cm i radioopaktnim markerom neposredno ispred drugog pig tail-a) u setu sa fleksibilnim učvršćivačem i sredstvom za fiksaciju	komad	5	28.000,00	140.000,00
Drenažni sistemi					
53	Set sa višenamenskim kateterom za drenažu apscesa, nefrostome i spoljašnju bilijarnu drenažu sa mehanizmom za zaključavanje katetera, hidrofilnim premazom katetera i učvršćivačem dijametra 8,5 Fr dužine 25 cm	komad	50	4.100,00	205.000,00
55	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trokar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	komad	10	27.000,00	270.000,00
56	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 14 Fr dužine 30 cm sa 10-15 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trokar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	komad	5	27.000,00	135.000,00
57	Perkutani nefrostomski drenažni set (komponente seta: Chiba igla 22G dužine 15 cm, trokar igla 18 G dužine 15 cm, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 80 cm sa J vrhom, dilatatori 7,8 i 9 Fr, drenažni kateter 8-8,5 Fr dužine 30 cm sa najmanje 6 bočnih rupa, konektor za kesu, slavina, fiksaciono sredstvo)	komad	50	19.000,00	950.000,00
61	Drenažni kateter za spoljašnju i unutrašnju bilijarnu drenažu dijametra 10-12 Fr sa hidrofilnim premazom na najmanje 20 distalnih cm katetera, više od 20 bočnih rupa i radioopaktnim markerom na 1 cm proksimalno od najproksimalnije bočne rupe, sa mehanizmom za zaključavanje katetera i učvršćivačem	komad	15	8.500,00	127.500,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а				3.744.550,00	
ПДВ 10%				339.455,00	
ПДВ 20%				70.000,00	
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом				4.154.005,00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 07.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку добара у отвореном поступку бр. 455А/2015 – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, бр. 21036, ознаке из општег речника јавних набавки: 33111710 – Материјал за ангиографију.

Подаци из Плана набавки:

ДОБРА – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију.

Редни број из Плана набавки: 34.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији konto – 42675107.

Процењена вредност јавне набавке износи 19.837.500,00 динара без ПДВ-а:

Ред. бр. партије	НАЗИВ ДОБРА	Укупна вредност
1	Chiba igla 22 G /20 cm i više / savitljiva, graduisana	48.700,00
2	Punkcijske igle za nevaskularnu interventnu radiologiju, trodelne, sa poliuretanskim omotačem	100.000,00
3	Igla za translumbalnu punkciju, 5 fr, 19 Gx22 cm	35.000,00
Igle za biopsiju		
4	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 15 cm	10.000,00
5	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 18 G, dužine 15 cm	10.000,00
6	Biopsijska igla za vođenje pod UZ i CT, dijametra 16 G, dužine 20 cm	10.000,00
Uvodnici		
7	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 7 Fr od 11 cm	50.000,00
8	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 6 Fr od 11 cm	10.000,00
9	Sheath/uvodnik/set-dilatator, kratka žica i igla, 5 Fr od 11 cm	50.000,00
10	Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 22 G, dužine 20 cm, nitinolska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinumskim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)	378.000,00
11	Dilatatori dijametra 5, 6, 7 Fr, dužine 18 cm	330.000,00

12	Hidrofilni dilatatori dijametra 8 -16 Fr, dužine 20 cm	350.000,00
13	Guiding sheath, RDC, sa cross cut valvulom, 5-7 Fr	92.750,00
14	Guiding sheath, 5 i 6 Fr, dužine 45 cm, sa cross cut valvulom	185.500,00
Kateteri		
15	Kateter Pig tail, 110 cm, 6 Fr	96.000,00
16	Kateter Berenstein, 4 Fr	9.000,00
17	Kateter Berenstein, 5 Fr	36.000,00
18	Kateter Vertebralni , 5 Fr	69.000,00
19	Hidrofilni kateter vertebralni 5 Fr	21.850,00
20	Kateter za podršku (Support catheter) kompatibilan za žicu vodič 0.018 i 0.035 , 2.6 Fr i 4.0 Fr	98.250,00
21	Balon kateter za enteroklizu 13 Fr x 155 cm i žica 0.065 inča x 195 cm	953.400,00
22	Mikrokateter dužine od 100-135 cm, unutrašnjeg dijametra 0,028", proksimalno/distalno 3F/2.9F	798.000,00
23	Kateter angiografski Cobra I, II, III 5 Fr	130.000,00
24	Kateter angiografski Cobra I, II, III 6 Fr	67.500,00
25	Kateter Side Winder Sim I, 4 Fr	11.500,00
26	Kateter Side Winder Sim I, 5 Fr	11.500,00
27	Kateter Side Winder Sim I, 6 Fr	149.500,00
28	Kateter Side Winder Sim II, 5 Fr	57.500,00
29	Kateter Side Winder Sim II, 6 Fr	239.200,00
30	Kateter Side Winder Sim III, 6 Fr	74.750,00
31	Kateter Side Winder Sim III, 5 Fr	11.500,00
32	Kateter angiografski Newton HN IV, 5 Fr	125.000,00
33	Aspiracioni hidrofilni kateter 6 Fr od 140 cm, sa unutrašnjim lumenom 1,56x10-3, sa dva filtera + 2 microstop kutije, sa flush device za Rx lumen	118.000,00
Žice vodiči		
34	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa pravim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	330.000,00
35	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 150 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	752.500,00
36	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa pravim vrhom, super stiff karakteristike, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	88.500,00
37	Hidrofilne žice vodiči, dijametra 0.035, dužine 260 cm sa anguliranim vrhom, dužina fleksibilnog vrha 3 cm	161.000,00
38	Žica kratka J, 0.035, 40 cm	37.000,00
39	Žica vodič 0.014 za hronične totalne okluzije CTO, jačina vrha 12 g, 300 cm	218.000,00
40	Žica vodič 0.014 za hronične totalne okluzije CTO, jačina vrha 6 g, 300 cm	272.500,00
41	Periferni žičani vodič 0.018 sa jačinom vrha 12 g, radioopaktnim vrhom dužine 15 cm, hidrofilna, dužine 180 i 300 cm	84.400,00
42	Žičani vodič , dužine 180 i 300 cm, pravog i J vrha, 0.035	162.000,00
43	Prave teflonske žice vodiči, removable core, 0,035, 150 cm	33.750,00
44	Teflonske žice vodiči, "double ended" 0,035, 140-150 cm	42.250,00
Balon dilatacioni kateteri i stentovi		
45	Balon dilatacioni kateter , dijametra od 3-12 mm, dužine 20 mm i više	396.000,00
46	Balon dilatacioni kateter za primenu u potkolenim arterijama, dijametra od 2 mm i više, dužine 20 mm i više	140.000,00
47	Balon dilatacioni kateteri za žučne puteve, dijametra 6 Fr, dužine balona 6-8 cm i dijametra 6-8 mm	70.200,00
48	Balon dilatacioni kateter za jednjak za ahalaziju sa sajlom preko koje se postavlja, dijametra balona 35-45 mm	429.000,00
49	Stent za maligne stenoze jednjaka metalni, samošireći, pokriveni, minimalne širine 20 cm, minimalne dužine 12 cm	1.450.000,00
50	Stent za jednjak benigni dužine 10-13 cm, širine 23-28 mm, biodegradabilni	1.078.000,00
51	OTW nitinolski ezofagealni stent sa sistemom za plasiranje, potpuno obložen polimerom i silikonom, dimenzija od 12-22 mm na dužinama od 100-150 mm	1.500.000,00
52	Nefroureterostomski stent (promera 8,5 Fr i dužine 24, 26 i 28 cm sa hidrofilnim omotačem u dužini od 20 cm i radioopaktnim markerom neposredno ispred drugog pig tail-a) u setu sa fleksibilnim učvršćivačem i sredstvom za fiksaciju	140.000,00
Drenažni sistemi		
53	Set sa višenamenskim kateterom za drenažu apscesa, nefrostome i spoljašnju bilijarnu drenažu sa mehanizmom za zaključavanje katetera, hidrofilnim premazom katetera i učvršćivačem dijametra 8,5 Fr dužine 25 cm	207.500,00
54	Set sa višenamenskim kateterom za drenažu apscesa, nefrostome i spoljašnju bilijarnu	395.000,00

	drenažu sa mehanizmom za zaključavanje katetera, hidrofilnim premazom katetera i učvršćivačem dijametra 10 Fr dužine 25 cm	
55	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 12 Fr dužine 30 cm sa 13 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trokar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	270.000,00
56	Set za drenažu apscesa (komponente seta: dvolumenski drenažni kateter sa pravim vrhom promera 14 Fr dužine 30 cm sa 10-15 bočnih rupa, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 100 cm, čelični trokar stilet, rigidni učvršćivač, nastavak za konekciju katetera, slavina)	135.000,00
57	Perkutani nefrostomski drenažni set (komponente seta: Chiba igla 22G dužine 15 cm, trokar igla 18 G dužine 15 cm, čelična žica obložena teflonom 0.038 inča dužine 80 cm sa J vrhom, dilatatori 7,8 i 9 Fr, drenažni kateter 8-8,5 Fr dužine 30 cm sa najmanje 6 bočnih rupa, konektor za kesu, slavina, fiksaciono sredstvo)	955.000,00
58	Set nefrostomski 10 Fr sa baždarenim kateterom, metalnim mandrenom kao i učvršćivačem i radioopaktnim markerom pri vrhu	462.000,00
59	Set nefrostomski 12 Fr sa baždarenim kateterom, metalnim mandrenom kao i učvršćivačem i radioopaktnim markerom pri vrhu	115.500,00
60	Drenažni hidrofilni kateter 8,5 Fr u setu sa zaključavanjem, univerzalni sa J i pravim vrhom, dužine 25 cm, sa fleksibilnom unutrašnjom kanilom, markerom, troakrom, metalnom tvrdom kanilom, setom dilatatora, PVC-PAMUK kesom, čičak držačima, nevaskularni introduser sistem	1.445.000,00
61	Drenažni kateter za spoljašnju i unutrašnju bilijarnu drenažu dijametra 10-12 Fr sa hidrofilnim premazom na najmanje 20 distalnih cm katetera, više od 20 bočnih rupa i radioopaktnim markerom na 1 cm proksimalno od najproksimalnije bočne rupe, sa mehanizmom za zaključavanje katetera i učvršćivačem	129.000,00
Embolizacijska sredstva		
62	Biorazgradive mikrosfere za tretman HCC-a	700.000,00
63	Mehanizmi za hemostazu na mestu femoralne punkcije, 6 i 7 Fr	200.000,00
64	Periferne okluzivne spirale od Pt sa slojem koji bubri, samooslobađajuće, 0.018 ili 0.035, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokaterom ili sa dijagnostičkim kateterom od 4 Fr, mogućnost potiskivanja spirala vodičem od 0.018	350.000,00
65	Periferna okluzivna spirala sa slojem koji bubri sa kontrolisanim oslobađanjem, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokaterom	246.000,00
66	Fleksibilne spirale od platine napravljene od nemagnetnog materijala bez fiber vlakna, veličine 0.037 fi 5 mm/300 mm, 6 mm/30, 60, 120, 300 mm, 10 mm/60, 120, 300 mm, 16 mm/60, 300 mm	150.000,00
67	Set za angiografske procedure univerzalni drejp za jednokratnu upotrebu sa femoralnim otvorima, sa posudama za žice, zaštitama za PES, armirano staklo, 2 mantila, hidrofilna žica 0.035 sa anguliranim vrhom 150 cm, torquer, metalni uvodnik za vodič žice, automatska Y valvula, šit 6 Fr/11 cm sa špricima, igle za femoralnu punkciju	825.000,00
68	Indeflatori	1.130.000,00

Основни подаци о понуђачима и датум јавног отварања понуда:

У предметном поступку јавне набавке понуде је поднело 18 (осамнаест) понуђача, и то:

1. PROSPERA д.о.о. – Булевар краља Александра бр. 309, Београд,
2. AMG PHARM д.о.о. – Раблеова бр. 20, Београд,
3. EMEDIS д.о.о. – Светозара Марковића бр. 32, Београд,
4. HERMES SYSTEM д.о.о. – Господар Јевремова бр. 1, Београд,
5. ECOTRADE BG д.о.о. – Страхинића Бана бр. 3, Ниш,
6. BIOTEC INTERNATIONAL д.о.о. – Ресавска бр. 2, Београд,
7. BIOTEC MEDICAL д.о.о. – Вајара Живојина Лукића бр. 3, Београд,
8. VICOR д.о.о. – Гоце Делчева бр. 42, Нови Београд,
9. STIGA д.о.о. – Болманска бр. 8, Нови Сад,
10. AUSTRO LINE д.о.о. – Толстојева бр. 20а, Београд,
11. GOSPER д.о.о. – Омладинских бригада бр. 86п, Београд,
12. MAGNA PHARMACIA д.о.о. – Милутина Миланковића бр. 7б, Београд,
13. INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. – Девалдових бр. 1, Земун,
14. BIMED д.о.о. – Сазонова бр. 3, Београд,
15. APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд,
16. STARS MEDICAL д.о.о. – Кумодрашка бр. 253, Београд,
17. NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд,
18. BIOSTENT д.о.о. – Чеде Миндеровића бр. 4, Београд.

Поступак јавног отварања понуда вођен је дана 06.01.2016. године, са почетком у 09.15 часова у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Одбија се понуда понуђача AMG PHARM д.о.о. – Раблеова бр. 20, Београд, као неприхватљива из разлога што је понуђач у оквиру своје понуде доставио само делимично попуњен непотписан и неоверен прилог број 3, непопуњене, непотписане и неоверене прилоге број 3/1, 3/2, 4, 5а, 5б и 6 конкурсне документације, без доказа о испуњености услова који су захтевани конкурсном документацијом, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Одбија се понуда понуђача EMEDIS д.о.о. – Светозара Марковића бр. 32, Београд, број понуде 1/16 од 06.01.2016. године, као неприхватљива из разлога што је понуђач у оквиру своје понуде доставио само непотпун, делимично

попуњен, оверен и потписан прилог број 3 конкурсне документације, без доказа о испуњености услова који су захтевани конкурсном документацијом, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Одбија се понуда понуђача VICOR д.о.о. – Гоце Делчева бр. 42, Нови Београд, број понуде 01-16 од 04.01.2016. године, као неприхватљива из разлога што је понуђач у оквиру своје понуде доставио само делимично попуњен, непотписан и оверен прилог број 3 конкурсне документације, без доказа о испуњености услова који су захтевани конкурсном документацијом, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 3 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро дужине 20 cm, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био дужине 22 cm, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 3 износи 295.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 47 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро 5,70 F (outer catheter diameter 1,9 mm), дужине балона 2 и 3 cm, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био 6 F, дужине 6-8 cm, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 47 износи 69.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 57 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио сет са Chiba иглом 22G дужине 20 cm, са жицом 0,035 inча x 90 cm, са дилататорима 6 и 8 F, дужине дренажног катетера 35 cm, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био „Perkutani nefrostomski drenažni set (komponente seta: **Chiba igla 22G dužine 15 cm**, trokar igla 18 G dužine 15 cm, čelična žica obložena teflonom **0.038 inča dužine 80 cm** sa J vrhom, **dilatatori 7, 8 i 9 Fr**, **drenažni kateter 8-8,5 Fr dužine 30 cm** sa najmanje 6 bočnih rupa, konektor za kesu, slavina, fiksaciono sredstvo“, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 57 износи 525.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 58 и 59 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добра које немају радиоопактни маркер при врху, што је захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 58 износи 630.000,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 59 износи 157.500,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 60 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро са pigtail врхом, без флексибилне унутрашње каниле, без маркера, без троакара, без металне тврде каниле, без сета дилататора, без ПВЦ – ПАМУК кесе (понуђена је обична кеса), без чичак држача, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био „Drenažni hidrofilni kateter 8,5 Fr u setu sa zaključavanjem, univerzalni **sa J i pravim vrhom**, dužine 25 cm, sa **fleksibilnom unutrašnjom kanilom, markerom, troakrom, metalnom tvrdom kanilom, setom dilatatora, PVC-PAMUK kesom, čičak držačima**, nevaskularni introducer sistem“, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 60 износи 1.350.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 64 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро од Pt без слоја који бубри, величине 0,020, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био величине 0,018 или 0,035, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 64 износи 425.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 65 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро од Pt без слоја који бубри, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био „Periferna okluzivna spirala sa slojem koji bubri sa kontrolisanim oslobađanjem, kompatibilne sa 0.021 lumenom mikrokatetera“, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 65 износи 255.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 66 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро величине 0,020 уместо тражених 0,037, величине 6x60, 120, 300 mm, 10x120, 300 mm и 16x300 mm, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 66 износи 425.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача NEOMEDICA д.о.о. – Балканска бр. 2/1, Београд, број понуде VM-83/2015 од 09.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 2, 3, 53, 58, 59, 64, 65 и 66 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 2 износи **175.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 3 износи **295.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 53 износи **375.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 58 износи **630.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 59 износи **157.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 64 износи **425.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 65 износи **255.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 66 износи **425.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача HERMES SYSTEM д.о.о. – Господар Јевремова бр. 1, Београд, број понуде 68/2015 од 25.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 4 и 5 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро дужине 16 cm, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био дужине 15 cm, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 4 износи **9.900,00** динара без ПДВ-а; за партију бр. 5 износи **9.900,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача HERMES SYSTEM д.о.о. – Господар Јевремова бр. 1, Београд, број понуде 68/2015 од 25.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 36 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро без хидрофилног омота, величине 145, 190 и 300 cm уместо тражених 260 cm, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 36 износи **253.500,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача HERMES SYSTEM д.о.о. – Господар Јевремова бр. 1, Београд, број понуде 68/2015 од 25.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 36, 45 и 46 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 36 износи **253.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 45 износи **560.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 46 износи **209.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIOTEC INTERNATIONAL д.о.о. – Ресавска бр. 2, Београд, број понуде 30/16 од 04.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 57 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које у сету нема Chiba иглу, трокар иглу, са жицом у сету која није обложена тефлоном, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, и понуђени дилататор је „2-part“ уместо тражених 7, 8 и 9 Fr, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 57 износи **385.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIOTEC INTERNATIONAL д.о.о. – Ресавска бр. 2, Београд, број понуде 30/16 од 04.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 58 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које нема баждарени катетер, нема метални мандрен и нема учвршћивач, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 58 износи **462.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIOTEC INTERNATIONAL д.о.о. – Ресавска бр. 2, Београд, број понуде 30/16 од 04.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 59 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро величине 6, 8 или 10 Fr, уместо тражених 12 Fr, које нема баждарени катетер, нема метални мандрен и нема учвршћивач, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 59 износи **115.500,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIOTEC MEDICAL д.о.о. – Вајара Живојина Лукића бр. 3, Београд, број понуде 4/16 од 04.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 57 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које у сету нема Chiba иглу, трокар иглу, са жицом у сету која није обложена тефлоном, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, и понуђени дилататор је „2-part“ уместо тражених 7, 8 и 9 Fr, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 57 износи **377.250,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIOTEC MEDICAL д.о.о. – Вајара Живојина Лукића бр. 3, Београд, број понуде 4/16 од 04.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 58 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које нема баждарени катетер, нема метални мандрен и нема учвршћивач, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 58 износи **452.700,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIOTEC MEDICAL д.о.о. – Вајара Живојина Лукића бр. 3, Београд, број понуде 4/16 од 04.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 59 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро величине 6, 8 или 10 Fr, уместо тражених 12 Fr, које нема баждарени катетер, нема метални мандрен и нема учвршћивач, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 59 износи **113.175,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача STIGA д.о.о. – Болманска бр. 8, Нови Сад, број понуде 178-0-15 од 24.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 34, 35, 36 и 37 из разлога што из достављеног каталога није утврђено да је понуђач понудио добро са флексибилним врхом нити је наведено које је дужине, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 34 износи 1.240.062,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 35 износи 2.893.478,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 36 износи 248.012,40 динара без ПДВ-а; за партију бр. 37 износи 578.695,60 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача STIGA д.о.о. – Болманска бр. 8, Нови Сад, број понуде 178-0-15 од 24.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 23, 32, 34, 35, 36, 37, 44, 45 и 46 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 23 износи **181.908,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 32 износи **181.908,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 34 износи **1.240.062,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 35 износи **2.893.478,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 36 износи **248.012,40** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 37 износи **578.695,60** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 44 износи **49.600,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 45 износи **648.123,20** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 46 износи **248.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача AUSTRO LINE д.о.о. – Толстојева бр. 20а, Београд, број понуде 785/15 од 25.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 33 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро величине 145 cm, уместо тражених 140 cm, са унутрашњим дијаметром 1, 10/1, 1 mm дист/прокс, уместо траженог 1,56, и које нема 2 microstop кутије, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 33 износи 82.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача AUSTRO LINE д.о.о. – Толстојева бр. 20а, Београд, број понуде 785/15 од 25.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 34, 35 и 37 из разлога што из достављеног каталога није утврђено да је понуђач понудио добро са флексибилним врхом нити је наведено које је дужине, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 34 износи 378.000,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 35 износи 882.000,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 37 износи 189.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача AUSTRO LINE д.о.о. – Толстојева бр. 20а, Београд, број понуде 785/15 од 25.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 8, 34, 35, 37 и 38 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 8 износи **95.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 34 износи **378.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 35 износи **882.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 37 износи **189.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 38 износи **39.500,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача GOSPER д.о.о. – Омладинских бригада бр. 86п, Београд, број понуде 157/2015 од 28.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 7, 8 и 9 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро без игле у сету, дужине уводника 12 cm, уместо тражених 11 cm, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 7 износи 57.500,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 8 износи 115.000,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 9 износи 57.500,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача GOSPER д.о.о. – Омладинских бригада бр. 86п, Београд, број понуде 157/2015 од 28.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 63 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро величине 6 и 8 F, уместо тражених 6 и 7 F, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 63 износи 160.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача GOSPER д.о.о. – Омладинских бригада бр. 86п, Београд, број понуде 157/2015 од 28.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 34, 35 и 37 из разлога што из достављеног каталога није утврђено да је понуђач понудио добро са флексибилним врхом нити је наведено које је дужине, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 34 износи 337.500,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 35 износи 787.500,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 37 износи 157.500,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача GOSPER д.о.о. – Омладинских бригада бр. 86п, Београд, број понуде 157/2015 од 28.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 7, 8, 9, 34, 35 и 44 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 7 износи **57.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 8 износи **115.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 9 износи **57.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 34 износи **337.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 35 износи **787.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 44 износи **57.500,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача MAGNA PHARMACIA д.о.о. – Милутина Миланковића бр. 76, Београд, број понуде 1338 од 24.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 58 и 59 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено је да је понуђач понудио добро које нема баждарени катетер, нема метални мандрен, нема учвршћивач, нема радиоопактни маркер при врху, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.
Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 58 износи **996.300,00** динара без ПДВ-а; за партију бр. 59 износи **249.075,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача MAGNA PHARMACIA д.о.о. – Милутина Миланковића бр. 76, Београд, број понуде 1338 од 24.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 58 и 59 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 58 износи **996.300,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 59 износи **249.075,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. – Девалдових бр. 1, Земун, број понуде 1/2016 од 03.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 68 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које има притисак до 30 атм, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био до 35 атм, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 68 износи **940.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIMED д.о.о. – Сазонова бр. 3, Београд, број понуде 082-15 од 11.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 7, 8 и 9 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро без игле у сету, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 7 износи **48.500,00** динара без ПДВ-а; за партију бр. 8 износи **97.000,00** динара без ПДВ-а; за партију бр. 9 износи **48.500,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIMED д.о.о. – Сазонова бр. 3, Београд, број понуде 082-15 од 11.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 68 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које има притисак до 20 и до 30 атм, док је био захтев наручиоца из конкурсне документације био до 35 атм, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 68 износи **1.700.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BIMED д.о.о. – Сазонова бр. 3, Београд, број понуде 082-15 од 11.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 8 и 68 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 8 износи **97.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 68 износи **1.700.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 10 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио сет који нема Chiba иглу 22G x 20 cm, интродјусер нема хидрофилни премаз, нема уводник и учвршћивач, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био „Nevaskularni set za perkutani pristup jednopunkcionom tehnikom (komponente seta: Chiba igla 22 G, dužine 20 cm, nitinol'ska žica 0.018" dužine 60 cm sa platinum'skim vrhom, sheat sa radioopaktnim markerom pri vrhu i hidrofilnim premazom spoljašnji/unutrašnji promer 6/4 Fr dužine 20 cm, uvodnik, učvršćivač)“, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 10 износи **210.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 13 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио guiding систем који нема cross-cut валвулу, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 13 износи **73.500,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 14 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио „introducer (coil)“ док је захтев наручиоца из конкурсне документације био „guiding sheat“. Такође, понуђено добро нема cross-cut валвулу, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 14 износи **96.600,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 33 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које нема хидрофилни премаз, понуђене су димензије 5.2F и 4F уместо захтеваних 6F, нема две microstop кутије, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 33 износи 118.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 34, 35, 36 и 37 из разлога што из достављеног каталога није утврђено да је понуђач понудио добро са флексибилним врхом нити је наведено које је дужине, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 34 износи 313.500,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 35 износи 731.500,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 36 износи 115.500,00 динара без ПДВ-а; за партију бр. 37 износи 269.500,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 41 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које нема хидрофилни премаз, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 41 износи 84.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 47 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које служи за ендоскопску балон дилатацију, за једњак и илорус и колон, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био балон дилатациони катетер за жучне путеве, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 47 износи 58.500,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 57 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио сет који садржи само дилататор 8F, дренажни катетер је дужине 25 cm, док је захтев наручиоца из конкурсне документације био дилататори 7,8 и 9 Fr и дренажни катетер дужине 30 cm, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 57 износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 60 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро са pigtail врхом уместо захтеваног универзалног са J и правим врхом, није понуђен сет дилататора, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, већ само дилататор SF, понуђено добро нема ПВЦ-ПАМУК кесу, већ обичну кесу, понуђено добро нема држаче, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 60 износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 64 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које нема слој који бубри, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, понуђене су спирале 0,015 и 0,032 инча, уместо захтеваних 0,018 и 0,035 инча, коматибилне су са ангиографским катетером 3 и 5 Fr, уместо захтеваних 4 Fr, коришћење уз жицу 0,021 и 0,038 инча, уместо захтеваних 0,018 инча, те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 64 износи 150.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 65 из разлога што је, из достављеног каталога утврђено да је понуђач понудио добро које нема слој који бубри, што је био захтев наручиоца из конкурсне документације, коматибилно са ангиографским катетером 3 и 5 Fr, уместо са захтеваним 0,021 луменом микрокатетера (1,6 Fr), те се иста понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 65 износи 90.000,00 динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача APTUS д.о.о. – Радомира Марковића бр. 43, Београд, број понуде Т-86/15 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 7, 8, 9, 15, 23, 32, 36, 37, 51, 53, 57, 58, 59 и 68 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 7 износи **55.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 8 износи **110.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 9 износи **55.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 15 износи **108.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 23 износи **218.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 32 износи **218.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 36 износи **115.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 37 износи **269.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 51 износи **1.750.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 53 износи **382.500,00** динара без ПДВ-а,

за партију бр. 57 износи **1.250.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 58 износи **630.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 59 износи **157.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 68 износи **1.460.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача BLOSTENT д.о.о. – Чеде Миндеровића бр. 4, Београд, број понуде 1/2016/455 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 3, 32, 44 и 54 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 3 износи **299.500,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 32 износи **250.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 44 износи **160.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 54 износи **425.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача STARS MEDICAL д.о.о. – Кумодрашка бр. 253, Београд, број понуде 01/2016 од 05.01.2016. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 68 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведене партије, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена за партију бр. 68 износи **1.438.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача PROSPERA д.о.о. – Булевар краља Александра бр. 309, Београд, број понуде 28-15 од 28.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партија број 7, 8 и 9 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведених партија, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 7 износи **69.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 8 износи **138.000,00** динара без ПДВ-а,
за партију бр. 9 износи **69.000,00** динара без ПДВ-а.

Одбија се понуда понуђача ECOTRADE BG д.о.о. – Страхињића Бана бр. 3, Ниш, број понуде 8949 од 23.12.2015. године, као неприхватљива за набавку добара из партије број 37 из разлога што је понуђач понудио добра по цени која прелази износ процењене вредности наведене партије, те се иста понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Понуђена цена понуде која је одбијена:

за партију бр. 37 износи **185.500,00** динара без ПДВ-а.

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном отвореном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

Уколико постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин – жребањем (извлачење из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.

Наручилац је, приликом доделе уговора за добра из партија број 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28 и 31 применио одредбе члана 107. став 4. ЗЈН, с обзиром на то да су понуђене цене свих пристиглих понуда веће од процењене вредности наведених партија.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са унапред утврђеним условима у конкурсној документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, док се копија захтева за заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**

Доц. др Милика Ашанин