




КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 4489
27.03.17 год.
БЕОГРАД, Пастерова бр. 2



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
АМБАЛАЖА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА
Број јавне набавке 33К/2017
-отворени поступак-**

Наручилац уговор о јавној набавци додељује следећим понуђачима, и то:

1. За партију бр. 3 понуђачу „АСОМА“ д.о.о. – Београд, у укупном износу од 1.776.500,00 динара без ПДВ-а односно 2.131.800,00 динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„АСОМА“ д.о.о. - Београд бр. АП1142 од 27.02.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	6	
3	Кутије за оштрице запремине цца 3 литра	комад	18.700	95,00	1.776.500,00
Укупна вредност за понуђену партију без ПДВ-а:				1.776.500,00	
ПДВ 20%:				355.300,00	
Укупна вредност за понуђену партију са ПДВ-ом:				2.131.800,00	

2. За партије бр. 1, 2 и 4 понуђачу „МЕДИКА-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – Београд, у укупном износу од 1.992.600,00 динара без ПДВ-а односно 2.391.120,00 динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„МЕДИКА-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. - Београд бр. 170040 од 06.03.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	8	
1	Кесе од полиетилена високе густине /ХДПЕ/ 55х75 цм кодирана жутом бојом	комад	150.000	6,23	934.500,00
2	Кесе од полиетилена високе густине /ХДПЕ/ 60х90 цм кодирана жутом бојом	комад	90.000	9,79	881.100,00
4	Кутије за оштрице запремине цца 6 литра	комад	600	295,00	177.000,00
Укупна вредност за понуђене партије без ПДВ-а:				1.992.600,00	
ПДВ 20%:				398.520,00	
Укупна вредност за понуђене партије са ПДВ-ом:				2.391.120,00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 27.01.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку добара: Амбалажа за збрињавање медицинског отпада бр. 1191, ознака из општег речника набавке: 19640000, 33141123.

Подаци из Плана набавки: Редни број 18.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији конто – 4269.

Укупна процењена вредност јавне набавке 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 07.03.2017. године, са почетком у 10,15 часова, у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2, о чему је сачињен Записник бр. 355.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке понуду су поднела 4 (четири) понуђача, и то:

1. СЗР „DUNAVPLAST“, ул. Североисточна радна зона бб, блок 11, 22320 Инђија, (понуда за партије бр. 3 и 4).
2. „АСОМА“ д.о.о., ул. Дунавски кеј 23, 11158 Београд (понуда за партију бр. 3).
3. Т.К.Р. „FOX“ Јасмина Вукојевић Предузетник, ул. ЈНА 19, 37000 Крушевац (понуда за партије бр. 1, 2 и 3).
4. „MEDIKA-PROJEKT“ д.о.о., ул. Кумодрашка 241а, 11000 Београд (понуда за партије бр. 1, 2 и 4).

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- Понуда понуђача **СЗР „DUNAVPLAST“ Инђија**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, **одбија се** као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партију бр. 3 - **Кутије за оштрице запремине цца 3 литра**, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике не одговарају карактеристикама захтевним конкурсном документацијом.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 - „Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис добара према захтеву наручиоца“, за предметну партију је, између осталог, захтевано да на телу кутије буде одштампан знак „биохазард“ и ознака класе отпада (оштрице и стакло), те да кутије буду минималне носивости садржаја 0,5 кг.

Прегледом достављеног узорка од стране комисије за јавну набавку наручиоца утврђено је да је понуђена кутија на којој није на телу кутије одштампан знак „биохазард“ и ознака класе отпада (оштрице и стакло) већ је налепљена папирна налепница са одштампаним знаком „биохазард“ и ознаком класе отпада (оштрице и стакло).

Увидом у документацију достављену у понуди (Извештај о испитивању издат од стране Машинског факултета, бр. MV 4019 – С 3727/16 од 26.04.2016. године, стране 4 и 6 истог), утврђено је да је понуђена кутија носивости 0,48 кг, а не 0,5 кг, како је захтевано конкурсном документацијом.

Имајући у виду све напред наведено, понуда понуђача СЗР „DUNAVPLAST“ Инђија за предметну партију се не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН, те се иста одбија као неприхватљива.

- Понуда понуђача **СЗР „DUNAVPLAST“ Инђија**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, **одбија се** као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партију бр. 4 - **Кутије за оштрице запремине цца 6 литара**, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике не одговарају карактеристикама захтевним конкурсном документацијом.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 - „Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис добара према захтеву наручиоца“, за предметну партију је, између осталог, захтевано да на телу кутије буде одштампан знак „биохазард“ и ознака класе отпада (оштрице и стакло) те да кутије буду висине минимум 40 цм.

Прегледом достављеног узорка од стране комисије за јавну набавку наручиоца утврђено је да је понуђена кутија на којој није на телу кутије одштампан знак „биохазард“ и ознака класе отпада (оштрице и стакло) већ је налепљена папирна налепница са одштампаним знаком „биохазард“ и ознаком класе отпада (оштрице и стакло).

Увидом у документацију достављену у понуди (Извештај о испитивању издат од стране Машинског факултета, бр. MV 4092 – С 3816/16 од 19.09.2016. године, страна 6 истог), утврђено је да је понуђена кутија висине 27,5 цм, а не минимум 40 цм, како је захтевано конкурсном документацијом. Такође, мерењем висине достављеног узорка за ову партију утврђено је да је висина кутије 27,5 цм, што је податак наведен и у Извештају Машинског факултета.

Имајући у све виду напред наведено, понуда понуђача СЗР „DUNAVPLAST“ Инђија за предметну партију се не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН, те се иста одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				СЗР „DUNAVPLAST“ - Инђија бр. 0303-1/17 од 03.03.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	
3	Кутије за оштрице запремине цца 3 литра	комад	18.700	83,00	1.552.100,00
4	Кутије за оштрице запремине цца 6 литра	комад	600	250,00	150.000,00

• Понуда понуђача Т.К.Р. „**FOX**“ **Јасмина Вукојевић Предузетник Крушевац**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива за партију бр. 1 – Кесе од полиетилена високе густине /ХДПЕ/ 55x75 цм кодирана жутом бојом, и партију бр. 2 - Кесе од полиетилена високе густине /ХДПЕ/ 60x90 цм кодирана жутом бојом, из разлога што понуђач није испунио услов предвиђен конкурсном документацијом.

Наиме, конкурсном документацијом је у Прилогу бр. 7 предвиђена дужност понуђача да као доказ за карактеристике добара које нуде доставе фотокопију извештаја о испитивању материјала издатог од стране Организације из Регистра акредитованих организација Акредитационог тела Србије или фотокопију важећег сертификата – стандарда, издатог од стране страних акредитоване установе.

Прегледом понуде овог понуђача утврђено је да је исти доставио Извештај о испитивању, издат од стране Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.

Наручилац је увидом у Регистар Акредитационог тела Србије утврдио да се Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду не налази у Регистру.

Имајући у виду захтев наручиоца из конкурсне документације те чињеницу да је понуђач доставио доказ који није издат од стране акредитоване установе, то се понуда овог понуђача за партије бр. 1 и 2 не може сматрати прихватљивом.

• Понуда понуђача Т.К.Р. „**FOX**“ **Јасмина Вукојевић Предузетник Крушевац**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива за партију бр. 3 – Кутије за оштрице запремине цца 3 литра, из разлога што понуђач није испунио услов предвиђен конкурсном документацијом.

Наиме, конкурсном документацијом је, у Прилогу бр. 7 предвиђена дужност понуђача да као доказ за карактеристике добара које нуде доставе фотокопију извештаја о испитивању материјала издатог од стране Организације из Регистра акредитованих организација Акредитационог тела Србије или фотокопију важећег сертификата – стандарда, издатог од стране страних акредитоване установе те да за добра из партије број 3 доставе фотокопију важећег решења, уверења или сертификата којима ће доказати да добро које се нуди испуњава услове за транспорт и третман медицинског инфективног отпада и отпада од оштрица и стакла у складу са УН стандардима који дефинишу предметну област.

Прегледом понуде овог понуђача утврђено је да је исти није доставио ниједан од тражених доказа, због чега се његова понуда за партију бр. 3 не може сматрати прихватљивом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				Т.К.Р. „FOX“ - Крушевац бр. 17/2017 од 02.03.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	7	
1	Кесе од полиетилена високе густине /ХДПЕ/ 55x75 цм кодирана жутом бојом	комад	150.000	5,39	808.500,00
2	Кесе од полиетилена високе густине /ХДПЕ/ 60x90 цм кодирана жутом бојом	комад	90.000	9,49	854.100,00
3	Кутије за оштрице запремине цца 3 литра	комад	18.700	67,00	1.252.900,00

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са условима утврђеним у конкурсној документацији и применом критеријума донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц др Милика Ашанин

