



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 21188
09. 12. 15 год
БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ангиографска сала и заштитна опрема од јонизујућег зрачења
Број јавне набавке 349К/2015

Наручилац уговор о јавној набавци додељује следећим понуђачу и то:

1. За партију бр. 1 понуђачу „GORENJE GTI“ д.о.о. – Нови Београд, у укупном износу од 38.000.000,00 динара без ПДВ-а односно 45.600.000,00 динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				"GORENJE GTI" д.о.о. - Нови Београд	
				230/15 од 06.11.2015.	
				Јединична цена дин/јед мере	Укупна цена
1	2	3	4	9	10
1	АНГИОГРАФСКА САЛА	ком	1	38.000.000,00	38.000.000,00
Укупна цена без ПДВ-а:					38.000.000,00
ПДВ 20%:					7.600.000,00
Укупна цена са ПДВ-ом:					45.600.000,00

2. За партију бр. 2 понуђачу „MEDICOM“ д.о.о. – Шабац, у укупном износу од 1.294.505,00 динара без ПДВ-а односно 1.553.406,00 динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				"MEDICOM" д.о.о. - Шабац	
				5174 од 06.11.2015.	
				Јединична цена дин/јед мере	Укупна цена
1	2	3	4	9	10
2	ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА				
2.1	Комплет оловних завесица – заштита са леве стране пацијент стола	ком	1	227.215,00	227.215,00
2.2	Заштитно оловно акрилно стакло са држачем	ком	1	451.215,00	451.215,00
2.3	Дводелна кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења	ком	4	55.305,00	221.220,00
2.4	Једноделна оловна кецеља	ком	2	37.605,00	75.210,00
2.5	Заштитни оковратник	ком	6	10.535,00	63.210,00
2.6	Заштитне наочаре	ком	4	31.305,00	125.220,00
2.7	Заштита испод пацијент стола	ком	1	131.215,00	131.215,00
Укупна цена без ПДВ-а:					1.294.505,00
ПДВ 20%:					258.901,00
Укупна цена са ПДВ-ом:					1.553.406,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 23.09.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку добара Ангиографска сала и заштитна опрема од јонизујућег зрачења - бр. 16694, ознака из општег речника набавке 33100000 – Медицинска опрема.

Процењена вредност набавке: 41.416.666,67 динара без ПДВ-а.

Редни број партије	Назив добра	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Ангиографска сала	40.000.000,00
2	Заштитна опрема од јонизујућег зрачења	1.416.666,67

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 06.11.2015. године.

Основни подаци о понуђачима: У предметном поступку јавне набавке учешће је узело 8 (осам) понуђача и то:

1. „MILCOMMERCE Ltd“ д.о.о. – ул. Отона Жупанчића бр. 21А, 11070 Нови Београд;
2. „BEOLASER“ д.о.о. – ул. Трговачка бр. 16А, 11147 Београд.
3. „MEDICOM“ д.о.о. – ул. Поцерска бр. 3, 15000 Шабац;
4. „GORENJE GT1“ д.о.о. – ул. Милутина Миланковића бр. 7, 11070 Београд;
5. „SHIMADZU“ д.о.о. – ул. Гоце Делчева бр. 46/1, 11070 Нови Београд;
6. „ION“ д.о.о. – ул. Бул. Михајла Пупина бр. 11/53, 11070 Нови Београд;
7. „SIEMENS“ д.о.о. – ул. Омладинских бригада бр. 21, 11070 Нови Београд;
8. „GE Holdings“ д.о.о. – ул. Бул. Михајла Пупина бр. 6/17, 11070 Нови Београд;

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

-Понуда понуђача „GE Holdings“ д.о.о. Нови Београд, одбија се као неприхватљива за добро из партије број 1 из разлога што је наручилац у прилогу бр. 7 конкурсне документације, тачка 10. захтевао техничке карактеристике за „Хемодинамику“ (као „Систем намењен за примену са испорученом ангиографском салом“ - тачка 10.1. минималних техничких карактеристика, у оквиру прилога број 7 конкурсне документације), која је као таква морала бити регистрована, у складу са „Осталим условима“ из прилога број 7 конкурсне документације, тачка 2 – „као део система или засебно“, док је понуђач понудио добро за које је доставио Решење АЛИМС-а бр. 515-02-01910-15-001 од 28.09.2015. године о упису у Регистар медицинских средстава за следеће медицинско средство – „Монитор за праћење виталних функција пацијента“, а поред тога је доставио и Решење АЛИМС-а бр.515-02-00082-15-001 од 01.06.2015. године о упису у Регистар медицинских средстава за следеће медицинско средство – „Рендген апарат, дигитални, за ангиографију и флуороскопију“ и Решење АЛИМС-а бр. 515-02-00096-15-01 од 01.06.2015. године о упису у Регистар медицинских средстава за следеће медицинско средство – „Систем за архивирање, дистрибуцију и обраду медицинских слика“. Стога, понуђач није доказао да испуњава услов наведен у тачки број 2, прилога број 7 конкурсне документације - „Понуђач је дужан да достави копију Решења о стављању у промет за понуђена медицинска средства издатог од Агенције за лекове и медицинска средства, које мора обухватати и радну станицу и хемодинамику као део система или засебно уколико су понуђени као засебни уређаји“, с обзиром на то да понуђено медицинско средство нема регистровану хемодинамику нити као део понуђеног система, нити засебно. Из овог разлога, предметна понуда не може се сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				"GE Holdings" д.о.о. - Нови Београд	
				C16/2015 од 04.11.2015.	
				Јединична цена дин/ед. мере	Укупна цена
1	2	3	4	11	12
1	АНГИОГРАФСКА САЛА	КОМ	1	32.521.500,00	32.521.500,00

- Понуда понуђача „BEOLASER“ д.о.о. Београд, одбија се као неприхватљива за добро из партије број 1 из разлога што није понуђено добро које испуњава техничку карактеристику наведену у прилогу број 7 конкурсне документације, тачка 5.5. – „DQE @ 0 LP/mm и (RQA 5) најмање 70%“. Наиме, из доказа достављених у склопу понуде, произилази да је понуђено добро MPDXR0300EAB (изричито наведено у порилогу број 7 конкурсне документације) које поседује следећу техничку карактеристику: DQE: 65% or more (0 lp/mm).

Наручилац се обратио понуђачу у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН са захтевом за додатним објашњењем наводећи следеће: „Дописом бр. 952/15 од 25.11.2015. године доставили сте нам податак да је понуђен уређај „INFIX-8000 (Infix)“, модел „С“, тип „G1“ произвођача „Toshiba Medical Systems Corporation“. У основну конфигурацију тог уређаја по наводима из вашег дописа укључен је флет ланел детектор произвођача „Toshiba Medical Systems Corporation“ ознаке „TFP-800A/A1“. У допису сте навели да је DQE за тај детектор на том систему 77% и то на 0 LP/mm (RQA 5). Увидом у вашу понуду коју сте доставили у предметном поступку јавне набавке на страни 12 каталога произвођача стоји: DQE: 65% or more (0 lp/mm). Како су ова два податка у колизији молимо Вас да нам дате додатно појашњење које ћете документовати одговарајућим изводом из каталога произвођача понуђене опреме.“

Уз дописа који је заведен код наручиоца под бројем 20407 од 26.11.2015. године, понуђач је доставио изјаву произвођача од 26.11.2015. године, са преводом исте и каталог произвођача за добро MPDXR0300EAD. У преводу изјаве произвођача наведено је следеће: „У току припреме документације и изјава на основу захтева нашег дистрибутера за Републику Србију Беоласер доо Београд, доступне информације о производу за систем интервентни ангиографски систем: INFIX-8000 (Infix), модел С, тип G1 је био MPDXR0300EAB. Како се на последњој страни документа може видети, то је одштампано у марту 2015. године. Имајући у виду континуирано унапређење система поједини технички подаци у достављеним информацијама о производу MPDXR0300EAB су застарели и из тог разлога смо доставили изјаву о техничким карактеристикама од дана 30.10.2015. године и изјаву о техничким карактеристикама које се пондеришу од дана 30.10.2015. године. У

изјави смо навели оне тражене техничке карактеристике које се не налазе у информацијама о производу MPDXR0300EAB као и оне тражене техничке карактеристике које у информацијама о производу MPDXR0300EAB нису довољно јасне. Једна од тих карактеристика је и вредност DQE 0 LP/mm (RQA 5). Унапређењем Флет панел детектора TFP-800A/C1 произведеног од Toshiba Medical Systems Corporation, који је неодвојиви део система Интервентни ангиографски систем: INFx-8000 (Inflix), модел C, тип G1 повећана је укупна ефикасност детектора тако да, сада, вредност DQE 0 LP/mm (RQA 5) износи 77%. Тај податак нам је био познат још од почетка октобра, али одговарајуће информације о производу нису биле доступне у време припреме документације па смо тај податак доставили у писаним изјавама.

„У међувремену, од стране произвођача Toshiba Medical Systems Corporation су објављене нове информације о производу MPDXR0300EAD. На последњој страни тих информација о производу наведено је да су одштампане у октобру 2015. године. До периода припреме документације и изјава на основу захтева нашег дистрибутера за Републику Србију Беоласер доо Београд те информације о производу нама нису биле доступне. У сваком случају, достављамо Вам преко нашег дистрибутера нове важеће информације о производу MPDXR0300EAD, у којима, између осталог, можете видети да нови, прецизан податак за вредност DQE 0 LP/mm (RQA 5) износи 77%.“

У достављеном каталогу произвођача за добро MPDXR0300EAD обележена је техничка карактеристика DQE: 77% (0 lm/mm) (Typical), за X-ray Flat Panel Detektor (TFP-800A/C1).

У понуди понуђача достављен је каталог произвођача за добро MPDXR0300EAB, у којем је обележена техничка карактеристика DQE: 65% or more (0 lm/mm), за X-ray Flat Panel Detektor (TFP-800A/A1).

У прилогу број 7 конкурсне документације, у тачки 5 „Остали услови“ захтевано је следеће: „Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног добра, који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику. Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијене као неприхватљиве. Уколико се у достављеном каталогу произвођача не налазе подаци о свим захтеваним техничким карактеристикама, понуђач може доставити изјаву произвођача у којој ће бити наведено да понуђано добро поседује тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да у изјави обележи тражене техничке карактеристике.“

У складу са наведеним, у фази стручне оцене понуда утврђено је да је на дан отварања понуда понуђач доставио доказ – каталог произвођача за добро MPDXR0300EAB, у којем је наведено DQE: 65% or more (0 lm/mm), за X-ray Flat Panel Detektor (TFP-800A/A1), а које добро не испуњава захтевану техничку карактеристику (у складу са захтевом из конкурсне документације, изјава произвођача може представљати доказ о понуђеним карактеристикама које могу бити само у оквиру понуђеног добра, а то је, у конкретном случају производ MPDXR0300EAB). У оквиру дописа који је заведен код наручиоца под бројем 20407 од 26.11.2015. године, понуђач је доставио доказе за добро MPDXR0300EAD: DQE: 77% (0 lm/mm) (Typical), за X-ray Flat Panel Detektor (TFP-800A/C1), а које добро испуњава захтевану техничку карактеристику.“

Како је за наручиоца релевантно добро MPDXR0300EAB, с обзиром на то да је понуђено добро исте ознаке, а што је изричито наведено у прилогу број 7 конкурсне документације, то наручилац не може прихватити да понуђач путем доказивања карактеристика за добро MPDXR0300EAD, истовремено доказује недостајућу карактеристику добра MPDXR0300EAB, јер је за наручиоца релевантно добро које је понуђено на дан отварања понуда, са техничким карактеристикама које поседује исто понуђено добро.

Стога, предметна понуда се не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, те иста није прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				"BEOLASER" д.о.о. - Београд	
				0235-11/15 од 09.11.2015.	
				Јединична цена дин/јед мере	Укупна цена
1	2	3	4	7	8
1	АНГИОГРАФСКА САПА	ком	1	34.800.000,00	34.800.000,00

- Понуда понуђача „SHIMADZU“ д.о.о. Нови Београд, одбија се као неприхватљива за добро из партије број 1 из разлога што је понуђач доставио само непопуњен, потписан и оверен прилог број 3 конкурсне документације, без наведене јединичне цене. Како понуђач није доказао да испуњава обавезне нити додатне услове за учешће у поступку, није навео рок важења понуде, није доставио тражено средство обезбеђења, те како понуда садржи друге недостатке због којих је није могуће упоредити са другим понудама, то иста понуда

садржи битне недостатке у складу са одредбом члана 106. ЗЈН, те се не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

- Понуда понуђача „MILCOMMERCE Ltd“ д.о.о. Нови Београд, одбија се као неприхватљива за добро из партије број 2 из разлога што је у оквиру своје понуде доставио само прилог бр. 3 конкурсне документације, оверен непотписан, у којем су наведени износи јединичних цена за добра из партије бр. 2, без наведених укупних износа цена, без наведеног рока испоруке, без наведеног рока важења понуде. Такође понуђач је доставио делимично попуњене, непотписане остале прилоге конкурсне документације. Нису достављени захтевани докази, као ни средство финансијског обезбеђења. Како понуђач није доказао да испуњава обавезне нити додатне услове за учешће у поступку, није доставио тражено средство обезбеђења, те како понуда садржи друге недостатке због којих је није могуће упоредити са другим понудама, то иста понуда садржи битне недостатке у складу са одредбом члана 106. ЗЈН, те се не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				"MILCOMMERCE Ltd" д.о.о. - Нови Београд	
				27/15 од 27.10.2015.	
1	2	3	4	Јединична цена динар/ед мере	Укупна цена
5	6				

2	ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА				
2.1	Комплет оловних завесица – заштита са леве стране пацијент стола	ком	1	1.420.000,00	
2.2	Заштитно оловно акрилно стакло са држачем	ком	1	5.500.800,00	
2.3	Дводелна кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења	ком	4	1.080.000,00	
2.4	Једноделна оловна кецеља	ком	2	750.000,00	
2.5	Заштитни оковратник	ком	6	1.200.000,00	
2.6	Заштитне наочаре	ком	4	4.500.000,00	
2.7	Заштита испод пацијент стола	ком	1	7.000.000,00	

- Понуда понуђача „ION“ д.о.о. Нови Београд, одбија се као неприхватљива за добро из партије број 2 из разлога што понуђач није доставио доказе о испуњености додатног услова захтеваног у прилогу број 4 конкурсне документације, тачка 6 - „Услов: Најмање један запослен, сертификован сервисер, обучен за сервисирање предметне опреме код произвођача исте; Доказ: Фотокопија сертификата, радне књижице и потврда послодавца да је наведени сервисер у радном односу у ауторизованом сервису.“ Стога, предметна понуда садржи битан недостатак, у складу са одредбом члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН, те се не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				"ION" д.о.о. - Нови Београд	
				40 од 06.11.2015.	
1	2	3	4	Јединична цена динар/ед мере	Укупна цена
9	10				

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за оцену понуда у предметном поступку јавне набавке је:

За партију бр. 1 „економски најповољнија понуда (према збиру пондера где најнижа понуђена цена носи 60 бодова, а техничко-технолошке предности 40 бодова).

За партију бр. 2 „најнижа понуђена цена“

Пондер листа за партију бр. 1

Редни број партије	Назив добра	Количина	ПОНУЂАЧ, БРОЈ ПОНУДЕ, ДАТУМ			
			"SIEMENS" д.о.о. - Нови Београд		"GORENJE GTI" д.о.о. - Нови Београд	
			Siemens Artis Zee ОПБ-0002/15/16 од 30.10.2015.		Philips Allura Clarity FD10 230/15 од 06.11.2015.	
			Јединична цена	Укупна вредност	Јединична цена	Укупна вредност
1	АНГИОГРАФСКА САЛА	1	36.663.000,00	36.663.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
Укупна цена без ПДВ-а:				36.663.000,00		38.000.000,00
ПДВ 20 %				7.332.600,00		7.600.000,00
Укупна цена са ПДВ-ом:				43.995.600,00		45.600.000,00
Ред. број	ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА		пондер	Додељени пондери	Додељени пондери	
1	ПОНУЂЕНА ЦЕНА		60	60	57,89	
2	ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ		40			
1	Мogućност континуалног померања С-лука у латералном правцу (лево/десно) када је С-лук постављен изнад главе пацијента са покривеношћу од најмање 45 cm и на десну и на леву страну без потребе померања пацијент стола		2	0	2	
2	Мogućност аутоматског смањења светла у простору сале (искључивање/укључивање светла) активацијом скопије и графије компатибилних са ангиографском салом у склопу адекватне припреме простора за монтажу уређаја		1	1	1	
3	Капацитет архиве најмање 75.000 слика резолуције 1.024 x 1.024 piksela на 12 bita		2	2	2	
4	Унапређена визуелизација стента на живој слици „on line“		најкраће понуђено време x 2 / понуђено време визуелизације	2	2	
5	Table tilt		1	0	0	
6	Ротација плоче стола око своје осе бар на једну страну ≥ 180°.		1	0	1	
7	Бежична ножна команда		1	1	1	
8	All-in-one/largedisplay monitor са улазом са интраваскуларни имидинг (IVUS, OCT)		2	0	0	
9	Синхронизована ротација панела и колиматора		1	1	0	
10	Број физичких фокуса RTG цеви		понуђени број фокуса x 2 / највећи понуђени број фокуса	2	2	
11	Мogućност приказа физиолошких сигнала у току аквизиције одговарајућих слика на монитору живе слике		1	1	1	
12	Лонгитудинално померање носача монитора најмање 300 cm и латерално померање носача монитора најмање 240 cm		1	1	1	
13	Ширина стола у кардио-пулмоналној регији (грудни кош болесника)		2; 1; 0	2	2	

14	Дужина плоче стола	понуђена дужина плоче стола x 2 / најдужа понуђена дужина плоче стола	1,99	2
15	DQE @ 0 LP/mm i (RQA 5)	4; 3; 0	3	3
16	Топлотни капацитет аноде рендгенске цеви	понуђени топлотни капацитет аноде рендгенске цеви x 3 / максимални понуђени топлотни капацитет аноде рендгенске цеви	3	2,13
17	Оштрина фокуса који има примену код кардиолошких интервенција	2	1	1
18	Дужина хлађења аноде	најкраћа дужина хлађења аноде x 3 / понуђена дужина хлађења аноде	1,26	3
19	Систем непрекидне контроле дозе зрачења на кожи болесника са системом за обавештавање	1	1	0
20	Најмања вредност учесталости прилоком пулсне флуороскопија 5 frejma/sec. (не ниже од тога).	1	0	0
21	Поседовање „Touch screen“ функције	1	1	1
22	Плафонска сала	1	0	1
23	Изоцентрична ротација Ц – лука	1	1	1
24	Калибрација система за постављање стента	1	1	1
25	Интелигентна заштита од колизије С-лука и пацијента коришћењем капацитивних сензора	1	1	1
УКУПНО ПОНДЕРА:			88,25	89,02

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда према унапред утврђеним критеријумима за оцену понуда и условима утврђеним у конкурсној документацији и донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин