



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
бр. 305/1
14.01. 2019 год.
БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи,
реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Број јавне набавке 454К/2018
Врста поступка: отворени

Наручилац уговор о јавној набавци додељује на следећи начин:

1. За партије бр. 1 и 2 понуђачу „АСОМА“ д.о.о. Београд, у укупном износу од 493.650,00 динара без ПДВ-а односно 592.380,00 динара са ПДВ-ом, чија понуда је благовремена, прихватљива и одговарајућа.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„АСОМА“ д.о.о. – Београд АР1329 од 17.12.2018. Јединична цена дин/јед. Мере	
1	2	3	4	6	
1	Апарат за мерење тензије	комад	64	6.600,00	422.400,00
2	Стетоскоп	комад	19	3.750,00	71.250,00
Укупно без ПДВ-а :					493.650,00
ПДВ 20%:					98.730,00
Укупно са ПДВ-ом :					592.380,00

2. За партију бр. 3 понуђачу „UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. Београд-Земун, у укупном износу од 108.000,00 динара без ПДВ-а односно 129.600,00 динара са ПДВ-ом, чија понуда је благовремена, прихватљива и одговарајућа.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. – Београд 694 од 17.12.2018. Јединична цена дин/јед. Мере	
1	2	3	4	7	
3	Реанимациони балон за новорођенчад	комад	20	5.400,00	108.000,00
Укупно без ПДВ-а :					108.000,00
ПДВ 20%:					21.600,00
Укупно са ПДВ-ом :					129.600,00

3. За партије бр. 4 и 6 понуђачу РТР „INEL“ д.о.о. Нови Сад, у укупном износу од 107.960,00 динара без ПДВ-а односно 129.552,00 динара са ПДВ-ом, чија понуда је благовремена, прихватљива и одговарајућа.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„INEL“ д.о.о. – Нови Сад 4498 од 18.12.2018. Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	9	
4	Вага са висинометром	комад	1	68.160,00	68.160,00
6	Сет за реанимацију	комад	2	19.900,00	39.800,00
Укупно без ПДВ-а :					107.960,00
ПДВ 20%:					21.592,00
Укупно са ПДВ-ом :					129.552,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 16.11.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго), бр. 13799 ознака из општег речника набавке: 33190000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 74.

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији konto – 4269, 5131, 5125.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 736.316,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност по партијама као у табели која следи:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Апарат за мерење тензије	423.000,00
2	Стетоскоп	71.516,00
3	Реанимациони балон за новорођенчад	108.000,00
4	Вага са висинометром	69.000,00
5	УВ стерилизатор са два извора зрачења	25.000,00
6	Сет за реанимацију	39.800,00

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 19.12.2018. године, са почетком у 10:15 часова, у Управној згради Клиничког центра Србије, ул. Пастерова бр. 2, о чему је сачињен Записник бр. 1628.

Основни подаци о понуђачу:

У предметном поступку јавне набавке понуду је поднело 5 (пет) понуђача, и то:

1. "PRIZMA" д.о.о., ул. Кумановска бр. 8, 34000 Крагујевац (понуда за партије бр. 1 и 2);
2. "ACOMA" д.о.о., ул. Дунавски кеј бр. 23, 11158 Београд (понуда за партије бр. 1 и 2);
3. "UNIFARM MEDICOM" д.о.о., ул. Цара Душана бр. 264, 11080 Београд-Земун (понуда за партију бр. 3);
4. „SUPERLAB“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 25, 11070 Нови Београд (понуда за партије бр. 2, 3, и 6);
5. „PTP„INEL“ д.о.о., ул. Позоришни трг бр. 4, 21000 Нови Сад (понуда за партије бр. 2, 4, и 6);

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:

❖ Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 3, из разлога што понуђена цена превазилази процењену вредност наручиоца за предметну партију.

❖ Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 2 – Стетоскоп, будући да понуђач није доказао захтеване техничке карактеристике.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 предвиђене су техничке карактеристике а тачком 2. овог Прилога, предвиђена је дужност понуђача да уз понуду достави одговарајући проспектни материјал, о техничким карактеристикама понуђених предметних добара из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају техничким захтевима наручиоца.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је као доказ за техничке карактеристике добара понуђених у партији бр. 2 достављен каталог. Међутим, из достављених доказа није могуће утврдити захтеване техничке карактеристике за следеће:

- Наручилац је у оквиру конкурсне документације захтевао да уређај поседује конвексну мембрану за преношење тонова високе и ниске фреквенције, што понуђач није доказао приложеном документацијом
- Наручилац је такође захтевао да уређај поседује биокompatibilну мембрану, што понуђач није доказао приложеном документацијом

Због свега претходно наведеног понуда понуђача се у складу са напред наведеним одредбама ЗЈН одбија као неприхватљива.

❖ Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд, сходно члану 3. став 1. тачка 33. а у вези са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 6 – Сет за реанимацију, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике нису у складу са техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом.

Наиме, конкурсном документацијом, у Прилогу бр. 7 између осталог је предвиђено да понуђени сет за реанимацију садржи реанимациони балон са три маске, у величинама 4, 5 и 6.

Увидом у доказе достављене у понуди овог понуђача утврђено је да је у оквиру сета за реанимацију понуђен реанимациони балон са три маске, али у величинама 3, 4 и 5.

Такође, конкурсном документацијом за наведену партију захтевано је да ларингоскопски сет поседује ЛЕД сијалице, док је понуђач у оквиру своје понуде понудио ларингоскопски сет са халогеним сијалицама. Како је неспорно утврђено да понуђена добра нису у складу са техничким захтевима из конкурсне документације то се понуда за ову партију, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„SUPERLAB“ д.о.о. – Нови Београд П18-295695 од 15.12.2018.	
				Јединична цена дин/јед. Мере	
1	2	3	4	5	
2	Стетоскоп	комад	19	960,00	18.240,00
3	Реанимациони балон за новорођенчад	комад	20	6.620,00	132.400,00
6	Сет за реанимацију	комад	2	14.960,00	29.920,00

❖ Понуда понуђача „PRIZMA“ д.о.о. Крагујевац, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партију бр. 1 – Апарат за мерење тензије, будући да понуђач није доказао захтеване техничке карактеристике. Наиме, Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 предвиђене су техничке карактеристике а тачком 2. овог Прилога, предвиђена је дужност понуђача да уз понуду достави одговарајући проспектни материјал, о техничким карактеристикама понуђених предметних добара из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају техничким захтевима наручиоца.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је као доказ за техничке карактеристике добра понуђеног у партији бр. 1 достављен каталог. Међутим, из достављених доказа није могуће утврдити захтеване техничке карактеристике за следеће карактеристике:

- Прецизност мерења 1% мерног опсега, сензитивни вентил, са виšekратним биокompatибилним манжетнама без PVC и DEHP материјала (да се могу се прати, дезинфиковати), отпорност на ударце према ANSI/AAMI SP 10 стандарду, стабилност и безбедно коришћење у Магнетној резонанци у складу са стандардом ASTM F 2052-06e1.

Такође, понуђач је доставио каталог у коме је наведен каталогски број апарата за мерење тензије СК112, док је у Решењу Агенције за лекове и медицинска средства, као и у уверењу о одобрењу о типу мерила издато од стране дирекције за мере и драгоцене метале наведен каталогски број СК 112Р.

Због свега претходно наведеног, понуда горе наведеног понуђача за предметну партију се, у складу са напред наведеним одредбама ЗЈН одбија као неприхватљива.

❖ Понуда понуђача „PRIZMA“ д.о.о. Крагујевац, одбија се, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива из разлога што је иста неодговарајућа за партију бр. 2 – Стетоскоп, будући да понуђач није доказао захтеване техничке карактеристике.

Увидом у понуду овог понуђача утврђено је да је као доказ за техничке карактеристике добра понуђеног у партији бр. 2 достављен каталог. Међутим, из достављених доказа није могуће утврдити захтеване техничке карактеристике за следеће карактеристике:

- Са двоструком главом, дупла глава израђена или од нерђајућег челика или од анодизованог алуминијума, конвексна мембрана за преношење тонова високе и ниске фреквенције, бинаурално монтирана опруга за оптимално преношење звука кроз једноканални тубус, биокompatибилна мембрана за прецизну чујност минимално 44 мм, ергономски израђено звоно за пружање аускултације и на теже приступачним местима, тубус направљен од PVC за заштиту од спољашњих звукова, меке ушне оливе за идеално уклапање у ушни канал, за смањивање буке из спољашње средине, без латекса, дужина максимално 73 цм.

Због свега претходно наведеног понуда понуђача се у складу са напред наведеним одредбама ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„PRIZMA“ д.о.о. – Крагујевац 835 од 01.12.2018.	
				Јединична цена дин/јед. Мере	
1	2	3	4	5	
1	Апарат за мерење тензије	комад	64	1.920,00	122.880,00
2	Стетоскоп	комад	19	1.920,00	36.480,00

❖ Понуда понуђача PTP „INEL“ д.о.о. Нови Сад, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива за партију бр. 2, из разлога што понуђена цена превазилази процењену вредност наручиоца за предметну партију.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„INEL“ д.о.о. – Нови Сад 4498 од 18.12.2018.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	9	
2	Стетоскоп	комад	19	3.960,00	75.240,00

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Рангирање прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Редни број партије	Понуђач	Укупна понуђена вредност по партији без ПДВ-а
1	„АСОМА“ д.о.о. Београд	422.400,00
2	„АСОМА“ д.о.о. Београд	71.250,00
3	„UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. Београд-Земун	108.000,00
4	РТР „INEL“ д.о.о. Нови Сад	68.160,00
6	РТР „INEL“ д.о.о. Нови Сад	39.800,00

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са условима утврђеним у конкурсној документацији и применом критеријума донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Колија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин

