



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 11440/1

01.08.2017 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)

Број јавне набавке 71KM/2017

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Наручилац уговор о јавној набавци додељује на следећи начин:

1. **За партију бр. 2,** понуђачу „РТП INEL“ д.о.о. Нови Сад, у укупном износу од **200.160,00** динара без ПДВ-а односно **240.192,00** динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„РТП INEL“ д.о.о. – Нови Сад 3492 од 18.08.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	
2	Вага са висинометром	ком	3	66.720,00	200.160,00
УКУПНО за понуђене партије без ПДВ-а:				200.160,00	
ПДВ 20%:				40.032,00	
УКУПНО за понуђене партије са ПДВ-ом:				240.192,00	

2. **За партије бр. 3 и 5** понуђачу „АСОМА“ д.о.о. Београд, у укупном износу од **71.400,00** динара без ПДВ-а односно **85.680,00** динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„АСОМА“ д.о.о. – Београд АП1192 од 21.08.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	8	
3	Стетоскоп	ком	12	3.750,00	45.000,00
5	Апарат за мерење крвног притиска са манометром	ком	4	6.600,00	26.400,00
УКУПНО за понуђене партије без ПДВ-а:				71.400,00	
ПДВ 20%:				14.280,00	
УКУПНО за понуђене партије са ПДВ-ом:				85.680,00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 14.08.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, за набавку добара - Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго), бр. 10624, ознака из општег речника набавке: 33190000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 78

Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији konto – 5131.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 658.820,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност по партијама, као у табели која следи:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Ларингоскопски сет	325.000,00
2	Вага са висинометром	201.000,00
3	Стетоскоп	47.520,00
4	Реанимациони балон неонатални	56.000,00
5	Апарат за мерење крвног притиска са манометром	29.300,00

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 22.08.2017. године са почетком у 11:15 часова у Управној згради Клиничког центра Србије – просторије Јавних набавки, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, о чему је сачињен записник број 1114.

Основни подаци о понуђачу:

У предметном поступку јавне набавке понуду су поднела 4 (четири) понуђача и то:

1. „PTP INEL“ д.о.о., ул. Позоришни трг бр. 4, 21000 Нови Сад (за партије бр. 1, 2 и 3);
2. „UNIFARM-MEDICOM“ д.о.о., ул. Цара Душана бр. 264, 11080 Београд – Земун (за партију бр. 4);
3. „SUPERLAB“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 25, 11070 Нови Београд (за партије бр. 1, 3, 4 и 5);
4. „ACOMA“ д.о.о., ул. Дунавски кеј бр. 23, 11158 Београд (за партије бр. 3 и 5).

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача „PTP INEL“ д.о.о. Нови Сад, одбија се, сходно члану 3. став 1 тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партију бр. 1 - Ларингоскопски сет, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да понуђено добро не одговара техничким захтевима конкурсне документације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 (страница 29/43) за наведену партију захтевано је да понуђени ларингоскоп, између осталог, поседује дршку са ЛЕД сијалицом 2,5 V и одговарајућом више пута пуњивом батеријом и одговарајућим пуњачем батерија.

Прегледом доказа достављених у понуди овог понуђача као и прегледом достављеног узорка ларингоскопског сета утврђено је да понуђени ларингоскоп, односно дршка истог не садржи пуњиву батерију нити одговарајући пуњач батерија.

Из напред утврђеног неспорно произилази да добро понуђено у овој партији не одговара техничким захтевима конкурсне документације, те се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, а сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„PTP INEL“ д.о.о. – Нови Сад	
				3492 од 18.08.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	
1	Ларингоскопски сет	ком	5	65.000,00	325.000,00

❖ Понуда понуђача „UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. Земун, одбија се, сходно члану 3. став 1 тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партију бр. 4 - Реанимациони балон неонатални, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да понуђено добро не одговара техничким захтевима конкурсне документације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 (страница 30/43) за наведену партију захтевано је да понуђени неонатални реанимациони балон буде у комплексу са две одговарајуће силиконске маске, бр. 0 и 1 за новорођенчад.

Прегледом доказа достављених у понуди овог понуђача, и то део каталога произвођача маски „Dahlhausen“ из Немачке и попуњен прилог бр. 7, те прегледом достављеног узорка утврђено је да је понуђен неонатални реанимациони балон у сету са две маске али не бр. 0 и 1, за новорођенчад, како је захтевано конкурсном документацијом, већ бр. 2 и 3.

Из напред утврђеног неспорно произилази да добро понуђено у овој партији не одговара техничким захтевима конкурсне документације, те се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, а сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. – Земун	
				691 од 18.08.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	6	
4	Реанимациони балон неонатални	ком	10	5.595,00	55.950,00

❖ Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд, одбија се сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партије бр. 1, 3, 4 и 5, и то:

- **за партију бр. 1 - Ларингоскопски сет**, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да понуђено добро не одговара техничким захтевима конкурсне документације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 (страница 29/43) за наведену партију захтевано је да понуђени ларингоскоп, између осталог, поседује дршку са ЛЕД сијалицом 2,5 V и одговарајућом више пута пуњивом батеријом и одговарајућим пуњачем батерија.

Прегледом доказа достављених у понуди овог понуђача као и прегледом достављеног узорка ларингоскопског сета утврђено је да понуђени ларингоскоп, односно дршка истог не садржи пуњиву батерију нити одговарајући пуњач батерија.

Из напред утврђеног неспорно произилази да добро понуђено у овој партији не одговара техничким захтевима конкурсне документације, те се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, а сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

- **за партију број 3 - Стетоскоп**, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике нису у складу са карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом наручиоца.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 (страница 29/43), дефинисане су карактеристике које понуђено добро мора да задовољи, између осталог, да стетоскоп не садржи делове од латекса као и да садржи конвексну мембрану за преношење тонова високе и ниске фреквенције.

Прегледом понуде утврђено је да у доказима које је понуђач доставио за ову партију нигде није наведено да је понуђени стетоскоп без латекса те да садржи конвексну мембрану за преношење тонова високе и ниске фреквенције.

Из напред утврђеног неспорно произилази да добро понуђено у овој партији не одговара техничким захтевима конкурсне документације, те се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, а сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

- **за партију број 4 - Реанимациони балон неонатални**, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности наручиоца за наведену партију.

- **за партију број 5 - Апарат за мерење крвног притиска са манометром**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро чије карактеристике нису у складу са карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом наручиоца.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 (страница 30/43), дефинисане су карактеристике које понуђено добро мора да задовољи, између осталог, да апарат за мерење крвног притиска са манометром мора поседовати алуминијумску скалу од 0 до 300 mm Hg.

Прегледом понуде, утврђено је да је понуђач доставио Уверење о одобрењу типа мерила, издато дана 25.01.2016. године, под бројем 393-8/0-01-3457-2015, од стране Дирекције за мере и драгоцене метале Министарства привреде Републике Србије, у чијем је Прилогу, на страни 2 наведено да је мерни опсег манометра од 20 mmHg до 300 mmHg.

Такође, прегледом достављеног каталога као и достављеног узорка утврђено је да је понуђен апарат за мерење крвног притиска, чији је мерни опсег манометра од 20 mmHg до 300 mm Hg.

Из напред утврђеног неспорно произилази да добро понуђено у овој партији не одговара техничким захтевима конкурсне документације, те се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, а сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„SUPERLAB“ д.о.о. – Нови Београд	
				Р17-185339 од 17.08.2017.	
				Јединична цена дин/ед. мере	
1	2	3	4	7	
1	Ларингоскопски сет	ком	5	7.280,00	36.400,00
3	Стетоскоп	ком	12	940,00	11.280,00
4	Реанимациони балон неонатални	ком	10	7.240,00	72.400,00
5	Апарат за мерење крвног притиска са манометром	ком	4	2.160,00	8.640,00

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА.

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда према унапред утврђеним условима у конкурсној документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин

