



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА



На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим :

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ БР. 1 И 4 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго) број јавне набавке 71KM/2017

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке добара – Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго) за партије број 1 и 4, по позиву за подношење понуда објављеном 14.08.2017. год. на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије.

У складу са чланом 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 14.08.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара – Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго), бр. 10624, ознака из општег речника набавке: 33190000.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 658.820,00 динара без ПДВ-а, а процењена вредност по партијама, као у табели која следи:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без ПДВ-а)
1	Ларингоскопски сет	325.000,00
2	Вага са висинометром	201.000,00
3	Стетоскоп	47.520,00
4	Реанимациони балон неонатални	56.000,00
5	Апарат за мерење крвног притиска са манометром	29.300,00

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 22.08.2017. године са почетком у 11:15 часова у Управној згради Клиничког центра Србије – просторије Јавних набавки, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, о чему је сачињен записник број 1114.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке понуду су поднела 4 (четири) понуђача и то:

1. „PTP INEL“ д.о.о., ул. Позоришни трг бр. 4, 21000 Нови Сад (за партије бр. 1, 2 и 3);
2. „UNIFARM-MEDICOM“ д.о.о., ул. Цара Душана бр. 264, 11080 Београд – Земун (за партију бр. 4);
3. „SUPERLAB“ д.о.о., ул. Милутина Миланковића бр. 25, 11070 Нови Београд (за партије бр. 1, 3, 4 и 5);
4. „ACOMA“ д.о.о., ул. Дунавски кеј бр. 23, 11158 Београд (за партије бр. 3 и 5).

Понуде које су предмет обуставе, а које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача „PTP INEL“ д.о.о. Нови Сад, одбија се, сходно члану 3. став 1 тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партију бр. 1 - Ларингоскопски сет, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да понуђено добро не одговара техничким захтевима конкурсне документације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 (страница 29/43) за наведену партију захтевано је да понуђени ларингоскоп, између осталог, поседује дршку са ЛЕД сијалицом 2,5 V и одговарајућом више пута пуњивом батеријом и одговарајућим пуњачем батерија.

Прегледом доказа достављених у понуди овог понуђача као и прегледом достављеног узорка ларингоскопског сета утврђено је да понуђени ларингоскоп, односно дршка истог не садржи пуњиву батерију нити одговарајући пуњач батерија.

Из напред утврђеног неспорно произилази да добро понуђено у овој партији не одговара техничким захтевима конкурсне документације, те се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, а сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„РTP INEL“ д.о.о. – Нови Сад 3492 од 18.08.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	5	
1	Ларингоскопски сет	ком	5	65.000,00	325.000,00

❖ Понуда понуђача „UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. Земун, одбија се, сходно члану 3. став 1 тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партију бр. 4 - Реанимациони балон неонатални, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да понуђено добро не одговара техничким захтевима конкурсне документације. Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 (страна 30/43) за наведену партију захтевано је да понуђени неонатални реанимациони балон буде у комплету са две одговарајуће силиконске маске, бр. 0 и 1 за новорођенчад.

Прегледом доказа достављених у понуди овог понуђача, и то део каталога произвођача маски „Dahlhausen“ из Немачке и попуњен прилог бр. 7, те прегледом достављеног узорка утврђено је да је понуђен неонатални реанимациони балон у сету са две маске али не бр. 0 и 1 за новорођенчад, како је захтевано конкурсном документацијом, већ бр. 2 и 3.

Из напред утврђеног неспорно произилази да добро понуђено у овој партији не одговара техничким захтевима конкурсне документације, те се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, а сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„UNIFARM MEDICOM“ д.о.о. – Земун 691 од 18.08.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	6	
4	Реанимациони балон неонатални	ком	10	5.595,00	55.950,00

❖ Понуда понуђача „SUPERLAB“ д.о.о. Нови Београд, одбија се одбија се сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН као неприхватљива за партије бр. 1 и 4, и то:

- за партију бр. 1 - Ларингоскопски сет, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да понуђено добро не одговара техничким захтевима конкурсне документације.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 (страна 29/43) за наведену партију захтевано је да понуђени ларингоскоп, између осталог, поседује дршку са ЛЕД сијалицом 2,5 V и одговарајућом више пута пуњивом батеријом и одговарајућим пуњачем батерија.

Прегледом доказа достављених у понуди овог понуђача као и прегледом достављеног узорка ларингоскопског сета утврђено је да понуђени ларингоскоп, односно дршка истог не садржи пуњиву батерију нити одговарајући пуњач батерија.

Из напред утврђеног неспорно произилази да добро понуђено у овој партији не одговара техничким захтевима конкурсне документације, те се ова понуда, из разлога што је неодговарајућа, а сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

- за партију број 4 - Реанимациони балон неонатални, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности наручиоца за наведену партију.

Редни број партије	Назив добра	Јединица мере	Количина	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА	
				„SUPERLAB“ д.о.о. – Нови Београд P17-185339 од 17.08.2017.	
				Јединична цена дин/јед. мере	
1	2	3	4	7	
1	Ларингоскопски сет	ком	5	7.280,00	36.400,00
4	Реанимациони балон неонатални	ком	10	7.240,00	72.400,00

Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије доделе пондера: критеријум за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са унапред предвиђеним условима за оцену понуда у конкурсној документацији и утврдио да за партије бр. 1 и 4 није пристигла ниједна прихватљива понуда, због чега нису испуњени услови за доделу уговора за ове партије.

Имајући у виду напред наведено, стекли су се услови да се, сходно члану 109. став 1. ЗЈН, за ове две партије донесе одлука о обустави, како је и наведено у диспозитиву.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000,00 динара, исто обавештење наручилац је у обавези да објави и на порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин

