



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 266

Датум: 26.02.2020.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –
Медицинска пластика**

Број А68/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.02.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

У законском року а у складу са опредељењем минимум квалитета тражених карактеристика медицинских производа молимо да извршите измену техничке спецификације за ЈН бр А68/2020 за следеће партије на начин који ће омогућити конкуренцију али и одређивање минимума квалитета испод којег не би требало да се набављају медицинска средства поготово за установу терцијерног нивоа заштите, чије перформансе директно утичу на успешност или компликације при хируршким процедурама:

1. За партију бр. 12 – Kateter foly - према искуству других установа терцијерног нивоа потребно је дефинисати следеће : "Dvokanalni Foly kateter latex-силиконизирани или силиконски, прав, цилиндричног врха, са два отвора, балон 5-15мл, централно постављен, истурени наставак са Luer и Luer-Lock системом за пуњење балона, дужине мин 40цм."

Предлажемо неизоставно захтев за достављањем узорака, како би се утврдило да понуђено медицинско средство не подлеже латерализацији балона, односно асиметрији приликом пуњења која компромитује континуирану иригацију.

2. За партију 13 - 100% silikonski Foli kateter dvozilni od CH 14 do CH 22- предлажемо следећи додатни опис: „100% silikonski Foli kateter, транспарентан, цилиндричан, прав, са 2 супротно постављена отвора, балон централно постављен, 10мл, дужине 41цм, latex free, радиоактног врха и контрастне црте дуж сафта катетера"

Предлажемо достављање узорака и утврђивање да ли предметно средство одговара траженим захтевима.

3. За партију 25 - Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 предлажемо следеће:

Tubus sa Marfijevim okom veličine od 2,5 do 10mm na svakih 0,5mm I to prema velicinama :

I.D. 2.5mm, О.Д. 4.0 mm, дужине мин 160 mm
I.D. 3.0 mm, О.Д. 5.0 mm, дужине мин 170 mm
I.D. 3.5 mm, О.Д. 5.3 mm, дужине мин 190 mm
I.D. 4.0 mm, О.Д. 6.0 mm, дужине мин 220 mm
I.D. 4.5 mm, О.Д. 6.3 mm, дужине мин 230 mm
I.D. 5.0 mm, О.Д. 6.7 mm, дужине мин 250 mm
I.D. 5.5 mm, О.Д. 7.3 mm, дужине мин 280 mm
I.D. 6.0 mm, О.Д. 8.0 mm, дужине мин 290 mm
I.D. 6.5 mm, О.Д. 8.7 mm, дужине мин 300 mm
I.D. 7.0 mm, О.Д. 9.3 mm, дужине мин 320 mm
I.D. 7.5 mm, О.Д. 10.0 mm, дужине мин 330 mm
I.D. 8.0 mm, О.Д. 10.7 mm, дужине мин 340 mm
I.D. 8.5 mm, О.Д. 11.3 mm, дужине мин 345 mm
I.D. 9.0 mm, О.Д. 12.0 mm, дужине мин 350 mm
I.D. 9.5 mm, О.Д. 12.7 mm, дужине мин 350 mm
I.D. 10.0 mm, О.Д. 13.3 mm, дужине мин 350 mm

Од ПВЦ-а , low pressure high volume cuff, купираног глатког округлог врха, X-ray маркер целом дужином, градуисан, наставак за Luer и Luer lock шприц"

Очекујући да усвојите наш захтев у циљу обезбеђивања равноправне конкуренције понуђача који имају највиши стандард материјала и перформанси за смањење и контролу инфекција и чиме се обезбеђује највиши стандард оперативних захвата какав се и очекује у Институцији терцијерног нивоа,

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ