



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 265

Датум: 26.02.2020.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –
Медицинска пластика**

Број А68/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.02.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број А68/2020 – Медицинска пластика а за партију 35 – Сет за сукцију Јанкауер:

У оквиру партије 35 набавља се Сет за сукцију Јанкауер описа „систем се састоји из ребрастог црева и Јанкауер каниле за сукцију; ребрасто црево дужине 210цм, са универзалним левкастим гуменим конекторима на оба краја; благо закривљена (савијена) канила мин.дужине 26цм са отвором 8х2мм на средини за контролу сукције прстом, раван отворен врх са 4 бочна отвора 2х2мм, дужине 200цм са полусавијеним канилама“.

1. Молимо да појасните да ли је потребно да ребрасто црево буде фабрички спојено са Јанкауер канилом, тј. да црево буде фабрички „навучено“ на Јанкауер канилу како би сет одмах био спреман за употребу ?

2. Такође Вас молимо да потврдите да је прихватљиво ребрасто црево дужине 200-210цм с обзиром да су обе дужине наведене у опису?

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ