



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 274

Датум: 27.02.2020.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –
Медицинска пластика**

Број А68/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.02.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Овим још једном понављамо наш захтев будући да се само ради о опредељењу да Клинички центар Србије као установа терцијарног нивоа усвоји захтев за неопходним минимумом квалитета за медицинске производе које као Foly катетер директно утиче на степен компликација и инфекција, што све укупно значајно увећава трошкове болнице и више десетине пута, уместо да се прихвате производи највишег степена квалитета чија је иницијална цена занемарљиво већа од најјефтинијих на тржишту а обезбеђују укупну уштеду, боље лечење пацијената и значајно смањење болничких инфекција.

Будући да друге установе у Србији као и ВМА одавно уврштавају овај минимум квалитета, сматрамо да је природно да и Клинички центар Србије као установа терцијарног нивоа обезбеди неопходан стандард лечења својих хирушких пацијената.

Што се тиче тубуса, познато је да кинески добављачи не могу у овом тренутку да испуне захтеве испорука и друге болнице су се адаптирале на новонасталу светску ситуацију, па је наш захтев и у складу са тим.

У законском року упућујемо захтев наручиоцу за следеће партије:

1. За партију бр. 12 – Kateter foly - према искуству других установа терцијарног нивоа потребно је дефинисати следеће : "Dvokanalni Foly kateter latex-силиконизирани или силиконски, прав, цилиндричног врха, са два отвора, балон 5-15мл, централно постављен, истурени наставак са Luer и Luer-Lock системом за пуњење балона, дужине мин 40цм."

Предлажемо неизоставно захтев за достављањем узорака, како би се утврдило да понуђено медицинско средство не подлеже латерализацији балона, односно асиметрији приликом пуњења која компромитује континуирану иригацију.

2. За партију 13 - 100% silikonski Foli kateter dvozilni od CH 14 do CH 22- предлажемо следећи додатни опис: „100% silikonski Foli kateter, транспарентан, цилиндричан, прав, са 2 супротно постављена отвора, балон централно постављен, 10мл, дужине 41цм, latex free, радиоактног врха и контрастне црте дуж сафта катетера"

Предлажемо достављање узорака и утврђивање да ли предметно средство одговара траженим захтевима.

3. За партију 25 - Tubus endotrahealni sa kafom i Marfijevim okom veličine od 2.5 do 9.5 na svakih 0.5 предлажемо следеће:

Tubus sa Marfijevim okom veličine od 2,5 do 10mm na svakih 0,5mm I to prema velicinama :

I.D. 2.5mm, О.Д. 4.0 mm, дужине мин 160 mm

I.D. 3.0 mm, О.Д. 5.0 mm, дужине мин 170 mm

I.D. 3.5 mm, О.Д. 5.3 mm, дужине мин 190 mm

I.D. 4.0 mm, О.Д. 6.0 mm, дужине мин 220 mm

I.D. 4.5 mm, О.Д. 6.3 mm, дужине мин 230 mm

I.D. 5.0 mm, О.Д. 6.7 mm, дужине мин 250 mm

I.D. 5.5 mm, О.Д. 7.3 mm, дужине мин 280 mm

I.D. 6.0 mm, О.Д. 8.0 mm, дужине мин 290 mm

I.D. 6.5 mm, O.D. 8.7 mm, дужине мин 300 mm
I.D. 7.0 mm, O.D. 9.3 mm, дужине мин 320 mm
I.D. 7.5 mm, O.D. 10.0 mm, дужине мин 330 mm
I.D. 8.0 mm, O.D. 10.7 mm, дужине мин 340 mm
I.D. 8.5 mm, O.D. 11.3 mm, дужине мин 345 mm
I.D. 9.0 mm, O.D. 12.0 mm, дужине мин 350 mm
I.D. 9.5 mm, O.D. 12.7 mm, дужине мин 350 mm
I.D. 10.0 mm, O.D. 13.3 mm, дужине мин 350 mm

Од ПВЦ-а , low pressure high volume cuff, купираног глатког округлог врха, X-ray маркер целом дужином, градуисан, наставак за Luer и Luer lock шприц"

Очекујући да усвојите наш захтев у циљу обезбеђивања равноправне конкуренције понуђача који имају највиши стандард материјала и перформанси за смањење и контролу инфекција и чиме се обезбеђује највиши стандард оперативних захвата какав се и очекује у Институцији терцијерног нивоа,

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ