



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 294

Датум: 02.03.2020.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –
Медицинска пластика**

Број А68/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.02.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас за додатно појашњење у вези партије бр. 19-Сет за кисеоник, шта тачно подразумевате под истим?

ОДГОВОР:

Сет за кисеоник чини црево (отпорно на савијање, дужине минимум 200 цм са клизачем за подешавање дужине црева на глави пацијента и левкастим конектором) и каниле (црево мањег лумена са анатомски дизајнираним двокраким назалним делом и најмањом дужином наставка који иде у нос 13 мм).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ