



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 30.12.2014.

БРОЈ: 1813

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: ОПРЕМА ЗА ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ И МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ

Број јавне набавке 456K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

1. У Прилогу број 4, Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75, 76. и 77. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова на страни 19 конкурсне документације, у тачки 5. наручилац је као доказ да понуђач поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке захтевао решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико. Обзиром да је предмет набавке медицинско средство (а не лек) и да понуђачи који врше промет само медицинских средстава (не и лекова) поседују решење МЗ за промет на велико медицинских средстава одређена класе и категорије, молимо Вас да измените захтевани услов тако да гласи:

Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико.

Такође, обзиром да је предмет набавке за Партију 1 дигитални рендген апарат, односно уређај са јонизујућим зрачењем, за његово прометовање је неопходна лиценца за обављање радијационе делатности коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије, па Вас стога молимо да нам потврдите да ли је неопходан следећи додатни услов за учешће у предметном поступку само за Партију 1:

Лиценца за обављање радијационе делатности у области промета уређаја са јонизујућим зрачењем које издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије?

2. У Прилогу број 4, Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75., 76. и 77. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова на страни 19 конкурсне документације, у тачки 6. наручилац је дао напомену да уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сервиса.

1. У Прилогу број 4, Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75, 76. и 77. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова на страни 19 конкурсне документације, у тачки 5. наручилац је као доказ да понуђач поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке захтевао решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико. Обзиром да је предмет набавке медицинско средство (а не лек) и да понуђачи који врше промет само медицинских средстава (не и лекова) поседују решење МЗ за промет на велико медицинских средстава одређена класе и категорије, молимо Вас да измените захтевани услов тако да гласи:

Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико.

Такође, обзиром да је предмет набавке за Партију 1 дигитални рендген апарат, односно уређај са јонизујућим зрачењем, за његово прометовање је неопходна лиценца за обављање радијационе делатности коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије, па Вас стога молимо да нам потврдите да ли је неопходан следећи додатни услов за учешће у предметном поступку само за Партију 1:

Лиценца за обављање радијационе делатности у области промета уређаја са јонизујућим зрачењем које издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије?

2. У Прилогу број 4, Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75., 76. и 77. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова на страни 19 конкурсне документације, у тачки 6. наручилац је дао напомену да уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сервиса.

рецимо аквизициона радна станица служи за унос података о пацијенту, селекцију анатомских програма, за аквизицију и пост процесинг слике, док се подешавање параметара генератора врши на контролној конзоли генератора која се увек налази поред аквизиционе станице. Наручилац има искуства са таквим технолошким решењима, која су неким случајевима и боља, јер у случају застоја јединствене конзоле, цео систем није у функцији, а овако би или рендгенски део или аквизициони са флат панелом био употребљив. Из тог разлога, а ради обезбеђења веће позитивне конкуренције предлажемо да се захтев 1.8.11. преформулише тако да гласи:

1.8.11. Јединствена конзола за подешавање експозиције и аквизиције: унос података о пацијенту, селекција анатомских програма, подешавање параметара генератора, аквизиција, пост-процесирање или Конзола флат панел детектора за подешавање аквизиције: унос података о пацијенту, селекција анатомских програма, аквизиција, пост-процесирање са додатном конзолом генератора за подешавање параметара генератора.

7. На страни 30 конкурсне документације под карактеристиком 1.1.6. је захтевано померање РТГ цеви и носача на колиматору преко екрана осетљивог на додир или преко тастера. Обзиром да је одлика већине квалитетних рендгена поседовање и екрана осетљивог на додир на носачу цеви који поред управљања померањем цеви има вишеструку улогу као што је приказ СИД-а, приказ угла ротације цеви, подешавање параметара експозиције kV, mAs, ms, избор

радног места (пацијент сто, вертикални статив или снимања на стречеру), избор фокуса, избор поља код АЕС коморе мишљења смо да наручилац треба да постави још један услов за тачку 1.1. Плафонски носач ради равномерног третирања свих понуђача и да захтевана карактеристика треба да гласи:

- LCD колор екран осетљив на додир интегрисан поред цеви (на плафонском носачу) са могућношћу промене параметара експозиције kV, mAs, ms, приказ SID-a, приказ угла ротације цеви, избор радног места (пацијент сто, вертикални статив или снимања на стречеру), избор фокуса, избор поља код АЕС коморе.

8. На страни 30 конкурсне документације под карактеристиком 1.1.7. је захтевано аутоматско отварање колиматора у складу са изабраном техником (анатомијом), што се у пракси показало као неефикасно, јер је увек неопходно додатно мануелно кориговати зрачно поље у складу са изабраном техником. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да измени захтев тако да гласи:

1.1.7. Аутоматско или мануелно отварање колиматора у складу са изабраном техником (анатомијом).

9. На страни 30 конкурсне документације под карактеристиком 1.1.8. је захтевана могућност упареног вертикалног моторизованог кретања РТГ цеви и детектора (и у пацијент столу и у вертикалном стативу), што се у пракси показало као неефикасно када корисник има огроман број пацијената и огроман број рендген техничара по сменама, где често долази до механичких кварова на плафонском носачу цеви који у случају моторизације стопирају рад читавог система. За установе као што је КЦС се огромним бројем пацијената идеално решење је мануелни носач цеви, јер је отпоран на ударце и често померање носача, док су моторизовани системи предвиђени за рад са мањим бројем пацијената, јер су осетљивији. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да карактеристику под редним бројем 1.1.8. обрише у целости као минимални захтев наручиоца, а да карактеристику под редним бројем 1.1.2. измени тако да гласи:

1.1.2. Моторизовано или мануелно вертикално померање носача RTG cevi – min. 150 cm.

ОДГОВОРИ :

1. Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача.
2. Довољно је доставити само уговор о пословно техничкој сарадњи између понуђача и сервиса.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
4. Да, али је неопходно да сва медицинска средства која су у склопу понуђеног уређаја буду регистрована у АЛИМС-у, неопходна је изјава произвођача опреме, да је комплентан систем тестиран, валидиран и функционално испитан.
5. Наручилац је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба. Наручилац остаје при свом захтеву.
6. Наручилац остаје при свом захтеву, стим да не улази у техничко решење синхронизације бежичног флат панела и генератора.
7. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

8.

Наручилац је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба. Наручилац остаје при свом захтеву.

9.

Наручилац је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба. Наручилац остаје при свом захтеву.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ