



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 30.12.2014.

БРОЈ: 1813

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: ОПРЕМА ЗА ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ И МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ

Број јавне набавке 456K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

Питање 1.

- На страни 31 од 49 конкурсне документације ставка под редним бројем 1.1.8. захтева могућност упареног вертикалног моторизованог кретања РТГ цеви и детектора (и у пацијент столу и у вертикалном стативу). Из овако дефинисане техничке карактеристике се може закључити да се тражи упарено кретање РТГ цеви и самог детектора који је портабилан и сам нема механичких склопова тако да се не може моторизовано кретати. Да би било могуће извести упарено моторизовано кретање потребно је да детектор буде у буцку-ју пацијент стола или вертикалног статива па би јасно дефинисана техничка карактеристика требала да захтева упарено моторизовано вертикално кретање РТГ цеви и буцку-ја пацијент стола и вертикалног статива.

Такође иста карактеристика не захтева упарено вертикално кретање са константним одржавањем СИД-а, што је кључна карактеристика код оваквог кретања, јер без захтевања овакве могућности система можете добити систем који се креће несинхронизовано (нпр. мотор РТГ цеви се креће брже или спорије од мотора са којим врши упарено кретање).

Предлог измене: 1.1.8. Могућност упареног вертикалног моторизованог кретања РТГ цеви и буцку-ја пацијент стола као и РТГ цеви и буцку-ја вертикалног статива са константним одржавањем СИД-а.

Из свега изложеног питамо да ли Наручилац прихвата предлог измене ставке 1.1.8.?

Питање 2.

- На страни 32 од 49 конкурсне документације ставка бод редним бројем 1.7.8. захтева аутоматску детекцију зрачења детектора (ауто триггеринг или еквивалент). Да ли се под еквивалентним решењем може подразумевати решење које информације о почетку експозиције добија директно од генератора и аквизиционе радне станице и тиме обезбеђује исту функционалност. Обзиром да ауто триггеринг ради на принципу препознавања оређене дозе х зрачења и тиме детектор добија информацију да је експозиција почела, еквивалентно решење исту такву информацију прима од генератора уз додатну позитивну особину што систем неће дозволити експозицију ако детектор није у спремном стању и тиме додатно штити пацијента од непотребног озрачавања. Тиме корисник добија исту функционалност и знатно сигурнији детектор.

Питање 3.

Вашим техничким карактеристикама за набавку партије бр. 2 – дијагностичке радне станице , под ставком 2.5 тражили сте следеће:

“Могућност приказа и евалуације снимака са DX,MG,MR,CT,XA,RF,CR. “

Како снимци са поменутих дигиталних радиолошких модалитета подразумевају различите скупове информација, и како постављени појам евалуације може бити различито схваћен од стране потенцијалних понуђача питамо Наручиоца следеће:

“ Да ли под појмом евалуације Наручилац захтева ОБРАДУ снимака (са поменутих дигиталних модалитета DX,MG,MR,CT,XA,RF,CR) у смислу добијања дијагностичког извештаја?”

ОДГОВОРИ :

1. Прихвата се предлог измене тако да тачка 11.1.8. техничке спецификације сад гласи:
1.1.8. Могућност упареног вертикалног кретљања РТГ цеви и букија пацијент стола као и РТГ цеви и буцкија вертикалног статива, са константним одржавањем м СИД-а.
2. Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама. Како је потреба наручиоца да бежични флат панел детектор који се набавља у склопу овог уређаја користи и за дигитализацију других аналогних апарата у КЦС, неопходно је да панел има ову функционалност. У том случају детектор не захтева физичку конекцијуса генератором, а преко аквизиционе радне станице се врши „препознавање“ зрачења којом је изложен. Наручилац остаје при свом захтеву.
3. Наручилац је тендерску документацију и тражену техничку спецификацију као њен саставни део дефинисао у складу са својим потребама. У склопу дијагностичке радне станице неопходно је да корисник има могућност приказа и евалуације енимака са других дигиталних модалитета. Под појмом евалуације енимака подразумевају се и основне обрфаде снимака као што су увођење мељање контраста и осветљаја, окретање, обртање, („флиповање“), инверзија....

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ