



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 05.01.2015.

БРОЈ: 9

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: ОПРЕМА ЗА ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ И МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ

Број јавне набавке 456K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

Питањебр 1. - На страни 32 од 49 конкурсне документације ставка бод реднимбројем 1.7.8. захтева аутоматску детекцију зрачења детектора (ауто триггеринг илиеквивалент).

Имајући у виду да сте у свом одговору навели да бежичнифлет панел детецтор који се набавља у склопу овогуређаја треба да се користи И за дигитализацију других аналогних РТГ апарата у КЦС и да је неопходно да има **наведену функционалност**, напомињемо да Наручилац захтевану функционалност бежичногфлет панел детектора такође остварује тако што информацију о почетку експозиције добија директно од генератора И аквизиционе радне станице. Како бежични флет панел детецтор који информације о почетку експозиције добија директно од генератора И аквизиционе радне станицеи тиме обезбеђује исту функционалност, уз додатну позитивну особину што систем неће дозволити експозицију ако детецтор није у спремном стањуи тиме додатно заштити пацијента од непотребног озрачавања, (што функционалност ауто триггеринг опције не обезбеђује),напомињемо да ограничавање конкуренције у погледу тражених решења не обезбеђује равноправност међу потенцијалним учесницима јавнена бавке .

Како сходноЗоЈН Наручилац нема право ограничавања конкуренције сагласно чл. 10 ЗоЈН, питамо наручиоца да ли дозвољава изменити свој технички захтев под тачком 1.7.8. у:

1.7.8 Аутоматска детекција зрачења детектора (ауто триггеринг илиеквивалент) или функционалност бежичног флет панел детектора који информацију о почеткуекспозиције добија директно од генератора и/или аквизиционе радне станице.

Тиме се детектори различитих произвођача који на различите начине остварују индентичне функционалности неће бит иограничени у предметној јавној набавци.

МолимоНаручиоца да нам одговори да ли прихвата поменути измену техничке спецификације?

Питањебр 2. –Вашом конкурсном документацијом предвидели сте да изабран ипонуђач у колико му буде додељенуговор је дужан доставити финансијске гаранције за добро извршење послакао И за отклањање грешака у гарантном року где сте одредили износ преко 5.000.000,00 динара вредности посла. Постављамо следеће питање:

Да ли супотенцијални понуђачи који нуде предметно добро вредност идо 5.000.000.00динара дужни доставити средство финансијског обезбеђења или пак обавезујућа писма о намерама банке за отклањање грешака у гарантном року И добро извршење посла?

Питање бр. 3. – Вашом конкурсном документацијом под ставкама 1.1.4. и 1.1.5.предвиделли сте различите опсеге ротација РТГ цеви док сте за ставку 1.3.2. захтевали минималнеугаонагибакућишта детектора. Имајући у виду да са дефиниснаним минималним опсезима ротација РТГ цеви није могуће остварити позицију РТГ цеви која би била еквивалентна -15 степени нагиба кућишта детектора у вертикалном стативу што је захтевано ставком 1.3.2. тј. када је детектор у наведеној позицији у вертикалном стативу РТГ цев би требала да буде у мин. позицији од 105 степени, што није предвиђено захтевом 1.1.4 . Можете ли прихватити следећи предлог измене ставке 1.1.4.у:

1.1.4. Ротација цеви око хоризонталне осе, релативно у односу на положај када је колиматор у смерен на доле: мин. +135/-135 степени или vise.

Питање бр. 4 – Вашом конкурсном документацијом под ставком 1.1.7. сте предвидели аутоматско отварање колиматора у складу са изабраном техником (анатомијом). Да ли захтевана карактеристика подразумева аутоматско ограничавање поља колимације у односу на корисну површину детектора без обзира на удаљеност РТГ цеви или њенупозицију?

Питање бр. 5. - Вашом конкурсном документацијом под ставком 1.7.3. предвидели да тежина детектора мора бити мах. 4 кг. Наше питање гласи :Максимална тежина детектора мора бити са батеријом или безње?

Питање бр. 6 – Вашом конкурсном документацијом под ставком 1.7.7. сте предвидели пуњач за бежични флет панел детецтор са мин. 2 батерије. Да ли су понуђачи у обавези понудити два или три места за батерије пуњача детектора имајући у виду да једна батерија увек мора налазити при/унута рбежичногфлет панел детектора како би он могаофункционисати?

Питање бр. 7 .Вашом конкурсном документацијом сте предвидели да сваки понуђач морадоставити цаталог производа са понуђеним техничким карактеристикама. Како званичне брошуре произвођача не садрже све техничке карактеристике уређаја јер представљају пре свега маркетинг материјал, да ли ће потенцијалним понуђачима бити дозвољено да техничке карактеристике понуђеног уређаја докажу оригиналном изјавом произвођача? Напомињемо да Наручилац не може ограничити потенцијалне понуђаче, нарочито не захтевом за достављањем тачно одређеног типа доказа, већ мора омогућити понуђачима што већу конкуренцију И достављање алтернативног вида доказа који је прихватљив за наручиоца..

Питање бр. 8 – Вашом конкурсном документацијом сте предвидели DICOM функционалности за дигитални роентген апарат.Како у брошурама произвођача не постоје описи свих DICOM функционалности, да ли Наручилац прихвата обавезу достављањаDicomConfirmance Statement – а за понуђено медицинско добро којим се потврђују светраженеDICOM функционалности?

Питање бр. 9. – Вашом конкурсном документацијом сте предвидели 8 компоненти дигиталног рентген апарата. Имајући у виду да сте Вашом конкурсном документацијом захтевали доказе понуђених техничких карактеристика, постављамо следеће питање: Да ли потенцијални понуђачи морају доставити назив, тип или модел произвођача компоненти које нуде? На основу општих знања о произвођачима медицинске опреме опште је познато да на свету постоји тек неколицина произвођача појединих компоненти РТГ система (као нпр. РТГ цеви, генератор, дигиталних флексибилних панела). Напомињемо да предметни поступак мора бити транспарентан, отворен и јаван, како би сви потенцијални понуђачи имали могућност да виде шта су понуђачи предметним поступком понудили и како би се декламоване техничке карактеристике појединих компоненти могле проверити и утврдити њихова веродостојност.

Питање бр. 10. – Вашом конкурсном документацијом сте под тачком 2.1. сте захтевали радиолошки монохроматски монитор. Да ли захтевани монитор мора бити дијагностички медицински монитор тј. Медицинско средство, са кога ће се вршити дијагностика? Напомињемо да сте Вашим тендерским захтевом предвидели писање дијагностичких извештаја и обраду дијагностичких слика у смислу дијагностиковања.

Питање бр. 11. – Вашом конкурсном документацијом сте под тачком 2.3. предвидели набавку Локалне архиве са могућношћу привременог смештања дигиталних снимака до најмање 30 дана. Како би потенцијални понуђачи могли доставити исправну понуду, наша питања се односе на следеће: Колика је мин. архива у смислу меморијског простора коју потенцијални понуђач мора понудити?

Питање бр. 12. – Вашом конкурсном документацијом сте предвидели набавку дијагностичке радне станице. Да ли је потенцијални понуђач у обавези понудити РС рачунар и ако јесте које су његове мин. карактеристике? Уколико је у обавези, да ли РС рачунар мора бити “бренд наме”, односно рачунар познатог светског произвођача?

Питање бр. 13. – Вашом конкурсном документацијом сте предвидели писање и уноса дијагностичких извештаја. Да ли је потенцијални понуђач у обавези понудити додатни монитор за писање извештаја или не?

Питање бр. 14. – Вашом конкурсном документацијом сте предвидели DICOM функционалности за дијагностичку радну станицу. Како у брошурама произвођача не постоје описи свих DICOM функционалности, да ли Наручилац прихвата обавезу достављања Dicom Confirmation Statement – а за понуђено медицинско добро којим се потврђују све тражене DICOM функционалности?

Питање бр. 15. – Имајући у виду да сте мењали конкурсну документацију, а ради омогућавања учешћа произвођача, молимо Вас да због равноправности поступка јавне набавке продужите рок за достављање понуда за 10 дана.

Питање бр. 16. – Имајући у виду да сте на Порталу јавних набавки објавили одговоре али не и питања потенцијалних понуђача, ради транспарентности поступка и могућности припреме адекватних и одговарајућих понуда допуните Ваше појашњење питањима потенцијалног понуђача.

ОДГОВОРИ :

1.

У одговору 1813 од 30.12.2014. на питање потенцијалног понуђача наручилац је навео да остаје при свом захтеву стим да не улази у техничко решење синхронизације бежичног флат панела и генератора сваког произвођача. Напомињемо да синхронизација генератора и детектора мора да буде бежична и да не захтева било какве модификације како на генератору, тако и на флат панел детектору.

2.

Потенцијални понуђачи који нуде предметно добро вредности до 5.000.000.00 динара су дужни да доставе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року.

3.

Наручилац је техничку документацију дефинисао спрам својих потреба. Наручилац остаје при свом захтеву.

4.

Неопходно је да отвор колиматора буде усаглашен са APR у зависности од раздаљине SID-а која је наведена.

5.

Захтевана минимална тежина флат панел детектора је 4 кг са батеријом.

6.

Довољно је да флат панел детектор поседује најмање ДВЕ батерије и пуњач са најмање једним местом за пуњење.

7.

Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата на енглеском језику који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку карактеристику.

Понуде које садрже само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неприхватљива. (citirani deo iz vaše konkursne dokumentacije).

8.

Није неопходно достављање Dicom Confirmation Statement.

9.

За наручиоца су неопходне информације о произвођачу, називу производа, типу и моделу **уређаја** који се нуди. Неопходно је да свеукупно решење буде валидирано, функционално испитано и да му је употреба одобрена. Потенцијални понуђачи не морају да достављају назив, тип или модел и произвођача компоненти које нуде.

10.

Да. Обзиром да се монитор у склопу дијагностичке радне станице користи за дијагностичке сврхе, неопходно је да буде дијагностички ,радиолошки, монохроматски медицински монитор.

11.

.Минимална архива HDD је 500 GB.

12.

Понуђачи се обавезују да у склопу своје понуде за дијагностичку радну станицу понуде и РС рачунар и монитор за извештавање. Наручилац није улазио у конкретну спецификацију РС рачунара. Обавеза понуђача је да понуди решење које ће бити сигурно, стабилно и функционално са свим софтверима које нуди.

13.

Потенцијални понуђач је у обавези да у склопу своје понуде понуди и додатни монитор за писање извештаја дијагонале минимум 19”.

14.

Није неопходно достављање Dicom Confirmation Statement.

15.

Није потребно продужавање рока за достављање понуда, с обзиром на то да крајни рок за измену конкурсне документације још увек није истекао.

16.

Наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и на свом сајту одговоре на постављена питања потенцијалног понуђача дана 31.12.2014 године.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ