



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 12.01.2015.

БРОЈ: 44

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: ОПРЕМА ЗА ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ И МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ

Број јавне набавке 456K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ :

Пажљиво анализирајући вашу конкурсну документацију за јавну набавку добара у отвореном поступку број 456K/2014 за партију 1. - Дигитални рендген апарат - неопходно нам је додатно појашњење.

На страни 31/48 конкурсне документације у делу Техничке карактеристике по захтеву наручиоца под тачком 1.7.2. навели сте:

1.7.2.	Osetljivost detektora, DQE faktor pri 0 lp/mm: najmanje 33%		
--------	---	--	--

Обзиром да је наручилац здравствена установа високог реномеа, сматрамо да је захтев исувише низак и даје могућност понуђачима да понуде дијагностичка решења која не могу да задовоље потребе такве установе.

Одређивањем минималног DQE фактора на 33 % драстично сте смањили квалитет добра које набављате, јер се овакава врста панела у већини земаља користи у ветеринарској употреби. Напомињемо да већина еминентних произвођача у свету одавно израђује флат панел детекторе са DQE фактором већим од 65%.Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију тако да гласи:

1.7.2.	Osetljivost detektora, DQE faktor pri 0 lp/mm: najmanje 60%		
--------	---	--	--

ОДГОВОР :

1. Наручилац је спецификацију дефинисао спрам својих потреба и остаје при свом захтеву.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ