



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 12.01.2015.

БРОЈ: 43

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: ОПРЕМА ЗА ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОГИЈУ И МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ

Број јавне набавке 456K/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА :

На страни 30/48 техничких карактеристика под тачком 1.6.1 навели сте: "Радиографски генератор снаге најмање 65 kW"

Питање број 1:

Произвођач Agfa Healthcare у свом портфолију нема генератор снаге 65kW, већ генератор снаге 64kW. Ова разлика у снази не прави никакву разлику у квалитету слике. Молимо Вас да се ова тачка техничке спецификације измени како би произвођач Agfa Healthcare могао да учествује, чиме би се повећала конкуренција међу понуђачима и обезбедила главна начела Закона о јавним набавкама.

На страни 39/48 техничких карактеристика под тачком 2.31 навели сте: "Кориснички интерфејс на српском језику"

Питање број 2:

Већина произвођача нема кориснички интерфејс својих система преведен на српски језик. Такође велика већина модалитета у Клиничком Центру Србије користи искључиво Енглески језик за свој кориснички интерфејс. Молимо Вас да у складу са главним начелима Закона о јавним набавкама, обезбеђивање конкуренције, овај захтев измените у "Кориснички интерфејс на српском или енглеском језику".

ОДГОВОРИ :

1. Наручилац је спецификацију дефинисао спрам својих потреба и остаје при свом захтеву.
2. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ