



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 24.09.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ СА НЕГАТИВНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ
САЛЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ СРЦА**

Број јавне набавке 98А/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије
**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

Сагласни смо да су у партији бр. 134 прихватљиви и катетери са спољном иригацијом и
флексибилним врхом како од 4 мм тако и од 3.5 мм, а у циљу повећања конкурентности.

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Небојша Ђурковић, дипл. правник**
