



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 27.07.2015. године
Број: 1213.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 261K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА, број 261K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 06.07.2015. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ 1:

„Молимо вас за следећа појашњења дела конкурсне документације техничких карактеристике по захтеву наручиоца за **партију 1**.

Тачка 1. 1. Дршка на монитору за лакше позиционирање коју захтевате је искључива карактеристика модела производње једног произвођача и као таква је у супротности са одредбама Закона о ЈН. Молим вас да је због тог разлога елиминисете из обавезне техничке спецификације апарата, јер се монитор на вештачкој руци врло лако може позиционирати и без посебне дршке на монитору.

Тачка 1.5.захтева Qwertу тастатуру која се извлачи. Сматрамо да је питање извлачења исте ствар дизајна сваког произвођача понаособ и да интегрисана Qwertу тастатура унутар оперативне табле не заузима простор у смислу мање функционалности оперативне табле. Због тога предлажемо Наручиоцу да изостави из обавезне техничке спецификације део који се односи на извлачење Qwertу тастатуре.

Тачка 2.19 се односи на могућност повезивања тзв. Сингл кристал сонди. Молимо наручиоца да ову тачку прошири са формулацијом: "или других врста сонди напредне технологије.", а с обзиром на постојање матичних сонди и других технологија.

Тачка 3.9.Наручилац помиње биполарне сонде.Да ли се овим мисли на билансе сонде?"

ОДГОВОР 1:

Одговор на питање за 1: По нашим сазнањима више уређаја различитих произвођача задовољава овај захтев наручиоца. Ергономија је за корисника овог апарата битан фактор, те наручиоц остаје при свом захтеву.

Одговор на питање за 2: Овај захтев је условљен потребама наручиоца. Оперативна табла из које се извлачи тастатура је мања и захтева мањи простор. Из тог разлога, наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање за 3: Матричне сонде су технолошки потпуно различите Single Crystal сонди. Нама је битна могућност повезивања Single Crystal сонди на апарат, што је карактеристика више произвођача. Наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање за 4: Ради се о штампарској грешци: Наручиоц је мислио на бипланарне сонде, а не на биполарне.

ПИТАЊЕ 2: Молимо вас за следећа појашњења дела конкурсне документације техничких карактеристике по захтеву наручиоца за **партију 3**.

Тачка 1.1. захтева централну кочницу на апарату. Молимо наручиоца да елиминише овај захтев из минималних техничких карактеристика, јер се ради о искључивој особини апарата једног произвођача, а што је у супротности са одредбама ЗЈН .

Тачка 1.2. захтева монитор од 21 инча не узимајући у обзир да често величина монитора не говори ништа о величини приказа ултразвучне слике на њему. Врло често су на великим мониторима прикази ултразвучне слике само у једном делу тог монитора, тако да често апарати са нешто мањим монитором имају приказану далеко већу слику, посебно ако поседују приказ слике преко целог екрана. С обзиром на то, предлагемо Наручиоцу, да прецизније дефинише наведени технички захтев кроз минималне димензије приказа ултразвучне слике, а која је једина релевантна за дијагнозу, а не кроз величину самог монитора, а која ни у ком случају сама по себи не говори о квалитету и могућностима апарата.

Тачка 4.1. Абдоминална сонда матричне или сингле кристал технологије је мин технички захтев. Предлагемо наручиоцу да се ова формулацију прошири са : "или друге одговарајуће технологије" , а с обзиром да различити произвођачи ултразвучних апарата поседују различите напредне технологије производње сонди, а чија су имена заштитили патентом".

ОДГОВОР 2:

Одговор на питање за 1: Наручилац је определио средства за набавку ултразвучног апарата више класе и према подацима доступним са интернет страница произвођача предметне опреме, више модела ултразвучних апарата реномираних произвођача испуњава захтевану минималну техничку карактеристику наручиоца, као на пример: Philips, Toshiba, GE, Samsung Medison, Hitachi Aloka. Функција централне кочнице значајно олакшава рад на ултразвучном апарату у смислу да се штеди на времену приликом постављања апарата у функцију. Захтев није елиминаторан и наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање за 2: Наручилац је определио средства за набавку ултразвучног апарата више класе и жеља је наравно да се у овој набавци, набави апарат са што већим монитором. По нашим сазнањима више произвођача може да задовољи захтевану карактеристику, захтев није елиминаторан и наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање за 3: Single Crystal и матрична технологија су признате технологије у изради и спајању кристалних елемената. По нашим сазнањима сви произвођачи поседују конвексну сонду бар једне од две технологије, чак и код модела који не припадају вишој класи. Захтев није елиминаторан и захтевану карактеристику може да задовољи више произвођача, тако да наручилац остаје при свом захтеву.

СТРУЧНА КОМИСИЈА