



Датум: 24.08.2015. године
Број: 1361.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ
Број јавне набавке: 302К/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ, број 302К/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 13.08.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.7: ИНФУЗИОНА ПУМПА

Питање бр.1:

Наручилац је у ставци 7.2 као минималну техничку карактеристику предвидео да тражено добро мора имати распон протока: 0,1-2000 ml/h са кораком: 0,01-1 ml/h

Обзиром да сви реномирани произвођачи имају распон протока од 0,1-1200 ml/h, а како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику у:

Распон протока : 0,1-1200 ml/h са кораком: 0,01-1 ml/h

Одговор: Наручилац ће на ово питање одговорити изменом конкурсне документације.

Питање бр.2:

Наручилац је у ставци 7.3 као минималну техничку карактеристику предвидео да тражено добро мора поседовати болус опсег: 0,1-2000 ml/h

Обзиром да сви реномирани производјаци имају распон болуса од 0,1-1200 ml/h, а како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику у:

Болус опсег : 0,1-1200 ml/h

Одговор: Наручилац ће на ово питање одговорити изменом конкурсне документације.

Питање бр.3:

Наручилац је у ставци 7.6 као минималну техничку карактеристику предвидео да тражено добро мора имати предефинисано минимум 20 брендова инфузионих сетова, са могућношћу уноса корисничких сетова.

Сваки произвођач инфузионих пумпи може гарантовати тачност дозирања протока: +/- 3% при протоку већем од 1 ml/h +/- 5% при протоку мањем од 1 ml/h (ставка 7.5) искључиво са својим оригиналним сетовима тако да ову ставку не може да испуни ни један произвођач/понуђач.

С обзиром на наведено а како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику у: могућност коришћења различитих система/сетова: за основну инфузиону терапију, за примену фотосензибилних лекова, ентералну исхрану.

Одговор: Тачност дозирања је битна карактеристика за инфузионе пумпе, и већина реномираних светских произвођача испуњава ову карактеристику. Наручилац неће одбити понуду уколико понуђач докаже да испуњава ставку 7.5 за своје оригиналне сетове. Наручилац остаје при свом захтеву за тачку 7.6 због лакше набавке сетова и материјала.

Питање бр.4:

За ставку 7.7 наручилац је предвидео да пумпа мора имати библиотеку лекова од 2000 лекова, са могућношћу додавања или брисања артикала.

Како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику у: Библиотека лекова од 1.500 лекова, са могућношћу додавања или брисања артикала

Одговор: С обзиром да је у питању набавка опреме за терцијарну установу у систему здравства РС, наручилац је прецизно поставио минималне техничке карактеристике које су постављене испитивањем тржишта, и остаје при свом захтеву јер не жели да умањи квалитет опреме на уштрб пацијената.

Питање бр.5:

За ставку 7.11 наручилац је предвидео да пумпа мора поседовати режим рада у секвенцијалном моду.

Да ли нам можете објаснити прецизније на шта се мислили под режимом рада у секвенцијалном моду?

Одговор: Под секвенцијалним режимом подразумева се могућност уноса више различитих секвенци (целина) рада, тако да пумпа по завршетку једне секвенце (целине) са одређеним параметрима, прелази на следећу секвенцу (целину) са другим параметрима рада.

Питање бр.6:

Наручилац је у ставци 7.12 као минималну техничку карактеристику предвидео да микро-инфузиони режим са минималним параметрима треба да буде:

VTBI 0,1-1000 ml са кораком 0,01 ml/h, протоком 0,1-100 ml/h са кораком 0,01 ml/h

Да ли је за наручиоца бити прихватљива понуда понуђача која садржи следећи режим:

0.1 - 99.99 ml/h са повећањима од 0.01 ml/h

100.0 - 999.9 ml/h са повећањима од 0.1 ml/h

1000.0 - 1200 ml/h са повећањима од 1 ml/h

Одговор: Наручилац ће на ово питање одговорити изменом конкурсне документације.

Питање бр.7:

Наручилац је у ставци 7.17 као минималну техничку карактеристику предвидео да тражено добро мора поседовати меморију од минимум 2000 записа, са могућношћу преноса на РС

Како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику у:

Меморија: минимум 1.000 записа, са могућношћу преноса на РС

Одговор: С обзиром на велику фреквентност у нашој установи, потребна је и велика меморија да би се памтило што више догађаја. Наручилац остаје при траженој карактеристици.

Питање бр.8:

За ставку 7.18 наручилац је предвидео да пумпа мора имати 3 нивоа аларма, са минимум 8 нивоа јачине звука.

Да ли нам можете објаснити прецизније на шта се мисли под 3 нивоа аларма?

Одговор: Подразумевају се аларми са високим, средњим и ниским нивоом приоритета.

Питање бр.9:

За ставку 7.24 наручилац је предвидео да пумпа мора поседовати пуњиву литијумску батерију. Време пуњења максимум 6 сати на 100% капацитета. Време рада пумпе при батеријском напајању: минимум 9h при протоку од 25 ml/h

С обзиром да сви европски произвођачи у инфузионе пумпе уграђују NiMH батерије са истим или бољим перформансама, а како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику у:

Батерија: Пуњива литијумска или NiMH батерија. Време пуњења максимум 6 сати на 100% капацитета. Време рада пумпе при батеријском напајању: минимум 9h при протоку од 25 ml/h

Одговор: Наручилац не прихвата ову сугестију. Велики број понуђача може да понуди апарате са пуњивом Литијум-јонском батеријом, која је позната по својим изузетно добрим карактеристикама и трајности.

Партија број 8: ШПРИЦ ПУМПА**Питање бр.1:**

Наручилац је у ставци 8.6 као минималну техничку карактеристику предвидео да тражено добро мора имати предефинисано минимум 20 брендова шприцева, са могућношћу уноса брендова од стране корисника.

Сваки произвођач шприц пумпи може гарантовати тачност дозирања протока: +/- 2% при протоку већем од 1 ml/h +/- 5% при протоку мањем од 1 ml/h (ставка 8.5) искључиво са лиценцираним шприцевима. Европски произвођачи шприц пумпи углавном поседују листу компатибилности од 10 различитих произвођача лиценцираних шприцева за шприц пумпе. С обзиром да од те листе пола није регистровано у Републици Србији и да ни један понуђач не може испунити овај захтев, а како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику са 20 на 10 брендова шприцева.

Одговор: Наручилац не прихвата измену, али неће одбити понуду уколико понуђач за ставку 8.5 докаже да испуњава тачност дозирања протока за лиценциране шприцеве које користи. Наручилац остаје при своме захтеву за тачку 8.6 због лакше набавке сетова и материјала.

Питање бр.2:

За ставку 8.8 наручилац је предвидео да пумпа мора имати библиотеку лекова од 2000 лекова, са могућношћу додавања или брисања артикала.

Како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тражену карактеристику

Библиотека лекова од 1.500 лекова, са могућношћу додавања или брисања артикала.

Одговор: С обзиром да је у питању набавка опреме за терцијарну установу у систему здравства РС, корисник је прецизно поставио минималне техничке карактеристике које су постављене испитивањем тржишта, и остаје при свом захтеву јер не жели да умањи квалитет опреме на уштрб пацијената.

Питање бр.3:

За ставку 8.12 наручилац је предвидео да пумпа мора поседовати режим рада у секвенцијалном моду. Да ли нам можете објаснити прецизније на шта се мисли под режимом рада у секвенцијалном моду?

Одговор: Под секвенцијалним режимом подразумева се могућност уноса више различитих секвенци (целина) рада, тако да пумпа по завршетку једне секвенце (целине) са одређеним параметрима, прелази на следећу секвенцу (целину) са другим параметрима рада.

Питање бр.4:

Наручилац је у ставци 8.13 као минималну техничку карактеристику предвидео да микро-инфузиони режим са минималним параметрима треба да буде:

VTBI 0,1-1000 ml са кораком 0,01 ml/h, протоком 0,1-100 ml/h са кораком 0,01 ml/h

Да ли ће за наручиоца бити прихватљива понуда понуђача која садржи следећи режим:

0.1 - 99.99 ml/h са повећањима од 0.01 ml/h

100.0 - 999.0 ml/h са повећањима од 0.1 ml/h

1000 - 9999 ml/h са повећањима од 1 ml/h

Одговор: Није прихватљиво с обзиром да наручилац захтева већи опсег протока од наведеног.

Питање бр.5:

Наручилац је у ставци 8.16 као минималну техничку карактеристику предвидео да тражено добро мора поседовати меморију од минимум 2000 записа, са могућношћу преноса на РС.

Како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику у:

Меморија: минимум 1.000 записа, са могућношћу преноса на РС.

Одговор: С обзиром на велику фреквентност у нашој установи, потребна је и велика меморија да би се памтило што више догађаја.

Питање бр.6:

За ставку 8.17 наручилац је предвидео да пумпа мора имати 3 нивоа аларма, са минимум 8 нивоа јачине звука. Да ли нам можете појаснити прецизније на шта се мисли под 3 нивоа аларма?

Одговор: Подразумевају се аларми са високим, средњим и ниским нивоом приоритета.

Питање бр.7:

За ставку 8.22 наручилац је предвидео да пумпа мора поседовати пуњиву литијумску батерију. Време пуњења максимум 6 сати на 100% капацитета. Време рада пумпе при батеријском напајању: минимум 10 h при протоку од 5 ml/h

С обзиром да сви европски произвођачи у шприц пумпе уграђују NiMH батерије са истим или бољим перформансама, а како би сте повећали транспарентност и тиме омогућили већем броју понуђача да учествује у набавци, молимо да преименујете тразену карактеристику у :

Батерија: Пуњива литијумска или NiMH батерија. Време пуњења максимум 6 сати на 100% капацитета. Време рада пумпе при батеријском напајању: минимум 10h при протоку од 5 ml/h

Одговор: Наручилац не прихвата ову сугестију. Велики број понуђача може да понуди апарате са пуњивом Литијум-јонском батеријом, која је позната по својим изузетно добрим карактеристикама и трајности.

СТРУЧНА КОМИСИЈА