



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 27.04.2015. године
Број: 636

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар
Број јавне набавке: 77К/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар, број 77К/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 03.04.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Партија 1- Операциони микроскоп за неурохирургију

Као минимална техничка карактеристика за овај микроскоп је тражен извор светла Хенон лампа од 300W. Можете ли нам одговорити како је Наручилац предвидео контролу истог, пошто је ово један од најјачих извора светла код операционих микроскопа, који може чак довести до нежељене повреде ткива у радном пољу уколико се не држи под контролом све време? Да ли контрола светла треба да буде омогућена преко контролне јединице и путем командних ручица, што је такође захтевано као минимална карактеристика?

ОДГОВОР: - Спецификацијом су наведене минималне карактеристике микроскопа које захтева наручилац.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
