



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 464.

Датум: 24.07.2013. год.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 35 К /2013

Питање бр.1: „ На страни 24/37 конкурсне документације под тачком 6 захтева се: „Графички мод SVGA 1024x1280; 75 Hz“. Ово указује да је монитор вертикалне оријентације тзв. „портрет2. Овакав монитор од свих ултразвучних апарата регистрованих код АЛИМС поседује само апарат произвођача „В-К Medical“. Овим је нарушено правило конкуренције понуђача из члана 10 ЗЈН. Да ли је могуће понудити монитор који тзв. „landscape“ оријентације, односно : „ Графички мод SVGA 1280x 1024; 75 Hz ?“

ОДГОВОР: - Наручилац ће прихватити и понуђени ултразвучни апарат са монитором тзв. „landscape“ оријентације.

Питање бр.2: „На страни 24/37 конкурсне документације под тачком 8 захтева се: „Непромочива силиконска тастатура за лако чишћење и дезинфекцију од свих ултразвучних апарата регистрованих код АЛИМС поседује само апарат произвођача „В-К Medical“. Овим је нарушено правило конкуренције понуђача из члана 10 ЗЈН. Да ли је наручилац прихвата изbacивање овог захтева из минималних техничких карактеристика ?“

ОДГОВОР: - Наручилац ће у циљу веће конкуренције, прихватити и понуђени ултразвучни апарат без непромочиве силиконске тастатуре.

Питање бр.3: „На страни 24/37 конкурсне документације под тачком 11 између осталог захтева се: „Могућност DICOM опције (Меморисање, штампање, радна листа)“. Да ли је ово могућност надоградње овом опцијом или се захтева да опција буде инсталирана ?“

ОДГОВОР: - Захтева се опција могућности надоградње DICOM опције.

Питање бр.4: „На страни 24/37 конкурсне документације под тачком 11 између осталог захтева се: „Могућност меморисања слике и филмског записа на видео траку“. Да ли је ово могућност надоградње овом опцијом или се захтева да опција буде инсталирана ?“

ОДГОВОР: - Прихвата се предлог Понуђача. За Наручиоца је прихватљива и понуда са могућношћу меморисања и на видео траци и на DVD.

Питање бр.5: „На страни 24/37 конкурсне документације под тачком 12 захтева се: „Могућност истовременог прикључења мин. 2 сонде и једне једноелементне (маханичке)“ Механичке сонде су одавно превазиђена технологија, а уз то оваква сонда се ни не набавља. Такође ниједан реномирани произвођач ултразвучних апарата не поседује такав конектор баш из разлога застарелости. Да ли се прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Могућност истовременог прикључења мин. 2 сонде?“

ОДГОВОР: - Прихвата се предлог Понуђача тако да захтев из тачке 12 гласи: „Могућност истовременог прикључења минимум 2 сонде“

Питање бр.6: „На страни 24/37 конкурсне документације под тачком 15 захтева се:

- DVI-I
- S-видео композитни улаз
- S-видео композитни излаз
- Аудио улаз
- Аудио излаз
- VGA аналогни излаз
- 4x USB
- FW 400 Fire Wire
- Мрежни конектор 10/100/1000
- Могућност уградње DICOM програма

Обзиром на предмет јавне набавке непотребна је оваква комбинација улазно-излазних конектора, а иначе од свих ултразвучних апарата регистрованих код АЛИМС поседује само апарат произвођача „В-К Medical“. Овим је нарушено правило конкуренције понуђача из члана 10 ЗЈН.

Да ли се прихвата измена овог захтева тако да гласи: „Улазно-излазни сигнали:

- Wire
- DVI-I или S-видео композитни излаз или VGA аналогни излаз или FW 400 Fire Wire
 - Аудио излаз
 - 4x USB
 - Мрежни конектор 10/100/1000
 - Могућност уградње DICOM програма

ОДГОВОР: - У потпуности се прихвата предлог Понуђача.

Питање бр.7: „На страни 24/37 конкурсне документације под тачком 8 захтева се: „Програмирајуће старт-стоп дугме на сондама за промену сонде и апликације скенирања (избор сонде, замрзавање слике, апликације скенирања ...) од свих ултразвучних апарата регистрованих код АЛИМС поседује само апарат произвођача „В-К Medical“. Овим је нарушено правило конкуренције понуђача из члана 10 ЗЈН. Да ли је наручилац прихвата избацивање овог захтева из минималних техничких карактеристика ?“

ОДГОВОР: - Наручилац је тражио да притиском на један тастер корисник може да мења функције рада апарата. Ово је тражено због брзине и ефикасности у раду апарата. Уколико Понуђач сматра да такве захтеване операције корисник може добити и притиском на једно дугме тастатуре или неким другим техничким решењем, може понудити и такву опцију која ће бити прихватљива. Понуђач је дужан да то и докаже у својој понуди.

Питање бр.8: „На страни 24/37 конкурсне документације под тачком 8 захтева се: „Triplane“ сонда за преглед простате“ од свих ултразвучних апарата регистрованих код АЛИМС поседује само апарат произвођача „В-К Medical“. Овим је нарушено правило конкуренције понуђача из члана 10 ЗЈН. Да ли је наручилац прихвата избацивање овог захтева из минималних техничких карактеристика, односно његову измену у захтев за „Biplane“ сонду ?“

ОДГОВОР: - Наручиоцу тј. крајњем кориснику треба сонда која може радити прегледе у три равни, сагиталној, трансверзалној и end fire, односно истовремено biplane и end fire преглед. Ово је веома важно за биопсију простате у периферној зони у којој је у већини случајева и лоциран СА. Такође корисник тражи да може узимати биопсије у све три равни са веома великом прецизношћу. Ово је веома битан услов који Наручилац као врхунска здравствена установа мора да поседује. С тога Наручилац остаје код захтева за набавку наведене сонде уз могућност да се може понудити сонда са приближним ферквенцама која би давала исте резултате као и тражена сонда. Понуђач може понудити сонду која може радити исто као и тражена сонда или више. Такав квалитет сонде Понуђач ће потврдити у својој понуди.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ

Иван Шантић, dipl.ing.