



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 13.03.2015.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Импланти у ортопедији – протезе кука и колена

Број јавне набавке: 51А/2015

по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – импланти у ортопедији – протезе кука и колена бр. 51А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 27.02.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клиничког центра Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Да ли је прихватљиво следеће:

1. За партију 2 – бесцементна протеза кука типа 2 да феморални имплант (stem) има биоактивни нанос у просималном крају а не целом дужином стема као и да ли је прихватљиво да ацетабуларни имплант (shell) буде прекривен биоактивним наносом?
2. За партију 6 – цементна ендопротеза кука типа 2 да конус врата и главе буде 11,3/12,5 као што је наведено у претходној партији где је за сваку опцију наведен еквивалент:
3. За партију 13 – биартикуларна протеза кука (трокомпонентна са закључавањем) тип 2 да конус врата буде 11,3/12,5 као еквивалент и да ли је прихватљив распон величине капе од 1, 2 и 3 mm у распону величина од 36-72 mm?
4. За партију 16 – тотална цементна протеза колена (кинематско колено) тип 2 да ли је прихватљиво дати еквивалент моноаксијално колено јер у већем делу тендерске документације није дефинисана оса ротације?

ОДГОВОРИ:

1. **У Партији бр. 2** – бесцементна протеза кука тип 2: техничке карактеристике су јасно прецизиране и феморалног и ацетабуларног импланта.

Наручилац неће извршити измену конкурсне документације.

2. **За партију бр. 6** – цементна ендопротеза кука тип 2: **прихватљив је** конус врата и главе 11,3/12,5 уколико су све остале техничке карактеристике испуњиве од стране произвођача.

Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити измену конкурсне документације.

3. **За партију бр. 13** – биартикуларна протеза кука (трокомпонентна са закључавањем) тип 2: сви понуђачи који понуде распон величина у траженом опсегу, све понуде ће бити прихваћене и равномерно третиране, а да минималан опсег величина буде од 44-62 mm, као и да понуда конуса врата буде 11,3/12,5 или 12/14, такође ће бити **прихватљиве** понуде које нуде распон величина капе од 1, 2 и 3 mm.

Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити измену конкурсне документације.

4. **За партију бр. 16** – тотална цементна протеза колена, полиаксијално (кинематско колено) тип 2: јасно су прецизиране потребне техничке карактеристике протетског система тоталне протезе колена.

Наручилац неће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ