



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.06.2015.

БРОЈ:997

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за урологију,
Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и хепатологију
Број јавне набавке 210А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Србије**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Партија 27: Plastična bilijarna proteza, promera 7 Fr, растојања измeдju отвора 12cm
Партија 28: Plastična bilijarna proteza, promera 7 Fr, растојања измeдju отвора 12cm
Како су за горе наведене партије тражене исте димензије, да ли је грешка у питању и ако јесте, које су димензије тражене?
2. Партија 29: Žičani vodič, hidrofilni ili presvučen teflonom, zakrivljenog ili pravog, fleksibilnog vrha, radna dužina minimum 3500mm, dužina fleksibilnog vrha 30mm, dijametar žičanog vodiča 0.035"
Да ли се прихвата и жичани водич са хидрофилним врхом од 70мм и обложен флуорином?

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН
2. Прихвата се и жичани водич са хидрофилним врхом од 30мм до 70мм.

Комисија за јавну набавку