



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 13.09.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ СА НЕГАТИВНЕ ЛИСТЕ ЗА
ПОТРЕБЕ САЛЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ СРЦА**

Број јавне набавке 98А/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

1. По питању Партија бр 9 - 12 стављен је захтев за појашњење појма "крајева жице". Жичани водич 0.035 инча има два краја: врх који може да има Ј кривину или да буде раван, и други крај жице. Ради тога смо редефинисали називе партија на следећи начин:

Партија 9: Жичани водич 0.035 инча, дужине 150 цм, врх Ј-тип, са тврдим другим крајем жице.

Партија 11: Жичани водич 0.035 инча, дужине 270-300 цм, врх Ј-тип, са тврдим другим крајем жице.

Партија 10: Жичани водич 0.035 инча, дужине 150 цм, врх Ј-тип, са меким, равним, другим крајем жице.

Партија 12: Жичани водич 0.035 инча, дужине 270-300 цм, врх Ј-тип, са меким, равним, другим крајем жице.