



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 16.09.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ СА НЕГАТИВНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ
САЛЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ СРЦА**

Број јавне набавке 98А/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

1. Сагласни смо да се у Партијама бр 1, 2 и 3 за уводнике без жичаног водича величине 6Ф, 7Ф и 8Ф, уместо дужине уводника од 10 цм стави дужина уводника 10-12 цм.
2. По питању карактеристика жице за хроничне тоталне оклузије наведене у партији 104, мишљења смо да спецификација треба да остане онако како је наведено у тендерској документацији. До оваквог закључка смо дошли на основу прегледа литературе и анализом искустава у раду наших оператора у сали за катетеризацију срца КЦС.