



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 16.09.2013.

БРОЈ:

### **СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ СА НЕГАТИВНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОТРЕБЕ САЛЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ СРЦА**

**Број јавне набавке 98А/2013**

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје  
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

1. Сагласни смо да се у Партијама бр 1, 2 и 3 за уводнике без жичаног водича величине 6Ф, 7Ф и 8Ф, уместо дужине уводника од 10 цм стави дужина уводника 10-12цм.
2. По питању Партија бр 4, 5, и 6 за дугачке уводнике од 6Ф, 7Ф, 8Ф и 10Ф, мишљења смо да треба да остане спецификација онаква каква је написана у документацији за јавну набавку, тј да се траже уводници дужине од 28 цм. Како се ови уводници користе код болесника који имају тортуозне, клацификоване и атеросклерозом измењене феморалне и илијачне артерије, важно је да се за подршку дијагностичких и катетера водича обезбеди довољно дугачак уводник како би се омогућила сигурна и безбедна манипулација катетером водичем. У том случају разлика у дужини уводника од 5 цм (измедју 28 и 23 цм) може да буде значајна и да утиче на квалитет и безбедност процедуре.
3. По питању унутрашњег дијаметра катетера водича у партијама 44-55, 61-64, 67-72 и 75-79, мишљења смо да треба да остане спецификација онаква каква је написана у документацији за јавну набавку, тј да се тражи уводник унутрашњег дијаметра 0.071 инча јер омогућава лакше истовремено коришћење више инструмената током процедуре.
4. По питању унутрашњег дијаметра катетера водича у партијама 55-68, 65, 73-74, мишљења смо да треба да остане спецификација онаква каква је написана у документацији за јавну набавку, тј да се тражи уводник унутрашњег дијаметра 0.081 инча јер омогућава лакше истовремено коришћење више инструмената током процедуре.
5. По питању унутрашњег дијаметра катетера водича у партијама 59 и 66, мишљења смо да треба да остане спецификација онаква каква је написана у документацији за јавну набавку, тј да се тражи уводник унутрашњег дијаметра 0.090 инча јер омогућава лакше истовремено коришћење више инструмената током процедуре.