



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 475.

Датум: 26.07.2013. год.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 80 К /2013

Питање бр.1: „ Молимо вас да нам доставите информацију о тачном датуму и времену истека рока за подношење понуда.“

ОДГОВОР: - Рок за подношење понуда је 15.08.2013.године до 10,00 часова.

Питање бр.2: „ Молимо вас да нам доставите информацију о тачном датуму, времену и месту јавног отварања понуда. “

ОДГОВОР: - Јавно отварање понуда ће се обавити 15.08.2013.године у 10,15 часова, у просторијама Клиничког центра Србије – Управна зграда.

Питање бр.3: „ На страни 37 Конкурсне документације наручилац је навео остале обавезне услове. Да ли је за наручиоца прихватљиво достављање докумената из тачке 6. каталози, ...) у електронском облику? Сматрамо да не постоји ниједан правно-формални разлог због којег би за наручиоца било неприхватљиво достављање доказа из тачке 6. у електронском облику.“

ОДГОВОР: - На страни 37 од 51 Конкурсне документације у Осталим обавезним условима под тачком бр.7. захтева се: „Понуђач треба да понуди искључиво нове (некористишћене) инструменте. За понуђене инструменте потребно је доставити оригинални каталог произвођача који треба да садржи слику инструмента са каталошким бројем из кога се недвосмислено може утврдити да понуђени инструмент одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране каталога на којој се налази тражени инструмент)“.

Уколико понуђач није у могућности да достави оригинални каталог произвођача, Комисија ће прихватити и оштампану страну на којој се налази понуђени инструмент са својим каталошким бројем, димензијама и осталим подацима који прате инструмент у каталогу произвођача. Свака оштампана страна мора бити нумерисана и у колони „коментар“ поред сваког понуђеног инструмента уписан број странице из прилога (каталога или штампаног материјала).

Напомињемо да је, уколико се доставља штампани материјал који је „скинут“ са електронског облика каталога, обавезно достављање уз Понуду каталога и у електронском облику.

Питање бр.4: „ У прилогу бр.7 („ВРСТА, КОЛИЧИНА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ“) наручилац је дефинисао 4 партије. У свакој од 4 партије постоји одређени број позиција које се односе на медицинско средство: контејнер за стерилизацију (Партија 1,- поз. Од 71. до 76; Партија 2.-поз. Од 47 до 49; Партија 3-поз. Од 12 до 14; Партија 4-поз. Од 22. до 24.) ЗЈН дефинише истоврсна добра (истоврсна добра су добра која имају исту намену и својства и припадају истој групи добара у општем речнику јавне набавке“). Сматрамо да контејнери за

стерилизацију апсолутно немају исту намену и својства у односу на хируршке инструменте. Да ли ће наручилац променити техничке карактеристике спецификације на начин (изостављањем позиција везано за контејнере, формирањем посебне партије или неки сличан) такав да се у појединачним партијама налазе истоврсна добра?“

ОДГОВОР: - Контејнери за стерилизацију хируршких инструмената служе искључиво за правилну, сигурну и ефикасну стерилизацију, транспорт, манипулацију, лагеревање и одржавање хируршких инструмената, чиме се обезбеђује знатно дужи радни век хируршких инструмената.

По протоколу рада у операционој сали, као и светским стандардима, захтева се одвајање нових и старих хируршких инструмената у одвојеним контејнерима током процеса стерилизације у аутоклавима, како би се спречила појава корозије на површини инструмената и промена боје истих.

Из дугогодишњег рада, особља у операционим блоковима Наручиоца, искуство је да се најбољи резултати у ефикасности стерилизације и радног века хируршких инструмената постижу кад се ради о хируршким инструментима и контејнерима истог произвођача.

Искључиво из тих разлога, партије у овој јавној набавци су обликоване на начин како су обликоване.

Напомињемо и да Агенција за лекове и медицинска средства, хируршке инструменте и контејнере воде под Категоријом: 09 – Инструменти за вишекратну употребу, Класом: I класа, па је и већина потенцијалних понуђача своје контејнере регистровала на овај начин.

Наручилац остаје при Одлуци о обликовању ове јавне набавке у 4 партије како је то дефинисано у Конкурсној документацији.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Проф.др Даница Грујичић