



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 461

Датум: 24.07.2013.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
80 К /2013**

Питање бр.1: „ У конкурсној документацији наведене јавне набавке као техничка спецификација односно опис тражених хируршких инструмената наводи се „каталошки број Aescular или одговарајуће“. Да ли то подразумева да су понуђачи обавезни да понуде стриктно димензије по наведеним каталошким бројевима, што неоправдано даје предност поменутом произвођачу или су дозвољена одступања у величини и уколико јесу колико она тачно износе?“

ОДГОВОР: - Понуђени хируршки инструменти морају функционално да задовољавају захтеване хируршке инструменте. У немогућности да се опише сваки захтевани хируршки инструмент, наведен је његов каталошки број из каталога произвођача Aescular. У случају одступања у димензијама појединих понуђених инструмената у односу на хируршки инструмент произвођача Aescular, одлучиваће стручна комисија ценећи у првом реду функционалност сваког од понуђених инструмената где постоји разлика у димензијама.

Питање бр.2: „ Молимо вас да нам појасните за контејнере за стерилизацију са интегрисаним филтерима за 5000 стерилизација или може за много више стерилизација?“

ОДГОВОР: - У Минималним техничким карактеристикама за контејнере за стерилизацију са интегрисаним филтерима захтевано је да они задовољавају минимум 5000 стерилизација. Понуђени контејнери треба да испуне минималне техничке карактеристике (5000 циклуса стерилизације). Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих (већи број циклуса стерилизације од 5000), сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић, дипл. правник