



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Датум: 08.07.2015. године
Број: 1109.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар
Број јавне набавке: 229K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – медицинска опрема и хируршки инструменти за Ургентни центар, број 77K/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 03.04.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ 1:

„Имајући у виду да се позиција 1.7. у партији 1 односи на ролну са фалтом, чија је стандардна дужина 100 m (код вас наведена дужина је 200 m), молимо Вас да наведену дужину промените са 200 m, на 100 метара у конкурсној документацији. Претпостављамо да је дошло до техничке грешке, јер је у наведеној димензији наведена висина фалте од 8 cm.

ОДГОВОР: - У „Осталим обавезним условима“ Конкурсне документације за јавну набавку бр. 229K/2015 на страни 32 од 39 у Напомени наручиоца, стоји:

„Уколико понуђач понуди добра из ПАРТИЈЕ 1 и ПАРТИЈЕ 2 код којих постоји одступање у дужини фолије, у односу на захтев из конкурсне документације, цена ће се поредити по дужном метру фолије.“ Према томе, нема основа за измену техничких карактеристика за предметна добра.

ПИТАЊЕ 2:

„Молимо Вас да нам дефинишете да ли је за партију бр. 1 и партију бр. 2 довољан узорак било које фолије у дужини од 5 m, или је потребно да за сваку тражену ролну из партије 1 и 2 доставимо по 5 метара дужине узорка.

ОДГОВОР: - Потребно је доставити по један узорак од сваке понуђене димензије фолија за ПАРТИЈЕ 1 и ПАРТИЈЕ 2, у дужини не мањој од 5 дужних метара.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
